

附表 1-1 热电偶校验数据记录表

实验时间： 2020.6.12

实验台编号： 5

记录 校验点	标 准 热 电 偶						被 校 热 电 偶				
	热电势测量值(mV)					平均 (mV)	热电势测量值(mV)				平均 (mV)
	一次	二次	三次	四次	五次		一次	二次	三次	四次	
400℃	16.347	16.346	16.343	16.345	16.343	16.345	16.368	16.368	16.367	16.366	16.367
600℃	24.772	24.772	24.772	24.772	24.775	24.773	24.775	24.777	24.775	24.777	24.776
800℃	33.085	33.085	33.087	33.085	33.085	33.085	33.082	33.082	33.087	33.087	33.085

标准热电偶分度号与规格： K型， 450mm×1.0mm

被校热电偶分度号与规格： K型， 450mm×1.0mm

标准热电偶 (K) 检定结果： 400°C 16.414 mV

600°C 24.970 mV

800°C 33.367 mV