BrainSniffer: uma CNN compacta e causal para estimar a referência BIS a partir de EEG frontal

Bruno Rocha Guimarães[1], **Igor Gonzales Pimenta**[1], **José Garcia Vivas Miranda**[1]

[1]Ciência da Computação – Centro Universitário Jorge Amado
Salvador, Bahia – Brasil

Abstract. *BrainSniffer is a compact, causal convolutional network that estimates a Bispectral Index (BIS) reference label from frontal electroencephalography (EEG), designed so that its processing chain can run in real time. It uses five-second windows at 128 Hz, 0.15M parameters, ten training epochs, and partitions grouped by case or subject, so no case crosses partitions. On a five-case Figshare holdout the active checkpoint reached mean absolute error (MAE) 7.03, below the ten-point BIS reading scale, with ordinal prediction probability (Pk) 0.773; on 15 VitalDB cases the same checkpoint degraded to 12.43 with Pk 0.515, indistinguishable from chance. A causal per-case exponential smoothing (EWMA, applied to frozen predictions, no retraining) is the whole of its temporal machinery and brings the mixed candidate to 5.84 MAE on Figshare, the same order of magnitude as a published TCN-BiLSTM reporting 6.03 $\pm$ 0.38 with seven times more parameters (protocols differ, so this is not a ranking); the gain does not transport to VitalDB (7.89). These results are retrospective and exploratory, and the ten-point BIS reference is a reading scale, not evidence of equivalence, acceptability or non-inferiority. BrainSniffer neither measures consciousness nor supports clinical decisions, alarms, or drug dosing.*
Keywords: *frontal EEG; BIS reference label; compact convolutional network; grouped validation; domain shift; causal smoothing; deployability.*

Resumo. *O BrainSniffer é uma rede convolucional compacta e causal que estima, a partir de eletroencefalografia (EEG) frontal, um rótulo de referência do Índice Bispectral (BIS), projetada para que sua cadeia de processamento possa rodar em tempo real. Ela usa janelas de cinco segundos a 128 Hz, 0,15M de parâmetros, dez épocas de treino e partições agrupadas por caso ou pessoa, de modo que nenhum caso cruza partições. Em cinco casos Figshare, o checkpoint ativo obteve erro absoluto médio (MAE) 7,03, abaixo da escala de leitura de dez pontos BIS, com probabilidade de predição P_K 0,773; nos 15 casos VitalDB, o mesmo checkpoint degradou para 12,43 com P_K 0,515, indistinguível do acaso. Uma suavização exponencial causal por caso (EWMA, aplicada a predições congeladas, sem retreino) é toda a sua maquinaria temporal e leva o candidato misto a 5,84 de MAE no Figshare, na mesma ordem de grandeza de um TCN-BiLSTM publicado que reporta 6,03 $\pm$ 0,38 com sete vezes mais parâmetros (os protocolos diferem; não é um ranking); o ganho não transporta para o VitalDB (7,89). Os resultados são retrospectivos e exploratórios, e a referência de dez pontos BIS é escala de leitura, não evidência de equivalência, aceitabilidade ou não-inferioridade. O BrainSniffer não mede consciência nem apoia decisão clínica, alarme ou dose.*

Palavras-chave: *EEG frontal; rótulo BIS; rede convolucional compacta; validação agrupada; deslocamento de domínio; suavização causal; implantabilidade.*

1. Introdução

Na anestesia geral, é preciso saber se o paciente está suficientemente hipnotizado sem exagerar na dose, e para isso usam-se referências objetivas de profundidade. O Índice Bispectral (Bispectral Index, BIS), calculado a partir da eletroencefalografia (EEG) frontal, é a referência mais usada à beira do leito, mas é uma saída proprietária: sua regra de combinação não é publicada e não pode ser reproduzida exatamente a partir do sinal. Redes convolucionais 1-D são uma escolha usual para sinais fisiológicos de baixa dimensão [Kiranyaz et al. 2021, Craik et al. 2019], e modelos desse tipo já tentaram aproximar esse rótulo; eles enfrentam ainda um risco metodológico silencioso: janelas vizinhas da mesma cirurgia são quase idênticas, então uma partição aleatória entre treino e teste mede o reconhecimento de casos já vistos, não a generalização. Falta um estimador compacto e causal, avaliado com partições por caso e em mais de uma fonte: este trabalho apresenta o BrainSniffer.

A pesquisa responde a três perguntas. (i) Uma rede neural convolucional unidimensional compacta (1-D CNN), sob validação agrupada, aproxima o rótulo BIS na faixa de variabilidade do próprio monitor? (ii) Esse desempenho é competitivo com o de um modelo contemporâneo várias vezes maior, sem abrir mão de uma cadeia que possa ser exportada para uso ao vivo? (iii) Ele se mantém ao trocar a fonte dos dados, do Figshare para o VitalDB, com outro equipamento, montagem e população? O objetivo geral é responder às três com métricas primárias escolhidas de antemão (o MAE por janela, ancorado na variabilidade do próprio monitor, e a probabilidade de predição P_K, que mede a ordenação). As demais métricas e análises são secundárias.

Vale fixar o vocabulário: o modelo estima um rótulo de referência derivado do BIS, não o BIS como grandeza independente, pois o BIS é a saída de um monitor sobre o mesmo sinal. A contribuição é uma cadeia compacta e causal, avaliada com partições por grupo, que atinge a variabilidade do monitor no corpus de origem e fica na mesma ordem de grandeza de um modelo contemporâneo sete vezes maior, ao custo de não transportar para outra fonte; o escopo não é desenvolver um dispositivo médico.

2. Fundamentação e trabalhos relacionados

2.1. O índice BIS e seus limites

Sob anestesia geral, o EEG frontal desacelera e ganha amplitude, com alfa frontal e ondas lentas [Purdon et al. 2015]. O Índice Bispectral (BIS) é uma saída proprietária do EEG frontal, em escala de 0 a 100, com a faixa intermediária como referência de hipnose [Johansen and Sebel 2000]. O cálculo combina características temporais, espectrais e bispectrais por regra não publicada; por ser fechado, não pode ser reproduzido do EEG. O BIS é só auxílio sob supervisão, não medida de consciência ou dose. Sua leitura varia com EMG, fármacos e atrasos [Schuller et al. 2015, Hans et al. 2005, Pilge et al. 2006], e ensaios guiados tiveram resultados dependentes do comparador [Myles et al. 2004, Avidan et al. 2008, Avidan et al. 2011]. O BIS chega suavizado e com atraso [Pilge et al. 2006], e a suavização causal é prática comum no corpus [Sukriti et al. 2026].

2.2. Vazamento entre janelas e partição por grupo

Redes profundas já foram estudadas com alvos, canais, populações e equipamentos distintos para aproximar índices derivados de EEG [Park et al. 2020, Shi et al. 2023]. O problema é que janelas vizinhas da mesma cirurgia são parecidas entre si em amplitude, espectro e nível de BIS, porque refletem o mesmo paciente no mesmo plano anestésico. Se essas janelas forem espalhadas aleatoriamente entre treino e teste, o teste contém trechos quase idênticos aos de treino: é o vazamento (*leakage*), que infla o desempenho. Para evitá-lo, os dados são separados por caso ou pessoa (o grupo), ao custo de uma estimativa mais pessimista e mais realista para um caso novo [Sukriti et al. 2026, Saeb et al. 2017].

2.3. Corpora, transparência e relato de modelos

O conjunto "EEG and BIS raw data" reúne 24 casos anônimos com EEG frontal e valores BIS, publicado no repositório Figshare sob licença CC BY 4.0 [Ma 2017]. Um estudo anterior no mesmo corpus usou características multiescala com análise discriminante linear (LDA) e sustenta a descrição do corpus, mas não é evidência de rede convolucional [Nsugbe and Connelly 2022]. Outros estudos estimaram a concentração anestésica derivada de EEG com cadeia dedicada e o índice de estado do paciente (Patient State Index, PSI) com quatro canais em 18 idosos sedados; ambos demonstram viabilidade em configurações específicas, sem comparabilidade direta com o rótulo, o canal ou a população deste trabalho [Park et al. 2020, Shi et al. 2023].

O VitalDB é um banco de sinais perioperatórios de milhares de cirurgias e inclui os canais de EEG frontal e de BIS usados aqui [Lee et al. 2022, VitalDB 2026]. O conjunto aberto exige licença CC BY-NC-SA 4.0 e acordo de uso de dados, sem redistribuição. Escala, equipamento, montagem e população diferem do Figshare; o VitalDB informa a sensibilidade à troca de fonte, sem isolar a causa. O rótulo também difere no instrumento: BIS a cada 5 s por sensor BIS Quatro no Figshare [Ma 2017, Sukriti et al. 2026] contra BIS de 1 s de monitores BIS Vista no VitalDB [VitalDB 2026, Lee et al. 2022], com algoritmo e suavização não públicos. O DOSE-I não foi incorporado por usar escala observacional MOAA/S, não conversível em BIS [Garbe et al. 2026].

Uma reimplementação aberta do algoritmo do índice não torna um regressor treinado contra o BIS equivalente a um monitor [Connor 2022]. Independência entre desenvolvimento e avaliação, descrição de grupos e análise de acordo e calibração são centrais no relato de modelos [Collins et al. 2024, Archer et al. 2021].

3. Materiais e métodos

A Tabela 1 resume os dois checkpoints e a Figura 1 o fluxo retrospectivo: o "ativo" foi ajustado só no Figshare e testa o limite interno e a queda ao mudar de corpus; o "misto" viu também parte do VitalDB, de modo que seu desempenho nessa fonte não mede transporte para fonte nova.

Modelo	Treinado com	Avaliado em
Modelo A – Figshare (ativo)	Figshare	Figshare (holdout por caso) e VitalDB (avaliação cruzada de dataset)
Modelo B – misto	Figshare + parte do VitalDB	Figshare (benchmark histórico) e VitalDB (holdout histórico por participante)

Tabela 1. Definição conceitual dos dois checkpoints.




Figura 1. Fluxo retrospectivo auditável do BrainSniffer.

3.1. Fontes, unidades de agrupamento e partições

Cada arquivo é uma gravação inteira, tratada como um caso; de cada caso saem janelas de 5 s, unidades de treino e de métrica. O grupo é a unidade que nunca cruza partições. O corpus tem 59 arquivos: 44 no pool de desenvolvimento e 15 casos VitalDB congelados. Após os gates de qualidade, 23 casos Figshare e dez VitalDB ficaram elegíveis (33 casos, 55.471 janelas). No Figshare não há identificador de participante; no VitalDB o agrupamento usa o identificador e reúne reoperações [Ma 2017, Lee et al. 2022].

O ativo usou os 23 Figshare elegíveis (13/5/5 com seed 42). O misto fixo excluiu o holdout Figshare e usou 18 grupos Figshare mais dez VitalDB (28 grupos, 49.948 janelas; ajuste com 12 Figshare e quatro VitalDB). Só o teste interno é lido como resultado; as janelas de validação não aparecem nas tabelas.

Os mesmos cinco Figshare (casos 3, 4, 5, 9 e 19) servem aos dois checkpoints. Para o misto, os 15 VitalDB (arquivos 1–17, sem 11 e 15, que não têm os tracks requeridos) vêm da mesma fonte do desenvolvimento e já haviam sido inspecionados: é um holdout histórico após exposição ao domínio, não validação externa confirmatória [Collins et al. 2024].

3.2. Tarefa, pré-processamento e qualidade

Cada exemplo é um trecho curto de EEG frontal em microvolts: 640 amostras, isto é, uma janela de 5 segundos amostrada a 128 Hz, com passo de 5 s na construção offline. Para cada início t, o alvo corresponde a $t + \text{offset}$ (offset padrão 0 s), arredondado ao

intervalo do BIS do caso. A Figura 2 mostra duas janelas reais do caso 19 antes e depois do pipeline causal: um trecho limpo (pico de 38 μV, BIS 30) quase não muda (pico processado de 36 μV), enquanto um trecho com pico de 125 μV (BIS 75) é contido para 88 μV pelo clip, filtro e escala. O pipeline mantém a banda de 0,5–45 Hz, notch de 50 Hz de quarta ordem e a escala registrada (clip $\pm 100\,\mu V$, divisor $50\,\mu V$); o filtro usa só passado e presente (estado causal por caso), com rota de fase zero apenas para análise offline [Ma 2017, Nsugbe and Connelly 2022]. O painel (c) mostra que, nesse caso, a potência relativa em teta cai quando o BIS sobe e a de beta e gama sobe junto, relação que o modelo explora; as lacunas brancas são quedas de eletrodo rejeitadas pelos gates.




Figura 2. Janelas reais do caso 19 e espectrograma da gravação. (a,b) Linha de cima, trecho limpo (BIS 30); linha de baixo, trecho com pico (BIS 75). Coluna da esquerda, sinal bruto; da direita, após clip, filtro causal e escala; o pico de 125 μV é contido para 88 μV. (c) Espectrograma causal dos 72 min, na base de tempo da referência BIS; as faixas brancas são as quedas de eletrodo.

Os gates exigem 90% de EEG finito, lacuna máxima de 2 s, qualidade global 0,35, 80% de BIS válido e 0,20 por janela (heurísticas sem calibração clínica; o Figshare 24 está em quarentena). Nos 15 VitalDB do benchmark, a construção offline interpola não finitos (podendo usar amostras futuras) e interpola o BIS para grade de 1 s sem máscara persistida: difere da rejeição do replay e limita a interpretação, mas foi mantida por fidelidade histórica.

3.3. Modelos e treinamento

A CNN histórica recebe a janela de 640 amostras em um canal, é treinada com perda Smooth L1 e tem saída sigmoidal escalada para $[0, 100]$. A Tabela 2 explicita a arquitetura e os parâmetros registrados no protocolo, sem carregar pesos. Recursos posteriores do treinador e arquiteturas opcionais não são atribuídos retroativamente a esses pesos.

Item	Configuração registrada
Convolucionais	Canais 1→32→64→128→128; *kernel* 7, 7, 5, 5; *padding* 3, 3, 2, 2; *stride* 1; normalização em lote + GELU
Pooling e cabeça	max-pooling de fator 2 nos 3 primeiros blocos; pooling médio global; camada densa 128–64–1, GELU, *dropout* 0,20
Treino (ambos)	10 *epochs*, *batch* 128, *lr* 10^{-3}, *wd* 10^{-4}, *seed* 42; validação/teste: 20% dos grupos em cada partição
Amostragem	Misto: balanceada por grupo/fonte; ativo: não registrada
Amplitude e *notch*	*Clip* $\pm 100\,\mu V$, divisor de escala $50\,\mu V$, saída em $[-5, 5]$; *notch* 50 Hz, Q=30

Tabela 2. Configuração histórica dos checkpoints.

A arquitetura compacta permite replay em CPU, sem superioridade presumida sobre alternativas [Park et al. 2020, Shi et al. 2023].

3.4. Métricas, incerteza e análises exploratórias

O desfecho primário é o MAE agregado por janela (casos longos pesam mais) e o de ordenação é a probabilidade de predição P_K de Smith, Dutton e Smith [Smith et al. 1996], detalhada na Seção 4.2; as demais métricas são secundárias, sem correção para multiplicidade. Foram calculados RMSE, viés, Pearson e CCC de Lin para o rótulo contínuo, além de acurácia e macro-F1 em quatro faixas ($[0, 40)$, $[40, 60)$, $[60, 80)$, $[80, 100]$), lidas com rótulos curtos só para comunicação, sem validar limiar clínico [Collins et al. 2024]. Pearson mede associação, não acordo; a concordância usa inclinação de calibração, limites de concordância, ICC(2,1) e fração de $|erro| \leq 10$, tudo exploratório. O P_K e o Pearson agregados empilham todas as janelas (pares entre casos distintos entram na conta); por isso a Seção 4 traz também mediana e amplitude por caso. A incerteza usa bootstrap de casos inteiros ($B = 1.000$, seed 42, percentis 2,5/97,5), reamostrando o caso como unidade; com cinco casos Figshare, é exploratória (1.000 réplicas não equivalem a 1.000 casos) [Field and Welsh 2007, Archer et al. 2021].

Como referência externa, estudos que comparam montagens e interfaces do próprio BIS em neurocirurgia usam diferenças de até 10 unidades entre medições como critério de concordância [Dahaba et al. 2010, Shiraishi et al. 2004, Harada et al. 2021]. Esses estudos não definem uma variabilidade geral do monitor; a régua de 10 pontos é adotada aqui apenas como escala de leitura, não como limiar clínico nem critério de aprovação.

A comparação VitalDB também foi calculada por caso, pareando as janelas de cada caso. Uma análise de sensibilidade reaplicou o checkpoint ativo aos mesmos cinco casos Figshare, sem retreino, em uma grade de offset de -20 a $+20$ s; como a grade foi examinada após o treinamento, ela formula hipótese sobre alinhamento e não escolhe o atraso do rótulo [Pilge et al. 2006].

3.5. Replay, trajetória ilustrativa e suavização causal

Replay é percorrer uma gravação existente (buffer de 5 s, atualização a cada 1 s), sem EEG físico. Para visualizar o comportamento temporal, fixou-se antes da inferência o caso 19 do holdout (4.355 s), com a configuração do checkpoint ativo em CPU, sem treino; a curva bruta posiciona-se no instante do alvo offline, sem representar disponibilidade sem atraso.

Como o alvo é uma saída já suavizada pelo monitor, o pipeline também permite uma média móvel exponencial causal por caso (EWMA), aplicada às predições congeladas, sem retreino: $s_t = \alpha y_t + (1-\alpha)s_{t-1}$, com $\alpha = 2/(\text{span}+1)$ e reinício por caso; o *span* é medido em janelas de 5 s. Usar apenas amostras passadas mantém o caminho compatível com o replay; a varredura de spans é retrospectiva e exploratória, e segue a prática de suavização temporal de trabalhos contemporâneos [Sukriti et al. 2026] e o atraso documentado do próprio índice [Pilge et al. 2006].

4. Resultados

4.1. MAE: o erro fica abaixo da escala de leitura no corpus de origem

O desfecho primário é o MAE agregado por janela. No holdout Figshare do checkpoint ativo, cinco casos e 5.523 janelas produziram MAE 7,03 (RMSE 11,08; Pearson 0,784; acurácia 0,585 e macro-F1 0,548 nas quatro faixas). Com cinco casos, a leitura é exploratória. A Tabela 3 estende o resultado aos dois benchmarks e aos dois checkpoints.

A Figura 3 mostra o comportamento no caso 19, usado como ilustração: a CNN acompanha a queda inicial e a elevação final, mas superestima o patamar intermediário e não reproduz várias oscilações da referência. Nas 850 janelas aceitas, MAE 8,72, viés $+4{,}79$ e Pearson intra-caso 0,910: associação alta não elimina erro sistemático, e o caso é exemplo ilustrativo, não evidência de generalização.




Figura 3. Trajetória offline do caso 19: referência e predição bruta (topo) e erro por janela (base).

Benchmark	Modelo (fontes vistas)	MAE (IC 95%)	Pearson (IC 95%)	P_K (IC 95%)
Figshare	ativo (Figshare)	7,03 (6,38–8,24)	0,784 (0,703–0,881)	0,773 (0,679–0,828)
Figshare	misto (Figshare+VitalDB)	6,69 (5,65–8,53)	0,818 (0,751–0,890)	0,774 (0,676–0,835)
VitalDB	ativo (Figshare)	12,43 (11,05–14,45)	0,024 (−0,126–0,193)	0,515 (0,434–0,581)
VitalDB	misto (Figshare+VitalDB)	8,60 (7,57–9,95)	0,688 (0,606–0,752)	0,672 (0,591–0,737)

Tabela 3. Comparação retrospectiva nos benchmarks históricos; 5 casos no benchmark Figshare e 15 no VitalDB; MAE em pontos BIS; IC 95% por bootstrap agrupado por caso.

Três dos quatro MAE dos checkpoints (Tabela 3) ficam abaixo de 10 pontos, a escala de leitura adotada [Harada et al. 2021], que dá escala ao número sem funcionar como critério de aprovação. Só o ativo no VitalDB (12,43) a ultrapassa. O misto reduz o MAE nos dois benchmarks (6,69 e 8,60), mas no Figshare a diferença frente ao ativo não é sustentada (ΔMAE pareado $0{,}34$, IC $-0{,}28$–$0{,}81$), e o ganho no VitalDB vem de um candidato que já viu essa fonte: é adaptação após exposição ao domínio, não transporte para fonte nova.

A fronteira está no transporte. O checkpoint que fica em 7,03 no Figshare vai a 12,43 no VitalDB, com troca de equipamento, montagem e população que o experimento não separa. A Figura 4 detalha a comparação pareada por caso, em que o misto melhora 14 dos 15 casos VitalDB (ΔMAE $+3{,}83$, IC $2{,}95$–$4{,}94$), com piora de cerca de 0,67 ponto no caso 16. A leitura pareada evita que cirurgias longas dominem e revela heterogeneidade: 14 acertos contra 1 piora convivem com margens pequenas.




Figura 4. Agregados por janela e MAE pareado por caso; em (c), cada ponto é um caso e linhas à esquerda indicam menor MAE do misto.

4.2. P_K: a ordenação das estimativas

A probabilidade de predição P_K [Smith et al. 1996] responde a uma pergunta que o MAE não responde: sorteados dois momentos com BIS distintos, qual a chance de o indicador ordená-los como a referência? Vale 1 na ordem perfeita e 0,5 no acaso, e ignora erro de escala. No Figshare, o ativo obtém 0,773 (0,679–0,828) e o misto 0,774 (0,676–0,835):

o misto reduz o MAE sem mudar a ordenação, e as diferenças são pequenas frente aos intervalos. No VitalDB, o ativo cai para 0,515 (0,434–0,581), indistinguível do acaso, e o misto fica em 0,672 (0,591–0,737). Por caso, as medianas são 0,48 e 0,67 no VitalDB e 0,80 e 0,81 no Figshare (Figura 5).

A leitura ordinal separa dois diagnósticos que o MAE sozinho confunde. No VitalDB o que se perde é a capacidade de ordenar, não a escala: o ativo erra 12,43 pontos sem ordenar melhor que o acaso. A recuperação parcial do misto (0,672) acompanha a exposição ao domínio, coerente com a leitura da Seção 4.1. A calibração e a incerteza detalhada ficam na Seção 4.4.

4.3. Implantabilidade: o custo da cadeia causal

O melhor resultado publicado neste corpus vem de um TCN-BiLSTM com atenção de 1,07M de parâmetros, que sob GroupKFold por sujeito reporta 7,12 $\pm$ 0,42 brutos e 6,03 $\pm$ 0,38 após suavização, com CCC 0,819 [Sukriti et al. 2026]; a entropia amostral reportou 5,22 [Liu et al. 2018]. Este trabalho usa 0,15M de parâmetros e dez épocas de treino, e fica em 6,69–7,03 brutos, abaixo do bruto daquele modelo.

A comparação fica informativa quando se olha o que cada lado gastou para chegar lá. O TCN-BiLSTM escolhe o α do EWMA por MAE de validação, e no protocolo por sujeito ele recai com mais frequência em 0,05 ou 0,10: nesta convenção de *span*, 19 a 39, ou seja de 45 a 95 s de idade média das amostras. O misto desta cadeia alcança o mesmo erro com 10 s, no span 5 (6,11; IC 95% 4,84–7,96), e com 22,5 s, no span 10 (5,84; IC 95% 4,56–7,62). O $\alpha = 0{,}35$, que casaria com o span 5 daqui, fica restrito às curvas de sensibilidade dos splits aleatórios.

A Figura 6 posiciona a varredura contra esse referencial: toda ela cabe à esquerda da faixa em que ele opera. O span 10 não é a comparação principal porque dobra o atraso do span 5, de 10 s para 22,5 s, e o ganho além do span 5 é em parte emprestado da própria suavização.

Benchmark	Braço	Bruto	Span 5	Span 10	Span 15
Figshare	ativo	7,03	6,38	6,10	5,91
Figshare	misto	6,69	6,11	5,84	5,67
VitalDB	ativo	12,43	12,11	12,06	12,06
VitalDB	misto	8,60	7,95	7,89	7,93

Tabela 4. Efeito do EWMA causal por caso; MAE em pontos BIS; predições congeladas, sem retreino.




Figura 5. Probabilidade de predição P_K, ativo vs. misto.




Figura 6. Compromisso entre atraso e erro no Figshare. Cada ponto é um span do EWMA causal, posicionado pela idade média das amostras e rotulado pelo span; a faixa cinza é o intervalo de erro que o TCN-BiLSTM reporta ($\pm 0{,}38$) e a linha tracejada, o ponto estimado dele. A região clara à direita é a faixa de atraso em que ele opera sob avaliação por sujeito (α de 0,05 a 0,10, isto é, de 45 a 95 s), e o anel marca o span 5 desta cadeia, com 10 s.

A comparação é de ordem de grandeza, não de ranking: os protocolos diferem em normalização, seleção da suavização, agregação e medida de acordo. O que ela sustenta é o custo da cadeia: a suavização é uma recursão de uma linha ($s_t = \alpha y_t + (1-\alpha) s_{t-1}$) sobre predições congeladas, o filtro mantém estado causal por caso e o replay roda em CPU. Nenhum passo exige retreino, GPU ou acesso ao futuro, o que torna a cadeia candidata a uso ao vivo; já o modelo contemporâneo, com BiLSTM bidirecional e filtro de fase zero, não é estritamente causal [Sukriti et al. 2026].

A Tabela 4 mostra que o ganho é maior onde há ordenação para preservar: no Figshare o misto vai de 6,69 a 5,84; no VitalDB ativo o erro quase não muda (12,43 para 12,06) e o P_K segue no acaso (0,515 para 0,511), o que reforça que ali o problema é de ordenação, não de ruído. Parte do ganho é esperada, pois o alvo é autocorrelacionado; a

varredura é retrospectiva e exploratória.

4.4. Análises exploratórias

A calibração, também exploratória, segue a direção da ordenação: a inclinação predito–referência cai de 0,72 no Figshare ativo para 0,02 no VitalDB ativo, e o misto recupera 0,55 no VitalDB e chega a 0,82 no Figshare.

Os intervalos da Tabela 3 vêm do bootstrap agrupado por caso ($B = 1.000$, seed 42), cujas réplicas aparecem na Figura 7a,b. O intervalo do ativo no VitalDB cobre 0,5 em Pearson, coerente com a perda de ordenação já descrita; no Figshare, os intervalos de MAE do ativo e do misto se sobrepõem, o que sustenta a leitura de que a diferença ali não é sustentada. A grade de offset (-20 a $+20$ s, sem retreino, Figura 7c,d) mostrou o MAE variar de 7,22 a 6,76: tendência pós-hoc, sem valor causal e sem mudar o offset zero [Pilge et al. 2006]. A variação é pequena frente ao erro total: o alinhamento temporal do rótulo não explica a perda no VitalDB.

5. Discussão e limitações

Três resultados delimitam este trabalho. Sob validação agrupada, uma CNN de 0,15M de parâmetros fica abaixo da escala de leitura de 10 pontos e ordena os momentos da cirurgia como a referência; com a suavização causal, alcança a faixa de erro do melhor resultado publicado no corpus de origem, a um custo de execução que a mantém candidata a uso ao vivo; e esse desempenho não transporta para outra fonte. Os dois primeiros são o que o trabalho entrega; o terceiro delimita a alegação. A degradação do ativo do Figshare para o VitalDB é evidência de sensibilidade à troca de fonte, não prova de qual diferença a causou. A redução de erro do misto é compatível com adaptação após incorporar participantes VitalDB; como o benchmark é da mesma fonte e já havia sido observado, ele gera hipótese para uma nova coorte travada, não generalização externa [Lee et al. 2022, Collins et al. 2024]. O próximo passo é expor o treino a mais fontes, com partição travada e auditoria por hashes.

A melhora em 14/15 casos convive com piora no caso 16, e os agregados por janela privilegiam cirurgias longas. A referência de 10 unidades é escala de concordância entre medições do monitor, não limiar para MAE [Harada et al. 2021]. Para a validação futura, o desenho mínimo seria uma coorte travada de outra fonte, com partição por participante definida antes de qualquer inspeção, métricas primárias pré-registradas (MAE por janela e P_K) e relato de calibração; sem isso, qualquer novo candidato repete o estatuto exploratório deste trabalho [Collins et al. 2024, Archer et al. 2021].

Uma diferença operacional separa o benchmark do cenário de execução, e ela é de primeira ordem. Nos 15 casos VitalDB, a construção offline interpola valores não finitos, podendo usar amostras posteriores à janela, e interpola o BIS para uma grade de 1 s sem máscara persistida; o replay causal, ao contrário, rejeita a janela e nunca lê o futuro. Como a interpolação pode se apoiar em amostras indisponíveis no instante da emissão, os números VitalDB desta avaliação tendem a ser otimistas frente ao que um replay produziria; o tamanho da diferença não foi medido, e a construção foi mantida por fidelidade ao protocolo histórico.

O bootstrap cobre só a variabilidade de reamostrar os casos disponíveis; não cobre incerteza de treinamento, seleção de checkpoint, mudança de centro ou erro do rótulo. O




Figura 7. Bootstrap agrupado por caso e sensibilidade ao offset do rótulo. (a,b) IC 95% por caso, bruto e EWMA span 10. (c,d) Grade de offset -20 a $+20$ s, eixos ampliados (variação total $\leq 0{,}5$ ponto de MAE e $0{,}04$ de Pearson).

pequeno n Figshare e o reaproveitamento do benchmark VitalDB impedem leitura confirmatória [Field and Welsh 2007, Archer et al. 2021]; a avaliação é pré-clínica.

O alvo é a saída BIS, sensível a EMG, bloqueio neuromuscular, cetamina e atrasos; baixo erro contra o monitor não equivale a medir consciência ou efeito farmacológico [Schuller et al. 2015, Hans et al. 2005, Pilge et al. 2006]. A banda de 0,5–45 Hz inclui gama frontal sensível a EMG, e o *notch* fixo em 50 Hz pode não corresponder à rede de cada centro; nenhuma sensibilidade foi medida. Faixas e limiares de qualidade são heurísticas sem validação clínica; DOSE-I permanece tarefa separada [Garbe et al. 2026].

A suavização EWMA é pós-hoc, com span escolhido após os resultados, e não substitui os números brutos da Tabela 3. A cadeia registra hashes, partições, pré-processamento e replay; a política de amostragem do checkpoint ativo não foi registrada, limitação histórica [Collins et al. 2024].

6. Conclusão

O BrainSniffer entrega uma cadeia compacta, causal e auditável para estimar a referência BIS a partir de EEG frontal. Com 0,15 milhão de parâmetros, dez épocas de treino e execução em CPU, o checkpoint ativo atingiu MAE 7,03 sob validação agrupada e ordenou os momentos da cirurgia como a referência (P_K 0,773). Com uma suavização causal de uma linha sobre as predições congeladas, sem retreino, o misto chega à mesma ordem de grandeza do melhor resultado publicado neste corpus: no span 5, com 10 s de atraso, alcança 6,11 contra os 6,03 $\pm$ 0,38 do TCN-BiLSTM de 2026, que usa cerca de sete vezes mais parâmetros, memória de 45 a 95 s e um filtro de fase zero que não existe ao

vivo. Os protocolos diferem, e o span 5 foi escolhido após ver os resultados, logo não é um ranking. O erro fica abaixo da escala de leitura de 10 pontos [Harada et al. 2021], o que motiva avaliação prospectiva da cadeia; não demonstra equivalência, aceitabilidade clínica ou não-inferioridade.

O limite é claro e está declarado ao longo do texto: o desempenho não transporta para outra fonte. No VitalDB o ativo perde a ordenação (P_K 0,515, indistinguível do acaso) e erra 12,43, e o misto melhora 14 dos 15 casos apenas após ver essa fonte, o que é adaptação ao domínio, não generalização. A prioridade passa de "modelo maior" para "dados da fonte". O registro da política de amostragem da execução histórica do checkpoint ativo não foi preservado [Collins et al. 2024].

Os resultados são retrospectivos e exploratórios, e limitados pelo rótulo, pelos casos, pelo reuso dos benchmarks e pela imputação offline. A contribuição defensável é uma base auditável para formular e testar hipóteses, não um sistema clínico: o software não mede consciência, não prescreve dose, não controla bomba e não deve acionar alarme ou conduta.

Disponibilidade

Código em `https://github.com/Bruno-BRG/brainsniffer` (MIT), com relatórios e hashes. Dados não redistribuídos: o Figshare (CC BY 4.0) e o VitalDB (CC BY-NC-SA 4.0 e acordo de uso de dados) são baixados pela CLI. Os pesos treinados não são publicados; os obtidos com VitalDB ficam restritos a pesquisa, sem uso comercial.

Referências

Archer, L., Snell, K. I. E., Ensor, J., Hudda, M. T., Collins, G. S., and Riley, R. D. (2021). Minimum sample size for external validation of a clinical prediction model with a continuous outcome. *Statistics in Medicine*, 40(1):133–146. DOI: 10.1002/sim.8766.

Avidan, M. S., Jacobsohn, E., Glick, D., et al. (2011). Prevention of intraoperative awareness in a high-risk surgical population. *New England Journal of Medicine*, 365:591–600. DOI: 10.1056/NEJMoa1100403.

Avidan, M. S., Zhang, L., Burnside, B. A., et al. (2008). Anesthesia awareness and the bispectral index. *New England Journal of Medicine*, 358:1097–1108. DOI: 10.1056/NEJMoa0707361.

Collins, G. S., Moons, K. G. M., Dhiman, P., et al. (2024). TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. *BMJ*, 385:e078378. DOI: 10.1136/bmj-2023-078378.

Connor, C. W. (2022). Open reimplementation of the BIS algorithms for depth of anesthesia. *Anesthesia & Analgesia*, 135(4):855–864. DOI: 10.1213/ANE.0000000000006119.

Craik, A., He, Y., and Contreras-Vidal, J. L. (2019). Deep learning for electroencephalogram (EEG) classification tasks: a review. *Journal of Neural Engineering*, 16(3):031001.

Dahaba, A. A., Xue, J. X., Zhao, G. G., Liu, Q. H., et al. (2010). BIS-vista occipital montage in patients undergoing neurosurgical procedures during propofol-remifentanil anesthesia. *Anesthesiology*, 112(3):645–651. DOI: 10.1097/ALN.0b013e3181cf4111.

Field, C. A. and Welsh, A. H. (2007). Bootstrapping clustered data. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 69(3):369–390. DOI: 10.1111/j.1467-9868.2007.00593.x.

Garbe, J., Nguyen, Q. V., Kantelhardt, J. W., Dünninghaus, F., Erffmeier, K., Seeliger, K., and Schmid, T. (2026). DOSE-I: A multimodal biosignal dataset of procedural sedation for endoscopy. Dataset, v1, 171 gravações; licença CC BY 4.0 com acordo de uso; escala MOAA/S.

Hans, P., Dewandre, P.-Y., Brichant, J. F., and Bonhomme, V. (2005). Comparative effects of ketamine on bispectral index and spectral entropy of the electroencephalogram under sevoflurane anaesthesia. *British Journal of Anaesthesia*, 94(3):336–340. DOI: 10.1093/bja/aei047.

Harada, H., Muta, S., Kakuma, T., et al. (2021). Accuracy of BIS monitoring using a novel interface device connecting conventional needle-electrodes and BIS sensors during frontal neurosurgical procedures. *PLoS ONE*, 16(10):e0258647. DOI: 10.1371/journal.pone.0258647.

Johansen, J. W. and Sebel, P. S. (2000). Development and clinical application of electroencephalographic bispectrum monitoring. *Anesthesiology*, 93(5):1336–1344.

Kiranyaz, S., Avci, O., Abdeljaber, O., Ince, T., Gabbouj, M., and Inman, D. J. (2021). 1D convolutional neural networks and applications: a survey. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 151:107398.

Lee, H.-C., Park, Y., Yoon, S. B., Yang, S. M., Park, D., and Jung, C.-W. (2022). VitalDB, a high-fidelity multi-parameter vital signs database in surgical patients. *Scientific Data*, 9:279. DOI: 10.1038/s41597-022-01411-5.

Liu, Q., Ma, L., Fan, S.-Z., Abbod, M. F., and Shieh, J.-S. (2018). Sample entropy analysis for the estimating depth of anaesthesia through human EEG signal at different levels of unconsciousness during surgeries. *PeerJ*, 6:e4817.

Ma, L. (2017). EEG and BIS raw data. Dataset, v1, 24 arquivos; licença CC BY 4.0.

Myles, P. S., Leslie, K., McNeil, J., Forbes, A., and Chan, M. T. V. (2004). Bispectral index monitoring to prevent awareness during anaesthesia: the B-Aware randomised controlled trial. *The Lancet*, 363:1757–1763. DOI: 10.1016/S0140-6736(04)16300-9.

Nsugbe, E. and Connelly, S. (2022). Multiscale depth of anaesthesia prediction for surgery using frontal cortex electroencephalography. *Healthcare Technology Letters*, 9:43–53. DOI: 10.1049/htl2.12025.

Park, Y., Han, S.-H., Byun, W., Kim, J.-H., Lee, H.-C., and Kim, S.-J. (2020). A real-time depth of anesthesia monitoring system based on deep neural network with large EDO tolerant EEG analog front-end. *IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems*, 14:825–837. DOI: 10.1109/TBCAS.2020.2998172.

Pilge, S., Zanner, R., Schneider, G., Blum, J., Kreuzer, M., and Kochs, E. F. (2006). Time delay of index calculation: analysis of cerebral state, bispectral, and Narcotrend indices. *Anesthesiology*, 104(3):488–494. DOI: 10.1097/00000542-200603000-00016.

Purdon, P. L., Sampson, A., Pavone, K. J., and Brown, E. N. (2015). Clinical electroencephalography for anesthesiologists: part I: background and basic signatures. *Anesthesiology*, 123(4):937–960.

Saeb, S., Lonini, L., Jayaraman, A., Mohr, D. C., and Kording, K. P. (2017). The need to approximate the use-case in clinical machine learning. *GigaScience*, 6. DOI: 10.1093/gigascience/gix019.

Schuller, P. J., Newell, S., Strickland, P. A., and Barry, J. J. (2015). Response of bispectral index to neuromuscular block in awake volunteers. *British Journal of Anaesthesia*, 115(Suppl 1):i95–i103. DOI: 10.1093/bja/aev072.

Shi, M., Huang, Z., Xiao, G., Xu, B., Ren, Q., and Zhao, H. (2023). Estimating the depth of anesthesia from EEG signals based on a deep residual shrinkage network. *Sensors*, 23(2):1008. DOI: 10.3390/s23021008.

Shiraishi, T., Uchino, H., Sagara, T., and Ishii, N. (2004). A comparison of frontal and occipital bispectral index values obtained during neurosurgical procedures. *Anesthesia & Analgesia*, 98(6):1773–1775. DOI: 10.1213/01.ANE.0000121344.69058.09.

Smith, W. D., Dutton, R. C., and Smith, N. T. (1996). Measuring the performance of anesthetic depth indicators. *Anesthesiology*, 84(1):38–51. DOI: 10.1097/00000542-199601000-00005.

Sukriti, Kriplani, C., Kumar, S., and Singh, A. (2026). Predicting depth of anaesthesia from single-channel EEG using a deep TCN-BiLSTM-attention model with EWMA. *Scientific Reports*, 16:25470. DOI: 10.1038/s41598-026-54608-8.

VitalDB (2026). Open dataset: overview and track list. `https://vitaldb.net/dataset/`.