



Izveštaj o rezultatima inspekcije za volumetre

Oznaka dokumenta :

ZA - 19.01/03

Broj izvještaja : __ / __ / __

Osoba odgovorna za vođenje aktivnosti: Rukovoditelj IT

Imenovana laboratorija:

Čaljkusić d.o.o.

Vlasnik/korisnik mjerila:

Mjerilo predmet verifikacije:

VOLUMETRI

Službena oznaka:

Proizvođač:

Serijski brojevi:

Broj i datum zahtjeva inspekcije:

Inspekcija mjerila i mjernih sistema za mjerenje protoka tečnih naftnih derivata(RU-19.01.)

Metode i procedure:

Procedura za metode inspekcije (PR-19)

BAS EN ISO/IEC 17020



IN-163-01

Datum implementacije: 25.02.2022.
Izdanje broj: 01 | Revizija broj: 04

Broj izvještaja : __ / __ / __

Osoba odgovorna za vođenje aktivnosti: Rukovoditelj IT

Korištena mjerna oprema:

1. Etalonska posuda 5 l/BP Zagreb/35-2000
2. Etalonska posuda 10 l/BP Zagreb/35-2000
3. Etalonska posuda 50 l/BP Zagreb/35-2000
4. Etalonska posuda 100 l/BP Zagreb/35-2000
5. Termometar stakleni/Tlos/212-2017
6. Data Logger/MSR/410379

7. Infracrveni termometar/Dostmann/19070347
8. Štoperica/Casio/0052743

REZULTATI INSPEKCIJE

Serijski broj aparata:											Vizualna provjera mjerila protoka				
Serijski broj mjerila protoka:															
Vrsta goriva:	Temp. okoline/ goriva	Min.protok mjernog uređaja za istakanje Q_{min}/min	Srednji protok mjernog uređaja za istakanje Q_{sr}/min	Max. protok mjernog uređaja za istakanje Q_{max}/min	Zadana zapremina na uređaju V_1	Kontrola volumetrom V_2 (lit)			Greška mjerila (+/-0,5%) z (%)			Provjera protoka mjernog uređaja za istakanje	Spoljašnji pregled mjernog uređaja	Provjera curenja mjernog uređaja	Provjera ispravnosti pokazivača zapremine
						V_{Qmi} n (lit)	V_{Qsr} (lit)	V_{Qmax} (lit)	Z_{Qmin} (%)	Z_{Qsr} (%)	Z_{Qmax} (%)				
	okolina				5 lit							zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava
					5 lit							DA	DA	DA	DA



Izveštaj o rezultatima inspekcije za volumetre

Oznaka dokumenta :

ZA - 19.01/03

Broj izvještaja : __ / __ / __

Osoba odgovorna za vođenje aktivnosti: Rukovoditelj IT

							10 lit										
	gorivo						50 lit							Ne zadovoljava	Ne zadovoljava	Ne zadovoljava	Ne zadovoljava
		Vs(l)	t(s)		Vs(l)	t(s)	100 lit						NE	NE	NE	NE	
							Pogreška mjerila protoka z(%)										
"Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila i mjerne sisteme za mjerenje protoka/volumena tečnih naftnih goriva", „Službeni list BiH“ br. 26/2018.													DA		NE		

Mjeritelj: _____

Tehnički rukovoditelj: _____

M.P.