



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO TERMÔMETRO CULINÁRIO

Nº do Certificado:
MX-7K82D1

Cliente: MELIX SOLUÇÕES EM MEDIÇÃO	
Instrumento: Termômetro Culinário Digital	Identificação: TC-00123
Marca: MELIX	Modelo: MX-TC01
Número de Série: MX7K82D1	Faixa de Indicação: -50,0 °C a 300,0 °C
Resolução: 0,1 °C	Unidade de Medição: °C
Local da Calibração: Laboratório de Metrologia MELIX	
Procedimento de Calibração: PRC-TC-01 - Revisão 02	
Data da Calibração: 01/06/2026	Data de Validade: 01/06/2027
Condições Ambientais: Temperatura: 23,0 ± 2,0 °C Umidade Relativa: 50 ± 10 %	

PADRÕES UTILIZADOS

Equipamento Padrão	Marca / Modelo	Nº de Série	Certificado	Rastreabilidade	Validade
Termômetro Padrão Digital	Instrutherm / TP-500	TP500-210876	RBC-TP500-210876	RBC / INMETRO	12/09/2026
Banho Termostático	SolidSteel / SS-15L	SS15-18874	RBC-SS15-18874	RBC / INMETRO	10/10/2026
Termo-higrômetro	Instrutherm / HT-500	HT500-20345	RBC-HT500-20345	RBC / INMETRO	08/11/2026

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Valor de Referência (°C)	Valor Indicado (°C)	Erro (°C)	Incerteza Expandida (°C)	Fator de Abrangência (k)	Conformidade
-40,0	-39,8	+0,2	± 0,2	2,00	Conforme
0,0	0,1	-0,1	± 0,2	2,00	Conforme
50,0	50,1	-0,1	± 0,2	2,00	Conforme
100,0	100,2	-0,2	± 0,2	2,00	Conforme
150,0	150,1	-0,1	± 0,2	2,00	Conforme
200,0	200,2	-0,2	± 0,2	2,00	Conforme
250,0	250,3	-0,3	± 0,2	2,00	Conforme
300,0	300,2	-0,2	± 0,2	2,00	Conforme

OBSERVAÇÕES

- Este certificado atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.
- A incerteza de medição reportada foi calculada com fator de abrangência k = 2,00, para nível de confiança de aproximadamente 95%.
- O resultado da calibração refere-se exclusivamente ao item calibrado.
- É proibida a reprodução parcial deste certificado sem autorização do laboratório.

São Paulo - SP, 01 de junho de 2026.