carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

CORRIENTE INTERFERENCIAL

Presente.

DEFINICIÓN

La **corriente interferencial** es una corriente de **media frecuencia** (generalmente 2 000 a 5 000 Hz) que se obtiene por la **interferencia de dos corrientes alternas** de igual amplitud pero **ligeramente diferentes en frecuencia**, las cuales se cruzan dentro del tejido generando una **frecuencia modulada de baja frecuencia** con fines terapéuticos.

CARACTERÍSTICAS

- Corriente **sinusoidal**.
- Media frecuencia → **menor resistencia de la piel**.
- Produce una **frecuencia de batido** (ej. 1–150 Hz).
- Aplicación:
  - **Tetrapolar** (clásica): interferencia dentro del tejido.
  - **Bipolar** (pre-modulada): interferencia dentro del equipo.
- Mayor **confort para el paciente**.
- Permite tratar **tejidos profundos**.
- Posibilidad de **barrido de frecuencia (sweep)** para evitar acomodación nerviosa.

EFECTOS FISIOLÓGICOS

A NIVEL NEUROLÓGICO

- Estimula fibras nerviosas **Aβ, Aδ y C** (según frecuencia).
- **Analgesia** por:
  - Teoría de la compuerta (Gate Control).
  - Liberación de endorfinas (frecuencias bajas).

A NIVEL CIRCULATORIO

- Vasodilatación.
- Aumento del flujo sanguíneo local.
- Mejora del retorno venoso y linfático.

A NIVEL MUSCULAR

- Produce **contracciones musculares** (frecuencias bajas).
- Disminuye espasmos musculares.
- Mejora la función muscular en estados subagudos o crónicos

A NIVEL METABÓLICO

- Favorece la oxigenación tisular.
- Acelera la eliminación de metabolitos.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES

INDICACIONES

- Dolor agudo, subagudo y crónico.
- Lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia.
- Contracturas musculares.
- Espasmos musculares.
- Neuralgias.
- Ciatalgia.
- Lesiones musculoesqueléticas.
- Edema postraumático.
- Procesos inflamatorios subagudos y crónicos.
- Artrosis y artritis (no en fase aguda intensa).

CONTRAINDICACIONES

Absolutas:

- Marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados.
- Embarazo (zona abdominal o lumbar).
- Tumores malignos en la zona de aplicación.
- Trombosis o tromboflebitis.
- Infecciones activas.
- Epilepsia (zona cefálica).
- Hemorragias activas.

Relativas:

- Alteraciones de la sensibilidad.
- Piel lesionada o irritada.
- Pacientes con trastornos cardiovasculares (precaución).
- Niños y adultos mayores (ajustar intensidad).

BIOSEGURIDAD

- Evaluar historia clínica y contraindicaciones.
- Explicar el procedimiento al paciente.
- Revisar el estado del equipo y cables.
- Higiene de manos antes y después del tratamiento.
- Limpieza y desinfección de electrodos.
- No colocar electrodos sobre:
    - Heridas abiertas.
    - Áreas anestesiadas.
    - Zonas metálicas expuestas.
- Iniciar siempre con **intensidad en cero**.
- Supervisar la respuesta del paciente durante toda la sesión.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

1. Técnica tetrapolar
•Uso de **4 electrodos**.
•Se colocan en forma de **cruz**, rodeando la zona dolorosa.
•La interferencia ocurre **dentro del tejido**.
•Indicada para **dolor profundo y áreas amplias**.
2. Técnica bipolar (pre-modulada)
•Uso de **2 electrodos**.
•La interferencia ocurre **dentro del equipo**.
•Indicada para **zonas pequeñas o superficiales**.

Parámetros generales
•**Frecuencia portadora:** 2 000 – 4 000 Hz.
•**Frecuencia de batido:**
- Dolor agudo: 80–150 Hz.
- Dolor crónico: 1–10 Hz.
- Espasmo muscular: 10–50 Hz.

•**Tiempo:** 10–20 minutos.
•**Intensidad:** Sensitiva o motora según objetivo terapéutico.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.