carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

TÉCNICAS DE APLICACIÓN DE T.E.N.S.

Presente.

PARA LA APLICACIÓN

- Se prepara al paciente
- Se colocan los electrodos en la zona dolorida (cubriendo el área y asegurando que esté entre ellos)
- Se ajusta la intensidad hasta que se sienta un hormigueo confortable, para lo cual se pueden simular los pasos y ajustes bajo supervisión, además de considerar las contraindicaciones.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD:

- Seguir protocolos para minimizar riesgos.
- Limpiar y desinfectar equipos y la piel del paciente antes y después de cada sesión.
- No usar electrodos pegados a la piel que puedan causar irritación o daños.
- Usar guantes de látex y mascarilla.

CUIDADOS Y MANEJO ADECUADO DEL EQUIPO:

- Distinguir los elementos del equipo: Identificar el dispositivo principal, los cables y los electrodos.
- Conocer el cuidado del equipo:
- Limpiar y guardar los electrodos en su empaque original después de cada uso.
- Guardar el equipo en un lugar seguro para evitar daños.

SIMULACIÓN DE TRATAMIENTO (BAJO SUPERVISIÓN)

PREPARACIÓN:

- ✓ Apagar el equipo.
- ✓ Conectar los electrodos y las baterías.

COLOCACIÓN DE ELECTRODOS:

- ✓ Colocar los electrodos autoadhesivos sobre la piel limpia y seca, cubriendo la zona dolorida o los puntos nerviosos estratégicos.
- ✓ Asegurarse de que la región del dolor esté entre los electrodos.

CONEXIÓN:

- ✓ Conectar los cables a los electrodos y al dispositivo TENS.

ENCENDIDO:

- ✓ Encender el dispositivo.

AJUSTE DE INTENSIDAD

- ✓ Ajustar la intensidad hasta que se sienta un hormigueo confortable pero no doloroso. La intensidad se puede ir incrementando conforme el cuerpo se adapta.

FINALIZACIÓN:

- ✓ Apagar el equipo y retirar los electrodos.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

TENS de alta frecuencia (dolor agudo): Frecuencia: 80-120 Hz.

- Aplicación: Sencilla y corta para alivio rápido.

TENS de baja frecuencia (dolor crónico): Frecuencia: 2-10 Hz.

- Aplicación: Busca un alivio más duradero mediante la liberación de endorfinas.

TENS de baja frecuencia con contracciones : Frecuencia: <10 Hz.

- Aplicación: Con la intensidad adecuada para generar contracciones fásicas tolerables.

TENS de alta frecuencia con burst : Frecuencia: 100 Hz con burst.

- Aplicación: Evita la parestesia dolorosa o la contracción tetánica excesiva.

CONTRAINDICACIONES:

- ✓ No usar sobre el seno carotídeo (cuello).
- ✓ No utilizar si se tienen marcapasos cardíacos o enfermedades cardíacas (consultar al médico).
- ✓ Evitar la estimulación en áreas que puedan transmitir la corriente a través del cerebro.
- ✓ No usar en síndromes de dolor no diagnosticados.
- ✓ Efectividad: Si después de un periodo de tratamiento no hay alivio, consultar a un médico

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.