



Sea-Bird Scientific  
13431 NE 20<sup>th</sup> Street  
Bellevue, WA 98005  
USA

+1 425-643-9866  
seabird@seabird.com  
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 3229  
CALIBRATION DATE: 16-Feb-23

SBE 21 TEMPERATURE CALIBRATION DATA  
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

g = 4.23492004e-003  
h = 6.28534174e-004  
i = 1.81576512e-005  
j = 8.80484672e-007  
f0 = 1000.0

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	2611.012	1.0000	-0.00003
4.5000	2820.830	4.5001	0.00007
15.0000	3523.117	14.9998	-0.00016
18.4999	3782.661	18.5000	0.00013
24.0000	4217.433	24.0000	0.00004
29.0000	4642.158	28.9999	-0.00007
32.5000	4956.696	32.5000	0.00003

f = Instrument Output (Hz)

Temperature ITS-90 (°C) =  $1 / \{g + h[\ln(f_0 / f)] + i[\ln^2(f_0 / f)] + j[\ln^3(f_0 / f)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

