Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4955
CALIBRATION DATE: 01-Dec-22

SBE 19plus PRESSURE CALIBRATION DATA
508 psia S/N 10811914

COEFFICIENTS:

PA0 = -1.553736e-002   PTCA0 = 5.234952e+005
PA1 = 1.541625e-003   PTCA1 = 1.052816e+000
PA2 = 9.842969e-012   PTCA2 = -7.244704e-002
PTEMPA0 = -7.574334e+001   PTCB0 = 2.505288e+001
PTEMPA1 = 4.898356e+001   PTCB1 = 2.375000e-003
PTEMPA2 = -2.180284e-001   PTCB2 = 0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE (PSIA)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	THERMISTOR OUTPUT (volts)	COMPUTED PRESSURE (PSIA)	RESIDUAL (%FSR)
14.39	532872.0	2.0	14.43	0.01
114.08	597587.8	2.0	114.05	-0.01
213.42	662085.8	2.0	213.41	-0.00
313.04	726825.8	2.0	313.23	0.04
412.45	791206.6	2.0	412.58	0.02
512.01	855571.0	2.0	511.98	-0.01
412.64	791151.0	2.0	412.49	-0.03
313.27	726834.2	2.0	313.24	-0.01
213.82	662320.2	2.0	213.77	-0.01
114.32	597701.2	2.0	114.22	-0.02
14.39	532877.6	2.0	14.44	0.01

THERMAL CORRECTION

TEMP (°C)	THERMISTOR OUTPUT (volts)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)
32.50	2.23	533163.73
29.00	2.16	533172.25
24.00	2.06	533183.44
18.50	1.94	533201.33
15.00	1.87	533205.12
4.50	1.65	533205.80
1.00	1.58	533205.35

TEMPERATURE (°C)	SPAN
-5.00	25.04
35.00	25.14

y = thermistor output (volts)

$t = PTEMPA0 + PTEMPA1 * y + PTEMPA2 * y^2$

x = instrument output - $PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * t^2$

$n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * t^2)$

pressure (PSIA) = $PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2$

Residual (%FSR) = (computed pressure - true pressure) * 100 / Full Scale Range

Date, Offset (%FSR)

● 01-Dec-22   0.00

POST CRUISE
CALIBRATION