

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0730\
数据文件 : SCCP 100.D
采集 : 30 Jul 2026 21:08
操作者 :
样品 : SCCP 100
其他 :
ALS 样品瓶: 2 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 31 08:44:10 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\SCCP混标-CAL-20200816-CI.M
定量方法标题: PAES CAL
上一次定量更新: Wed Jul 29 10:42:06 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
目标化合物						定性离子
1) SCCP	5.870	TIC	2120925m	103.59	mg/L	
2) C10-5	5.168	277	3735	未校正		
3) C10-6	5.495	313	28743	未校正		
4) C10-7	5.835	347	58511	未校正		
5) C10-8	6.280	381	81037	未校正		
6) C10-9	6.961	415	49483	未校正		
7) C10-10	7.468	449	13586	未校正		
8) C11-5	5.203	293	11803	未校正		
9) C11-6	5.578	327	58456	未校正		
10) C11-7	6.322	361	115037	未校正		
11) C11-8	6.683	395	166102	未校正		
12) C11-9	7.170	429	114798	未校正		
13) C11-10	7.969	463	41782	未校正		
14) C12-5	5.620	307	21125	未校正		
15) C12-6	6.343	341	140771	未校正		
16) C12-7	6.732	375	262998	未校正		
17) C12-8	7.142	409	150431	未校正		
18) C12-9	7.593	443	35805	未校正		
19) C12-10	7.837	479	3488	未校正		
20) C13-5	6.002	321	29478	未校正		
21) C13-6	6.412	355	125586	未校正		
22) C13-7	6.794	389	264450	未校正		
23) C13-8	7.614	423	280538	未校正		
24) C13-9	8.121	459	110548	未校正		
25) C13-10	9.004	493	13729	未校正		
26) 林丹	0.000		0	N.D.	d	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

SCCP混标-CA...0200816-CI.M 2026-07-31 周五 09:02:44