

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0730\
 数据文件 : BLK2.D
 采集 : 30 Jul 2026 20:31
 操作者 :
 样品 : BLK2
 其他 :
 ALS 样品瓶: 1 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 31 09:03:12 2026
 定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\SCCP混标-CAL-20200816-CI.M
 定量方法标题: PAES CAL
 上一次定量更新: Fri Jul 31 09:02:10 2026
 响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
目标化合物						定性离子
1) SCCP	4.828	TIC	13375	N.D.		
2) C10-5	3.341	277	9	未校正	#	
3) C10-6	3.792	313	3	未校正	#	
4) C10-7	4.126	347	3	未校正	#	
5) C10-8	4.383	381	10	未校正	#	
6) C10-9	4.974	415	2	未校正	#	
7) C10-10	5.821	449	1	未校正	#	
8) C11-5	3.577	293	11	未校正	#	
9) C11-6	4.119	327	3	未校正	#	
10) C11-7	4.418	361	8	未校正	#	
11) C11-8	4.682	395	5	未校正	#	
12) C11-9	4.946	429	5	未校正	#	
13) C11-10	5.397	463	7	未校正	#	
14) C12-5	3.862	307	6	未校正	#	
15) C12-6	4.195	341	3	未校正	#	
16) C12-7	4.772	375	6	未校正	#	
17) C12-8	5.001	409	2	未校正	#	
18) C12-9	5.252	443	25	未校正	#	
19) C12-10	5.585	479	1	未校正	#	
20) C13-5	4.355	321	5	未校正	#	
21) C13-6	4.418	355	5	未校正	#	
22) C13-7	4.835	389	7	未校正	#	
23) C13-8	5.238	423	6	未校正	#	
24) C13-9	5.571	459	8	未校正	#	
25) C13-10	5.543	493	7	未校正	#	
26) 林丹	4.661	255	411913	未校正	#	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号