

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0731\
数据文件 : TN26070729.D
采集 : 01 Aug 2026 03:48
操作者 :
样品 : TN26070729
其他 :
ALS 样品瓶: 26 样品乘积因子: 1

定量时间 : Aug 03 08:58:36 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\SCCP混标-CAL-20200816-CI.M
定量方法标题: PAES CAL
上一次定量更新: Wed Jul 29 10:42:06 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
						定性离子
目标化合物						
1) SCCP	4.828	TIC	30330	N.D.		
2) C10-5	3.327	277	15	未校正	#	
3) C10-6	3.751	313	11	未校正	#	
4) C10-7	4.133	347	3	未校正	#	
5) C10-8	4.397	381	1	未校正	#	
6) C10-9	4.967	415	6	未校正	#	
7) C10-10	5.835	449	401	未校正	#	
8) C11-5	3.431	293	83	未校正		
9) C11-6	4.084	327	96	未校正	#	
10) C11-7	4.446	361	3	未校正	#	
11) C11-8	4.682	395	113	未校正	#	
12) C11-9	4.974	429	3	未校正	#	
13) C11-10	5.418	463	22	未校正	#	
14) C12-5	3.862	307	9	未校正	#	
15) C12-6	4.175	341	8	未校正	#	
16) C12-7	4.737	375	79	未校正	#	
17) C12-8	4.995	409	1	未校正	#	
18) C12-9	5.252	443	9	未校正	#	
19) C12-10	5.571	479	543	未校正	#	
20) C13-5	4.341	321	8	未校正	#	
21) C13-6	4.404	355	10	未校正	#	
22) C13-7	4.876	389	5	未校正	#	
23) C13-8	5.279	423	78	未校正	#	
24) C13-9	5.564	459	325	未校正	#	
25) C13-10	5.564	493	263	未校正	#	
26) 林丹	4.661	255	100359	未校正	#	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

SCCP混标-CA...0200816-CI.M 2026-08-03 周一 08:58:49