



文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0803\TS26072901001.D
操作员 :
已采集 : 04 Aug 2026 06:43 , 使用采集方法 PAHS-SIM-24.M
仪器: GCMSD_19
样品名称 : TS26072901001
其他信息 :
样品瓶号 : 36



数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0803\
数据文件 : TS26072901001.D
采集 : 04 Aug 2026 06:43
操作者 :
样品 : TS26072901001
其他 :
ALS 样品瓶: 36 样品乘积因子: 1

定量时间 : Aug 04 09:44:16 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-日常.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Tue Aug 04 09:16:46 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	2.271	136	73667	0.20	mg/L	0.00
3) Phenanthrene-d10	4.699	188	373323m	1.00	mg/L	0.00
13) Perylene-d12	7.909	264	659045	1.00	mg/L	0.01
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	2.283	128	15512m	0.037	mg/L	
4) Acenaphthylene	3.436	152	19004m	0.046	mg/L	
5) Acenaphthene	3.543	153	107m	0.089	mg/L	
6) Fluorene	4.031	166	519	0.122	mg/L #	34
7) Phenanthrene	4.719	178	7929m	0.025	mg/L	
8) Anthracene	4.775	178	600m	0.041	mg/L	
9) Fluoranthene	5.683	202	16282m	0.032	mg/L	
10) Pyrene	5.834	202	128910m	0.256	mg/L	
11) Benzo[a]anthracene	6.857	228	490	0.031	mg/L #	1
12) Chrysene	6.857	228	563	0.071	mg/L #	1
14) Benzo[b]fluoranthene	7.650	252	814	0.051	mg/L #	56
15) Benzo[j]fluoranthene	7.650	252	814	0.051	mg/L #	56
16) Benzo[k]fluoranthene	7.650	252	814	0.051	mg/L #	56
17) Benzo[e]pyrene	7.854	252	3867	0.011	mg/L #	72
18) Benzo[a]pyrene	7.881	252	622	0.082	mg/L #	56
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	8.826	276	76	0.090	mg/L #	1
20) dibenzo[a,h]anthracene	8.777	278	214	0.050	mg/L #	1
21) benzo[g,h,i]perylene	9.045	276	13196	0.030	mg/L #	87

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-日常.M 2026-08-04 周二 16:29:27

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0803\
数据文件 : PAHS_BLK08.D
采集 : 04 Aug 2026 08:17
操作者 :
样品 : PAHS_BLK08
其他 :
ALS 样品瓶: 1 样品乘积因子: 1



定量时间 : Aug 04 09:17:47 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-日常.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Tue Aug 04 09:16:46 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	2.295	136	77702m	0.20	mg/L	0.03
3) Phenanthrene-d10	4.714	188	381682m	1.00	mg/L	0.01
13) Perylene-d12	7.909	264	755295	1.00	mg/L	0.01
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	2.265	128	72	0.000	mg/L #	57
4) Acenaphthylene	3.436	152	21	0.000	mg/L #	1
5) Acenaphthene	3.555	153	22	0.000	mg/L #	55
6) Fluorene	4.001	166	24	0.000	mg/L #	1
7) Phenanthrene	4.709	178	87	0.000	mg/L #	1
8) Anthracene	4.831	178	28	0.000	mg/L #	60
9) Fluoranthene	5.709	202	30	0.000	mg/L #	1
10) Pyrene	5.860	202	20	0.000	mg/L #	55
11) Benzo[a]anthracene	6.857	228	140	0.000	mg/L #	1
12) Chrysene	6.899	228	25	0.000	mg/L #	1
14) Benzo[b]fluoranthene	7.661	252	98	0.000	mg/L #	54
15) Benzo[j]fluoranthene	7.661	252	98	0.000	mg/L #	54
16) Benzo[k]fluoranthene	7.661	252	98	0.000	mg/L #	54
17) Benzo[e]pyrene	7.826	252	230	0.001	mg/L #	1
18) Benzo[a]pyrene	7.920	252	95m	0.000	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	8.817	276	117	0.000	mg/L #	1
20) dibenzo[a,h]anthracene	8.817	278	161	0.000	mg/L #	1
21) benzo[g,h,i]perylene	8.956	276	336	0.001	mg/L #	46

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-日常.M 2026-08-04 周二 09:18:03

文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0803\PAHS C1.D
 操作员 :
 已采集 : 03 Aug 2026 19:29 , 使用采集方法 PAHS-SIM-24.M
 仪器: GCMSD_19
 样品名称 : PAHS C1
 其他信息 :
 样品瓶号 : 2



数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0803\
数据文件 : PAHS C1.D
采集 : 03 Aug 2026 19:29
操作者 :
样品 : PAHS C1
其他 :
ALS 样品瓶: 2 样品乘积因子: 1

定量时间 : Aug 04 09:14:20 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-日常.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Tue Aug 04 09:14:17 2026
响应方式 : 初始校正


化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	2.277	136	80474m	0.20	mg/L	0.01
3) Phenanthrene-d10	4.704	188	402158m	1.00	mg/L	0.00
13) Perylene-d12	7.903	264	804977	1.00	mg/L	0.00
目标化合物						定性离子
2) Naphthalene	2.289	128	2287m	0.005	mg/L	
4) Acenaphthylene	3.442	152	2091m	0.005	mg/L	
5) Acenaphthene	3.567	153	1544m	0.005	mg/L	
6) Fluorene	4.025	166	1802m	0.005	mg/L	
7) Phenanthrene	4.724	178	1784m	0.005	mg/L	
8) Anthracene	4.775	178	2584m	0.005	mg/L	
9) Fluoranthene	5.740	202	2473	0.005	mg/L #	69
10) Pyrene	5.896	202	2628	0.005	mg/L #	79
11) Benzo[a]anthracene	6.914	228	1978m	0.005	mg/L	
12) Chrysene	6.914	228	3468m	0.005	mg/L	
14) Benzo[b]fluoranthene	7.683	252	7751	0.006	mg/L #	91
15) Benzo[j]fluoranthene	7.683	252	7751	0.006	mg/L #	91
16) Benzo[k]fluoranthene	7.683	252	7751	0.006	mg/L #	91
17) Benzo[e]pyrene	7.843	252	2175	0.005	mg/L #	80
18) Benzo[a]pyrene	7.898	252	2061m	0.005	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	8.861	276	2933	0.005	mg/L #	90
20) dibenzo[a,h]anthracene	8.881	278	2564	0.005	mg/L #	82
21) benzo[g,h,i]perylene	9.065	276	2778m	0.005	mg/L	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-日常.M 2026-08-04 周二 09:15:20

Naphthalene

响应比



响应值 = 1.134e+000 * 含量

相关系数 (r^2) = 0.999614 曲线拟合: 线性/(0,0)

方法名称: D:\MassHunter\GCMS\1\methods\FAHS内标-日常.M

校正表上次更新时间: Tue Aug 04 09:16:46 2026