

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\11\1113\
数据文件 : TS25110765001A.D
采集 : 13 Nov 2025 23:02
操作者 :
样品 : TS26072901001
其他 :
ALS 样品瓶: 17 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 14 10:26:33 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-日常.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Fri Nov 14 10:20:42 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	3.090	136	22915	0.20	mg/L	0.00
3) Phenanthrene-d10	6.657	188	59645	1.00	mg/L	0.00
13) Perylene-d12	11.980	264	24138	1.00	mg/L	# 0.02
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	3.108	128	277m	0.002	mg/L	
4) Acenaphthylene	4.761	152	58	0.000	mg/L #	66
5) Acenaphthene	4.951	153	178	0.003	mg/L #	19
6) Fluorene	5.534	165	34m	0.001	mg/L	
7) Phenanthrene	6.682	178	2221m	0.026	mg/L	
8) Anthracene	6.743	178	223	0.003	mg/L #	1
9) Fluoranthene	8.130	202	789m	0.010	mg/L	
10) Pyrene	8.401	202	5175m	0.068	mg/L	
11) Benzo[a]anthracene	9.871	228	26m	0.001	mg/L	
12) Chrysene	9.912	228	1463m	0.036	mg/L	
14) Benzo[b]fluoranthene	11.385	252	239m	0.002	mg/L	
15) Benzo[j]fluoranthene	11.385	252	257m	0.002	mg/L	
16) Benzo[k]fluoranthene	11.396	252	56m	0.001	mg/L	
17) Benzo[e]pyrene	11.782	252	2462m	0.073	mg/L	
18) Benzo[a]pyrene	11.892	252	97m	0.003	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	14.207	276	153m	0.003	mg/L	
20) dibenzo[a,h]anthracene	14.268	278	48m	0.001	mg/L	
21) benzo[g,h,i]perylene	14.896	276	13m	0.000	mg/L	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号