

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\09\0928\
数据文件 : TS25091299001.D
采集 : 28 Sep 2025 22:11
操作者 :
样品 : TS25091299001
其他 :
ALS 样品瓶: 12 样品乘积因子: 1

定量时间 : Sep 29 09:21:51 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-日常.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Mon Sep 29 09:11:06 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	3.108	136	19973	0.20	mg/L	0.00
3) Phenanthrene-d10	6.662	188	43198	1.00	mg/L	0.00
13) Perylene-d12	11.947	264	29413	1.00	mg/L	# 0.00
目标化合物						
2) Naphthalene	3.155	128	80m	0.001	mg/L	
4) Acenaphthylene	4.660	152	73m	0.001	mg/L	
5) Acenaphthene	4.957	153	19m	0.000	mg/L	
6) Fluorene	5.540	165	22m	0.000	mg/L	
7) Phenanthrene	6.692	178	68	0.001	mg/L	# 35
8) Anthracene	6.692	178	68	0.001	mg/L	# 34
9) Fluoranthene	8.126	202	32	0.001	mg/L	# 1
10) Pyrene	8.401	202	10m	0.000	mg/L	
11) Benzo[a]anthracene	9.845	228	48m	0.001	mg/L	
12) Chrysene	9.887	228	26m	0.001	mg/L	
14) Benzo[b]fluoranthene	11.320	252	276	0.002	mg/L	# 1
15) Benzo[j]fluoranthene	11.320	252	276	0.002	mg/L	# 1
16) Benzo[k]fluoranthene	11.320	252	276	0.002	mg/L	# 1
17) Benzo[e]pyrene	11.810	252	7m	0.000	mg/L	
18) Benzo[a]pyrene	11.826	252	14m	0.000	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	14.183	276	1	0.000	mg/L	# 1
20) dibenzo[a,h]anthracene	14.290	278	2	0.000	mg/L	# 1
21) benzo[g,h,i]perylene	14.835	276	3	0.000	mg/L	# 1

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号