

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\11\1112\
数据文件 : TS25110370001A-16143.D
采集 : 13 Nov 2025 03:34
操作者 :
样品 : TS25110370001A-16143
其他 :
ALS 样品瓶: 29 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 13 12:53:14 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\16143内标-8项-CAL.M
定量方法标题: 16143
上一次定量更新: Thu Nov 13 12:52:45 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) 十氟联苯	2.501	334	7368m	0.40	μ g/m	0.00
2) Benzo[a]anthracene-d12	9.877	240	10751m	0.40	μ g/m	0.03
5) Benzo[b]Fluoranthene-d12	11.392	264	12968m	0.40	μ g/m	0.10
9) Benzo[a]pyrene-d12	11.959	264	8873m	0.40	μ g/m	0.14
目标化合物						定性离子
3) Benzo[a]anthracene	9.908	228	42m	0.001	mg/L	
4) Chrysene	9.950	228	1112m	0.024	mg/L	
6) Benzo[b]fluoranthene	11.441	252	54m	0.000	mg/L	
7) Benzo[j]fluoranthene	11.458	252	65m	0.001	mg/L	
8) Benzo[k]fluoranthene	11.458	252	45m	0.000	mg/L	
10) Benzo[e]pyrene	11.909	252	53m	0.001	mg/L	
11) Benzo[a]pyrene	12.036	252	22m	0.001	mg/L	
12) dibenzo[a,h]anthracene	14.284	278	80m	0.003	mg/L	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号