

数据路径 : C:\msdchem\4\DATA\2025\11\1113\
 数据文件 : TS25110711001.D
 采集 : 13 Nov 2025 16:41
 操作者 :
 样品 : TS25110711001
 其他 :
 ALS 样品瓶: 11 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 14 08:41:30 2025
 定量方法 : C:\msdchem\4\METHODS\PAES-CAL-日常.M
 定量方法标题: PAES CAL
 上一次定量更新: Fri Nov 14 08:34:09 2025
 响应方式 : 初始校正

化合物	R. T.	目标离子	响应值	浓度	偏差(分钟)
目标化合物			定性峰值		
1) DIOP	5.928	149	1142	N. D.	
2) DCHP	4.981	250	53	N. D.	
3) DIHxP	5.928	149	1142	N. D.	
4) mBP	4.532	104	168	N. D.	
5) DPRP	5.639	149	6047	N. D.	
6) C6-C10	5.639	149	6047	N. D.	
7) C6-C8	5.639	149	6047	N. D.	
8) C7-C11	5.639	149	6047	N. D.	
9) DEP	4.564	149	70	N. D.	
10) DMP	4.200	163	7935	N. D.	
11) DIBP-149	5.639	149	6343	N. D.	
12) DIBP-223	5.324	223	48	N. D.	
13) DBP-149	5.928	149	1861	N. D.	
14) DBP-223	5.532	223	187	N. D.	
15) DIPP	5.837	149	216	N. D.	
16) PIPP	5.837	149	216	N. D.	
17) DPP	5.837	149	216	N. D.	
18) DMEP	5.612	59	1373	N. D.	
19) DnHP	6.581	149	317	N. D.	
20) BBP-206	0.000		0	N. D.	
21) BBP-149	6.623	149	3535	N. D.	
22) DEHP-149	7.073	149	23330	N. D.	
23) DEHP-167	7.073	167	7132	N. D.	
24) DEHP-279	7.073	279	2263	N. D.	
25) DNOP-279	7.779	279	22	N. D.	
26) DNOP-149	7.640	149	330	N. D.	
27) DINP-293	8.025	293	8	N. D.	
28) DIDP-307	8.399	307	11	N. D.	
29) BB	5.179	105	635022	未校正	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号