

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0724\
数据文件 : SCCP 100.D
采集 : 24 Jul 2026 19:53
操作者 :
样品 : SCCP 100
其他 :
ALS 样品瓶: 2 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 27 08:44:23 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\SCCP混标-CAL-20200816-CI.M
定量方法标题: PAES CAL
上一次定量更新: Wed Jul 22 08:38:23 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
目标化合物						定性离子
1) SCCP	5.828	TIC	1198707m	99.43	mg/L	
2) C10-5	4.988	277	4103	未校正		
3) C10-6	5.557	313	28340	未校正		
4) C10-7	5.919	347	53616	未校正		
5) C10-8	6.301	381	74499	未校正		
6) C10-9	6.614	415	41994	未校正		
7) C10-10	7.225	449	9653	未校正		
8) C11-5	5.120	293	10823	未校正		
9) C11-6	5.530	327	51961	未校正		
10) C11-7	6.280	361	106418	未校正		
11) C11-8	6.697	395	144087	未校正		
12) C11-9	7.176	429	98120	未校正		
13) C11-10	7.573	463	34972	未校正		
14) C12-5	5.620	307	21604	未校正		
15) C12-6	5.988	341	129087	未校正		
16) C12-7	6.760	375	238693	未校正		
17) C12-8	7.149	409	135082	未校正		
18) C12-9	7.538	443	29940	未校正		
19) C12-10	7.788	479	1877	未校正		
20) C13-5	5.947	321	27654	未校正		
21) C13-6	6.363	355	112579	未校正		
22) C13-7	6.787	389	236781	未校正		
23) C13-8	7.322	423	243672	未校正		
24) C13-9	8.080	459	91654	未校正		
25) C13-10	8.281	493	11568	未校正		
26) 林丹	0.000		0	N.D.	d	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号