

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0724\
数据文件 : TN26070400.D
采集 : 25 Jul 2026 07:32
操作者 :
样品 : TN26070400
其他 :
ALS 样品瓶: 36 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 27 08:59:37 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\SCCP混标-CAL-20200816-CI.M
定量方法标题: PAES CAL
上一次定量更新: Mon Jul 27 08:53:09 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
						定性离子
目标化合物						
1) SCCP	4.849	TIC	36801	N.D.		
2) C10-5	3.327	277	885	未校正	#	
3) C10-6	3.806	313	4	未校正	#	
4) C10-7	4.119	347	67	未校正	#	
5) C10-8	4.390	381	7	未校正	#	
6) C10-9	4.932	415	6	未校正	#	
7) C10-10	5.842	449	436	未校正	#	
8) C11-5	3.577	293	9	未校正	#	
9) C11-6	4.119	327	7	未校正	#	
10) C11-7	4.425	361	11	未校正	#	
11) C11-8	4.675	395	11	未校正	#	
12) C11-9	4.939	429	13	未校正	#	
13) C11-10	5.370	463	56	未校正	#	
14) C12-5	3.855	307	10	未校正	#	
15) C12-6	4.223	341	25	未校正	#	
16) C12-7	4.737	375	24	未校正	#	
17) C12-8	4.988	409	10	未校正	#	
18) C12-9	5.279	443	6	未校正	#	
19) C12-10	5.578	479	727	未校正	#	
20) C13-5	4.362	321	8	未校正	#	
21) C13-6	4.411	355	7	未校正	#	
22) C13-7	4.870	389	21	未校正	#	
23) C13-8	5.300	423	55	未校正	#	
24) C13-9	5.585	459	434	未校正	#	
25) C13-10	5.578	493	1099	未校正	#	
26) 林丹	4.654	255	60857	未校正	#	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号