

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0724\
数据文件 : TN26070401.D
采集 : 25 Jul 2026 07:51
操作者 :
样品 : TN26070401
其他 :
ALS 样品瓶: 37 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 27 09:01:17 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\SCCP混标-CAL-20200816-CI.M
定量方法标题: PAES CAL
上一次定量更新: Mon Jul 27 08:53:09 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
目标化合物			定性离子			
1) SCCP	4.911	TIC	15269	N.D.		
2) C10-5	3.334	277	4	未校正	#	
3) C10-6	3.785	313	10	未校正	#	
4) C10-7	4.084	347	100	未校正	#	
5) C10-8	4.355	381	15	未校正	#	
6) C10-9	4.960	415	13	未校正	#	
7) C10-10	5.828	449	16	未校正	#	
8) C11-5	3.431	293	29	未校正		
9) C11-6	4.133	327	20	未校正	#	
10) C11-7	4.411	361	12	未校正	#	
11) C11-8	4.682	395	4	未校正	#	
12) C11-9	4.967	429	43	未校正	#	
13) C11-10	5.522	463	132	未校正	#	
14) C12-5	3.869	307	20	未校正	#	
15) C12-6	4.195	341	6	未校正	#	
16) C12-7	4.737	375	3	未校正	#	
17) C12-8	4.987	409	9	未校正	#	
18) C12-9	5.279	443	77	未校正	#	
19) C12-10	5.571	479	3	未校正	#	
20) C13-5	4.362	321	3	未校正	#	
21) C13-6	4.431	355	6	未校正	#	
22) C13-7	4.869	389	9	未校正	#	
23) C13-8	5.279	423	12	未校正	#	
24) C13-9	5.599	459	407	未校正	#	
25) C13-10	5.557	493	7	未校正	#	
26) 林丹	4.661	255	44787	未校正	#	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

SCCP混标-CA...0200816-CI.M 2026-07-27 周一 09:01:39