

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0724\
 数据文件 : TN26070446.D
 采集 : 25 Jul 2026 00:47
 操作者 :
 样品 : TN26070446
 其他 :
 ALS 样品瓶: 17 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 27 09:11:08 2026
 定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\SCCP混标-CAL-20200816-CI.M
 定量方法标题: PAES CAL
 上一次定量更新: Mon Jul 27 08:53:09 2026
 响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
目标化合物						定性离子
1) SCCP	4.967	TIC	20311	N.D.		
2) C10-5	3.341	277	796	未校正	#	
3) C10-6	3.806	313	7	未校正	#	
4) C10-7	4.126	347	4	未校正	#	
5) C10-8	4.390	381	7	未校正	#	
6) C10-9	4.946	415	7	未校正	#	
7) C10-10	5.835	449	25	未校正	#	
8) C11-5	3.542	293	21	未校正	#	
9) C11-6	4.140	327	12	未校正	#	
10) C11-7	4.432	361	8	未校正	#	
11) C11-8	4.696	395	2	未校正	#	
12) C11-9	4.946	429	7	未校正	#	
13) C11-10	5.391	463	30	未校正	#	
14) C12-5	3.876	307	1	未校正	#	
15) C12-6	4.195	341	9	未校正	#	
16) C12-7	4.744	375	40	未校正	#	
17) C12-8	5.029	409	19	未校正	#	
18) C12-9	5.265	443	7	未校正	#	
19) C12-10	5.557	479	13	未校正	#	
20) C13-5	4.362	321	6	未校正	#	
21) C13-6	4.439	355	6	未校正	#	
22) C13-7	4.869	389	10	未校正	#	
23) C13-8	5.279	423	10	未校正	#	
24) C13-9	5.585	459	63	未校正	#	
25) C13-10	5.557	493	57	未校正	#	
26) 林丹	4.654	255	77909	未校正	#	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号