

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0724\
数据文件 : TN26070469.D
采集 : 24 Jul 2026 23:34
操作者 :
样品 : TN26070469
其他 :
ALS 样品瓶: 13 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 27 09:28:22 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\SCCP混标-CAL-20200816-CI.M
定量方法标题: PAES CAL
上一次定量更新: Mon Jul 27 08:53:09 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
目标化合物						定性离子
1) SCCP	4.856	TIC	34512	N.D.		
2) C10-5	3.341	277	4	未校正	#	
3) C10-6	3.806	313	3	未校正	#	
4) C10-7	4.105	347	2	未校正	#	
5) C10-8	4.446	381	8	未校正	#	
6) C10-9	4.967	415	6	未校正	#	
7) C10-10	5.821	449	452	未校正	#	
8) C11-5	3.605	293	11	未校正	#	
9) C11-6	4.119	327	5	未校正	#	
10) C11-7	4.404	361	3	未校正	#	
11) C11-8	4.675	395	2	未校正	#	
12) C11-9	4.953	429	5	未校正	#	
13) C11-10	5.460	463	42	未校正	#	
14) C12-5	3.869	307	3	未校正	#	
15) C12-6	4.209	341	3	未校正	#	
16) C12-7	4.765	375	10	未校正	#	
17) C12-8	5.001	409	4	未校正	#	
18) C12-9	5.272	443	3	未校正	#	
19) C12-10	5.571	479	650	未校正	#	
20) C13-5	4.390	321	4	未校正	#	
21) C13-6	4.397	355	5	未校正	#	
22) C13-7	4.862	389	4	未校正	#	
23) C13-8	5.328	423	22	未校正	#	
24) C13-9	5.585	459	751	未校正	#	
25) C13-10	5.571	493	873	未校正	#	
26) 林丹	4.661	255	86886	未校正	#	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

SCCP混标-CA...0200816-CI.M 2026-07-27 周一 09:28:48