


定量分析校正报告



批处理数据路径	\\192.168.13.9\2026-036-2\07\0727\QuantResults\20260728-PD.batch.bin	分析员名称	DESKTOP-H4VRT6H\Administrator
分析时间戳	2026/7/28 12:42:27	报告员姓名	DESKTOP-H4VRT6H\Administrator
报告生成时间	2026/7/28 12:42:47	批处理状态	Processed
校正最近更新	2026/7/28 12:42:27	报告 Quant 版本	10.2
分析 Quant 版本	10.1		

DEHP 相对标准误差 12.9

DEHP - 6 个级别，使用了 6 个级别，6 个点，使用了 6 个点，0 个 QC



校正 STD 路径	类型	级别	启用	浓度	响应
\\192.168.13.9\2026-036-2\07\0727\PAE C1.D	校正	1	x	0.29	60218
\\192.168.13.9\2026-036-2\07\0727\PAE C2.D	校正	2	x	0.58	126157
\\192.168.13.9\2026-036-2\07\0727\PAE C3.D	校正	3	x	2.88	561528
\\192.168.13.9\2026-036-2\07\0727\PAE C4.D	校正	4	x	5.75	1085860
\\192.168.13.9\2026-036-2\07\0727\PAE C5.D	校正	5	x	11.50	2138985
\\192.168.13.9\2026-036-2\07\0727\PAE C6.D	校正	6	x	23.00	4137911