



文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0727\TN26070654001.D
操作员 :
已采集 :
仪器 : GCMS
样品名称 : TN26070654001
其他信息 :
样品瓶号 : 29



数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0727\
数据文件 : TN26070654001.D
采集 : 30 Jul 2026 04:46
操作者 :
样品 : TN26070654001
其他 :
ALS 样品瓶: 29 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 30 10:54:46 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-跑道.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Tue Jul 28 08:44:45 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	2.729	136	63098m	0.25	mg/L	-0.02
3) Anthracene-d10	6.361	188	86254	0.50	mg/L	0.00
13) Perylene-d12	11.350	264	395061	1.00	mg/L	-0.03
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	2.771	128	330m	0.001	mg/L	
4) Acenaphthylene	4.424	152	54	0.000	mg/L #	1
5) Acenaphthene	4.638	153	176	0.001	mg/L #	69
6) Fluorene	5.221	165	131	0.001	mg/L #	35
7) Phenanthrene	6.340	178	205m	0.001	mg/L	
8) Anthracene	6.381	178	89m	0.000	mg/L	
9) Fluoranthene	7.821	202	147	0.001	mg/L #	40
10) Pyrene	8.081	202	298	0.001	mg/L #	38
11) Benzo[a]anthracene	9.551	228	3	0.000	mg/L #	1
12) Chrysene	9.582	228	9	0.000	mg/L #	63
14) Benzo[b]fluoranthene	10.964	252	212	0.000	mg/L #	1
15) Benzo[j]fluoranthene	10.964	252	212	0.000	mg/L #	1
16) Benzo[k]fluoranthene	10.964	252	212	0.000	mg/L #	1
17) Benzo[e]pyrene	11.190	252	45	0.000	mg/L #	1
18) Benzo[a]pyrene	11.355	252	145m	0.001	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	13.466	276	1	0.000	mg/L #	1
20) dibenzo[a,h]anthracene	13.603	278	66	0.000	mg/L #	4
21) benzo[g,h,i]perylene	14.119	276	15	0.000	mg/L #	28

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-跑道.M 2026-07-30 周四 10:55:11

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0727\
数据文件 : PD BLK02.D
采集 : 27 Jul 2026 19:31
操作者 :
样品 : PD BLK02
其他 :
ALS 样品瓶: 1 样品乘积因子: 1



定量时间 : Jul 28 08:49:19 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-跑道.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Tue Jul 28 08:46:05 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	2.747	136	49919	0.25	mg/L	# 0.00
3) Anthracene-d10	6.371	188	68729	0.50	mg/L	0.01
13) Perylene-d12	11.377	264	310211	1.00	mg/L	0.00
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	2.795	128	80m	0.000	mg/L	
4) Acenaphthylene	4.418	152	48	0.000	mg/L #	1
5) Acenaphthene	4.579	153	5	0.000	mg/L #	1
6) Fluorene	5.179	165	20	0.000	mg/L #	1
7) Phenanthrene	6.345	178	75	0.000	mg/L	96
8) Anthracene	6.345	178	75	0.000	mg/L #	82
9) Fluoranthene	7.832	202	21	0.000	mg/L #	1
10) Pyrene	8.097	202	53	0.000	mg/L #	1
11) Benzo[a]anthracene	9.489	228	3	0.000	mg/L #	1
12) Chrysene	9.608	228	6	0.000	mg/L #	1
14) Benzo[b]fluoranthene	10.859	252	9	0.000	mg/L #	1
15) Benzo[j]fluoranthene	10.859	252	9	0.000	mg/L #	1
16) Benzo[k]fluoranthene	10.859	252	9	0.000	mg/L #	1
17) Benzo[e]pyrene	11.250	252	16	0.000	mg/L #	66
18) Benzo[a]pyrene	11.399	252	26m	0.000	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	13.450	276	2	0.000	mg/L #	51
20) dibenzo[a,h]anthracene	13.496	278	2	0.000	mg/L #	77
21) benzo[g,h,i]perylene	14.149	276	2	0.000	mg/L #	48

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-跑道.M 2026-07-28 周二 08:49:40

文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0727\PD C1.D
 操作员 :
 已采集 : 27 Jul 2026 17:25 , 使用采集方法 PAHS-SIM.M
 仪器: GCMS
 样品名称 : PD C1
 其他信息 :
 样品瓶号 : 2



数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0727\
数据文件 : PD C1.D
采集 : 27 Jul 2026 17:25
操作者 :
样品 : PD C1
其他 :
ALS 样品瓶: 2 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 28 08:43:51 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-跑道.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Tue Jul 28 08:43:47 2026
响应方式 : 初始校正


化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	2.747	136	59067m	0.25	mg/L	0.00
3) Anthracene-d10	6.362	188	83852	0.50	mg/L	0.00
13) Perylene-d12	11.367	264	346174	1.00	mg/L	0.00
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	2.771	128	1217m	0.006	mg/L	
4) Acenaphthylene	4.406	152	1115m	0.005	mg/L	
5) Acenaphthene	4.608	153	716m	0.005	mg/L	
6) Fluorene	5.209	165	711m	0.005	mg/L	
7) Phenanthrene	6.331	178	1084	0.005	mg/L	100
8) Anthracene	6.387	178	999m	0.005	mg/L	
9) Fluoranthene	7.796	202	1210	0.005	mg/L #	91
10) Pyrene	8.061	202	1215	0.005	mg/L #	91
11) Benzo[a]anthracene	9.547	228	783m	0.004	mg/L	
12) Chrysene	9.594	228	1004m	0.005	mg/L	
14) Benzo[b]fluoranthene	10.904	252	2768	0.005	mg/L #	57
15) Benzo[j]fluoranthene	10.904	252	2768	0.005	mg/L #	57
16) Benzo[k]fluoranthene	10.904	252	2768	0.005	mg/L #	57
17) Benzo[e]pyrene	11.245	252	782	0.005	mg/L #	71
18) Benzo[a]pyrene	11.317	252	778m	0.005	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	13.537	276	1083	0.005	mg/L #	80
20) dibenzo[a,h]anthracene	13.548	278	901	0.005	mg/L	97
21) benzo[g,h,i]perylene	14.119	276	947	0.005	mg/L #	75

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-跑道.M 2026-07-28 周二 08:44:49

Naphthalene

响应比



响应值 = 8.794e-001 * 含量

相关系数 (r^2) = 0.999918 曲线拟合: 线性/(0,0)

方法名称: D:\MassHunter\GCMS\1\methods\FAHS内标-跑道.M

校正表上次更新时间: Tue Jul 28 08:46:05 2026