



文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0727\TN26070658001.D  
操作员 :  
已采集 :  
仪器 : GCMS  
样品名称 : TN26070658001  
其他信息 :  
样品瓶号 : 30



数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0727\  
数据文件 : TN26070658001.D  
采集 : 30 Jul 2026 05:07  
操作者 :  
样品 : TN26070658001  
其他 :  
ALS 样品瓶: 30 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 30 10:55:17 2026  
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-跑道.M  
定量方法标题: PAE17  
上一次定量更新: Tue Jul 28 08:44:45 2026  
响应方式 : 初始校正

| 化合物                        | 保留时间   | 定量离子 | 响应值    | 浓度    | 单位     | 偏差(分钟) |
|----------------------------|--------|------|--------|-------|--------|--------|
| 内标                         |        |      |        |       |        |        |
| 1) Naphthalene-d8          | 2.729  | 136  | 62756m | 0.25  | mg/L   | -0.02  |
| 3) Anthracene-d10          | 6.361  | 188  | 86269  | 0.50  | mg/L   | 0.00   |
| 13) Perylene-d12           | 11.350 | 264  | 406131 | 1.00  | mg/L   | -0.03  |
| 目标化合物                      |        |      |        | 定性离子  |        |        |
| 2) Naphthalene             | 2.783  | 128  | 150m   | 0.001 | mg/L   |        |
| 4) Acenaphthylene          | 4.406  | 152  | 53     | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 5) Acenaphthene            | 4.596  | 153  | 39     | 0.000 | mg/L # | 11     |
| 6) Fluorene                | 5.262  | 165  | 69     | 0.000 | mg/L # | 20     |
| 7) Phenanthrene            | 6.341  | 178  | 421    | 0.002 | mg/L   | 96     |
| 8) Anthracene              | 6.341  | 178  | 421    | 0.002 | mg/L # | 76     |
| 9) Fluoranthene            | 7.822  | 202  | 148    | 0.001 | mg/L # | 65     |
| 10) Pyrene                 | 8.082  | 202  | 257    | 0.001 | mg/L # | 1      |
| 11) Benzo[a]anthracene     | 9.427  | 228  | 83     | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 12) Chrysene               | 9.583  | 228  | 26     | 0.000 | mg/L # | 87     |
| 14) Benzo[b]fluoranthene   | 10.915 | 252  | 22     | 0.000 | mg/L # | 25     |
| 15) Benzo[j]fluoranthene   | 10.915 | 252  | 22     | 0.000 | mg/L # | 25     |
| 16) Benzo[k]fluoranthene   | 10.915 | 252  | 22     | 0.000 | mg/L # | 25     |
| 17) Benzo[e]pyrene         | 11.224 | 252  | 41     | 0.000 | mg/L # | 68     |
| 18) Benzo[a]pyrene         | 11.356 | 252  | 146m   | 0.001 | mg/L   |        |
| 19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 13.507 | 276  | 1      | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 20) dibenzo[a,h]anthracene | 13.507 | 278  | 2      | 0.000 | mg/L # | 40     |
| 21) benzo[g,h,i]perylene   | 14.038 | 276  | 4      | 0.000 | mg/L # | 1      |

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0727\  
数据文件 : PD BLK02.D  
采集 : 27 Jul 2026 19:31  
操作者 :  
样品 : PD BLK02  
其他 :  
ALS 样品瓶: 1 样品乘积因子: 1



定量时间 : Jul 28 08:49:19 2026  
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-跑道.M  
定量方法标题: PAE17  
上一次定量更新: Tue Jul 28 08:46:05 2026  
响应方式 : 初始校正

| 化合物                        | 保留时间   | 定量离子 | 响应值    | 浓度    | 单位     | 偏差(分钟) |
|----------------------------|--------|------|--------|-------|--------|--------|
| 内标                         |        |      |        |       |        |        |
| 1) Naphthalene-d8          | 2.747  | 136  | 49919  | 0.25  | mg/L   | # 0.00 |
| 3) Anthracene-d10          | 6.371  | 188  | 68729  | 0.50  | mg/L   | 0.01   |
| 13) Perylene-d12           | 11.377 | 264  | 310211 | 1.00  | mg/L   | 0.00   |
| 目标化合物                      |        |      |        | 定性离子  |        |        |
| 2) Naphthalene             | 2.795  | 128  | 80m    | 0.000 | mg/L   |        |
| 4) Acenaphthylene          | 4.418  | 152  | 48     | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 5) Acenaphthene            | 4.579  | 153  | 5      | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 6) Fluorene                | 5.179  | 165  | 20     | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 7) Phenanthrene            | 6.345  | 178  | 75     | 0.000 | mg/L   | 96     |
| 8) Anthracene              | 6.345  | 178  | 75     | 0.000 | mg/L # | 82     |
| 9) Fluoranthene            | 7.832  | 202  | 21     | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 10) Pyrene                 | 8.097  | 202  | 53     | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 11) Benzo[a]anthracene     | 9.489  | 228  | 3      | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 12) Chrysene               | 9.608  | 228  | 6      | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 14) Benzo[b]fluoranthene   | 10.859 | 252  | 9      | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 15) Benzo[j]fluoranthene   | 10.859 | 252  | 9      | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 16) Benzo[k]fluoranthene   | 10.859 | 252  | 9      | 0.000 | mg/L # | 1      |
| 17) Benzo[e]pyrene         | 11.250 | 252  | 16     | 0.000 | mg/L # | 66     |
| 18) Benzo[a]pyrene         | 11.399 | 252  | 26m    | 0.000 | mg/L   |        |
| 19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 13.450 | 276  | 2      | 0.000 | mg/L # | 51     |
| 20) dibenzo[a,h]anthracene | 13.496 | 278  | 2      | 0.000 | mg/L # | 77     |
| 21) benzo[g,h,i]perylene   | 14.149 | 276  | 2      | 0.000 | mg/L # | 48     |

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-跑道.M 2026-07-28 周二 08:49:40

文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0727\PD C1.D  
 操作员 :  
 已采集 : 27 Jul 2026 17:25 , 使用采集方法 PAHS-SIM.M  
 仪器: GCMS  
 样品名称 : PD C1  
 其他信息 :  
 样品瓶号 : 2



数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\07\0727\  
数据文件 : PD C1.D  
采集 : 27 Jul 2026 17:25  
操作者 :  
样品 : PD C1  
其他 :  
ALS 样品瓶: 2 样品乘积因子: 1

定量时间 : Jul 28 08:43:51 2026  
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-跑道.M  
定量方法标题: PAE17  
上一次定量更新: Tue Jul 28 08:43:47 2026  
响应方式 : 初始校正


| 化合物                        | 保留时间   | 定量离子 | 响应值    | 浓度    | 单位     | 偏差(分钟) |
|----------------------------|--------|------|--------|-------|--------|--------|
| 内标                         |        |      |        |       |        |        |
| 1) Naphthalene-d8          | 2.747  | 136  | 59067m | 0.25  | mg/L   | 0.00   |
| 3) Anthracene-d10          | 6.362  | 188  | 83852  | 0.50  | mg/L   | 0.00   |
| 13) Perylene-d12           | 11.367 | 264  | 346174 | 1.00  | mg/L   | 0.00   |
| 目标化合物                      |        |      |        | 定性离子  |        |        |
| 2) Naphthalene             | 2.771  | 128  | 1217m  | 0.006 | mg/L   |        |
| 4) Acenaphthylene          | 4.406  | 152  | 1115m  | 0.005 | mg/L   |        |
| 5) Acenaphthene            | 4.608  | 153  | 716m   | 0.005 | mg/L   |        |
| 6) Fluorene                | 5.209  | 165  | 711m   | 0.005 | mg/L   |        |
| 7) Phenanthrene            | 6.331  | 178  | 1084   | 0.005 | mg/L   | 100    |
| 8) Anthracene              | 6.387  | 178  | 999m   | 0.005 | mg/L   |        |
| 9) Fluoranthene            | 7.796  | 202  | 1210   | 0.005 | mg/L # | 91     |
| 10) Pyrene                 | 8.061  | 202  | 1215   | 0.005 | mg/L # | 91     |
| 11) Benzo[a]anthracene     | 9.547  | 228  | 783m   | 0.004 | mg/L   |        |
| 12) Chrysene               | 9.594  | 228  | 1004m  | 0.005 | mg/L   |        |
| 14) Benzo[b]fluoranthene   | 10.904 | 252  | 2768   | 0.005 | mg/L # | 57     |
| 15) Benzo[j]fluoranthene   | 10.904 | 252  | 2768   | 0.005 | mg/L # | 57     |
| 16) Benzo[k]fluoranthene   | 10.904 | 252  | 2768   | 0.005 | mg/L # | 57     |
| 17) Benzo[e]pyrene         | 11.245 | 252  | 782    | 0.005 | mg/L # | 71     |
| 18) Benzo[a]pyrene         | 11.317 | 252  | 778m   | 0.005 | mg/L   |        |
| 19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 13.537 | 276  | 1083   | 0.005 | mg/L # | 80     |
| 20) dibenzo[a,h]anthracene | 13.548 | 278  | 901    | 0.005 | mg/L   | 97     |
| 21) benzo[g,h,i]perylene   | 14.119 | 276  | 947    | 0.005 | mg/L # | 75     |

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-跑道.M 2026-07-28 周二 08:44:49

# Naphthalene

响应比



响应值 =  $8.794 \times 10^{-1}$  \* 含量

相关系数 ( $r^2$ ) = 0.999918 曲线拟合: 线性/(0,0)

方法名称: D:\MassHunter\GCMS\1\methods\FAHS内标-跑道.M

校正表上次更新时间: Tue Jul 28 08:46:05 2026