

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\11\1114B\
数据文件 : TN25110164.D
采集 : 15 Nov 2025 09:48
操作者 : GCMS-HP\GCMS
样品 : TN25110164
其他 :
ALS 样品瓶: 44 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 17 09:31:38 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\2\methods\SCCP混标-CAL-20200816-CI.M
定量方法标题: PAES CAL
上一次定量更新: Fri Nov 14 09:54:17 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
目标化合物						定性离子
1) SCCP	4.716	TIC	332973	28.53	mg/L	100
2) C10-5	3.340	277	3	未校正	#	
3) C10-6	3.813	313	2	未校正	#	
4) C10-7	4.126	347	2	未校正	#	
5) C10-8	4.390	381	3	未校正	#	
6) C10-9	4.980	415	3	未校正	#	
7) C10-10	5.814	449	3	未校正	#	
8) C11-5	0.000		0	N.D.		
9) C11-6	4.126	327	1	未校正	#	
10) C11-7	4.438	361	4	未校正	#	
11) C11-8	4.682	395	2	未校正	#	
12) C11-9	4.959	429	3	未校正	#	
13) C11-10	5.467	463	946	未校正	#	
14) C12-5	3.875	307	4	未校正	#	
15) C12-6	4.202	341	5	未校正	#	
16) C12-7	4.737	375	1	未校正	#	
17) C12-8	4.994	409	3	未校正	#	
18) C12-9	5.439	443	749	未校正	#	
19) C12-10	5.446	479	610	未校正	#	
20) C13-5	4.376	321	1	未校正	#	
21) C13-6	4.424	355	4	未校正	#	
22) C13-7	4.855	389	3	未校正	#	
23) C13-8	5.425	423	251	未校正	#	
24) C13-9	5.661	459	54	未校正	#	
25) C13-10	5.453	493	405	未校正	#	
26) 林丹	4.716	255	43931	未校正	#	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号