

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\09\0928\
数据文件 : TS25091303001.D
采集 : 28 Sep 2025 23:14
操作者 :
样品 : TS25091303001
其他 :
ALS 样品瓶: 15 样品乘积因子: 1

定量时间 : Sep 29 09:22:39 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-日常.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Mon Sep 29 09:11:06 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	3.108	136	20827	0.20	mg/L	0.00
3) Phenanthrene-d10	6.662	188	48863	1.00	mg/L	0.00
13) Perylene-d12	11.969	264	25550	1.00	mg/L	# 0.03
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	3.126	128	6325m	0.051	mg/L	
4) Acenaphthylene	4.773	152	91m	0.001	mg/L	
5) Acenaphthene	4.969	153	3115	0.062	mg/L	# 84
6) Fluorene	5.552	165	3484m	0.069	mg/L	
7) Phenanthrene	6.688	178	4940	0.068	mg/L	# 84
8) Anthracene	6.743	178	1249	0.018	mg/L	# 21
9) Fluoranthene	8.131	202	83m	0.001	mg/L	
10) Pyrene	8.406	202	936m	0.015	mg/L	
11) Benzo[a]anthracene	9.871	228	70m	0.002	mg/L	
12) Chrysene	9.928	228	139m	0.004	mg/L	
14) Benzo[b]fluoranthene	11.342	252	46m	0.000	mg/L	
15) Benzo[j]fluoranthene	11.342	252	115m	0.001	mg/L	
16) Benzo[k]fluoranthene	11.342	252	96m	0.001	mg/L	
17) Benzo[e]pyrene	11.749	252	60m	0.002	mg/L	
18) Benzo[a]pyrene	11.870	252	32m	0.001	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	14.244	276	54m	0.001	mg/L	
20) dibenzo[a,h]anthracene	14.249	278	44m	0.001	mg/L	
21) benzo[g,h,i]perylene	14.871	276	48m	0.001	mg/L	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号