

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\11\1106\
数据文件 : TS25110199004.D
采集 : 06 Nov 2025 20:55
操作者 :
样品 : TS25110199004
其他 :
ALS 样品瓶: 8 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 07 09:41:19 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\AZO-CAL.M
定量方法标题: AZO CAL
上一次定量更新: Fri Nov 07 09:35:43 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
-----	------	------	-----	----	----	--------

内标						
6) 萘-d8	8.859	136	29062	2.00	mg/L	# 0.00
17) 2,4,5-三氯苯胺	12.523	195	10012	2.00	mg/L	# 0.00
20) 蒽-d10	14.676	188	18301	2.00	mg/L	# 0.00
31) 联苯胺-D8	17.439	192	12054	2.00	mg/L	#-0.03

目标化合物	定性离子					
1) 1,4-苯二胺	10.248	108	6	N.D.		
2) 4-氨基偶氮苯	16.777	92	34	N.D.		
3) 5-硝基-邻甲苯胺	13.393	152	46	N.D.		
4) 邻氨基偶氮甲苯	17.817	225	305	N.D.		
5) 联苯胺-D8	17.439	192	12054	1.714	mg/L	# 100
7) 苯胺	6.640	93	105	2.064	mg/L	
8) 邻甲苯胺	7.673	107	17	N.D.		
9) 2,4-二甲基苯胺	8.608	121	18	N.D.		
10) 2,6-二甲基苯胺	8.712	121	14	N.D.		
11) 邻氨基苯甲醚	8.903	123	40	N.D.		
12) 对氯苯胺	9.313	127	18	N.D.		
13) 2-甲氧基-5-甲基苯胺	9.504	137	198	N.D.		
14) 2,4,5-三甲基苯胺	9.515	135	894	N.D.		
15) 4-氯邻甲苯胺	10.270	141	42	N.D.		
16) 2,4-二氨基甲苯	11.413	122	14	N.D.		
18) 2,4-二氨基苯甲醚	12.217	138	16	低于	计算	# 28
19) 2-萘胺	12.972	143	29	低于	计算	# 1
21) 4-氨基联苯	14.646	169	212	N.D.		
22) 4,4'-二氨基二苯醚	17.258	200	22	N.D.		
23) 4,4'-二氨基二苯甲烷	17.231	198	2282	N.D.		
24) 联苯胺	17.455	184	205	N.D.		
25) 3,3'-二甲基-4,4'-二氨?..	18.523	226	84	N.D.		
26) 3,3'-二甲基联苯胺	18.862	212	29	N.D.		
27) 4,4'-二氨基二苯硫醚	19.628	216	223	N.D.		
28) 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	20.353	266	45	N.D.		
29) 3,3'-二甲氧基联苯胺	20.331	244	12	N.D.		
30) 3,3'-二氯联苯胺	20.402	252	2005	N.D.		
32) 联苯胺	17.455	184	70	N.D.		

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号