

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\11\1110\
数据文件 : TS25110252001A-16143.D
采集 : 11 Nov 2025 10:12
操作者 :
样品 : TS25110252001A-16143
其他 :
ALS 样品瓶: 63 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 11 13:10:59 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\16143内标-8项-CAL.M
定量方法标题: 16143
上一次定量更新: Tue Nov 11 13:05:04 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) 十氟联苯	2.501	334	6299m	0.40	µ g/m	0.00
2) Benzo[a]anthracene-d12	9.850	240	8931m	0.40	µ g/m	0.00
5) Benzo[b]Fluoranthene-d12	11.468	264	8658m	0.40	µ g/m	0.18
9) Benzo[a]pyrene-d12	11.936	264	7092m	0.40	µ g/m	0.12
目标化合物						
3) Benzo[a]anthracene	9.871	228	23m	0.001	mg/L	定性离子
4) Chrysene	9.892	228	17m	0.000	mg/L	
6) Benzo[b]fluoranthene	11.369	252	61m	0.001	mg/L	
7) Benzo[j]fluoranthene	11.369	252	49m	0.001	mg/L	
8) Benzo[k]fluoranthene	11.369	252	63m	0.001	mg/L	
10) Benzo[e]pyrene	11.936	252	12m	0.000	mg/L	
11) Benzo[a]pyrene	12.013	252	52m	0.002	mg/L	
12) dibenzo[a,h]anthracene	14.406	278	55m	0.002	mg/L	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号