

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\11\1113\
数据文件 : TS25110704001.D
采集 : 13 Nov 2025 21:18
操作者 :
样品 : TS25110704001
其他 :
ALS 样品瓶: 12 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 14 10:23:54 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-日常.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Fri Nov 14 10:20:42 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	3.090	136	20131	0.20	mg/L	0.00
3) Phenanthrene-d10	6.653	188	50455	1.00	mg/L	0.00
13) Perylene-d12	11.953	264	24428	1.00	mg/L	# 0.00
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	3.108	128	126	0.001	mg/L #	78
4) Acenaphthylene	4.743	152	11	0.000	mg/L #	1
5) Acenaphthene	4.945	153	22	0.000	mg/L #	1
6) Fluorene	5.540	165	13	0.000	mg/L #	1
7) Phenanthrene	6.683	178	239	0.003	mg/L #	71
8) Anthracene	6.734	178	13	0.000	mg/L #	1
9) Fluoranthene	8.131	202	108	0.002	mg/L #	71
10) Pyrene	8.401	202	205	0.003	mg/L #	88
11) Benzo[a]anthracene	9.866	228	5	0.000	mg/L #	1
12) Chrysene	9.913	228	29	0.001	mg/L #	88
14) Benzo[b]fluoranthene	11.353	252	16	0.000	mg/L #	1
15) Benzo[j]fluoranthene	11.353	252	16	0.000	mg/L #	1
16) Benzo[k]fluoranthene	11.353	252	16	0.000	mg/L #	1
17) Benzo[e]pyrene	11.783	252	7	0.000	mg/L #	1
18) Benzo[a]pyrene	11.865	252	15	0.000	mg/L #	1
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	14.213	276	1	0.000	mg/L #	1
20) dibenzo[a,h]anthracene	14.208	278	2	0.000	mg/L #	1
21) benzo[g,h,i]perylene	14.871	276	1	0.000	mg/L #	1

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号