

数据路径 : C:\msdchem\4\DATA\2025\11\1113\
 数据文件 : TS25110705001.D
 采集 : 13 Nov 2025 16:09
 操作者 :
 样品 : TS25110705001
 其他 :
 ALS 样品瓶: 9 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 14 08:39:15 2025
 定量方法 : C:\msdchem\4\METHODS\PAES-CAL-日常.M
 定量方法标题: PAES CAL
 上一次定量更新: Fri Nov 14 08:34:09 2025
 响应方式 : 初始校正

化合物	R. T.	目标离子	响应值	浓度	偏差(分钟)
目标化合物			定性峰值		
1) DIOP	5.623	149	21621	N. D.	
2) DCHP	4.976	250	42	N. D.	
3) DIHxP	5.623	149	21621	N. D.	
4) mBP	4.570	104	22	N. D.	
5) DPRP	5.351	149	1962	N. D.	
6) C6-C10	5.351	149	1962	N. D.	
7) C6-C8	5.351	149	1962	N. D.	
8) C7-C11	5.351	149	1962	N. D.	
9) DEP	4.800	149	139	N. D.	
10) DMP	4.147	163	47	N. D.	
11) DIBP-149	5.623	149	22362	N. D.	
12) DIBP-223	5.319	223	69	N. D.	
13) DBP-149	5.554	149	116	N. D.	
14) DBP-223	5.623	223	1377	N. D.	
15) DIPP	5.896	149	172	N. D.	
16) PIPP	5.896	149	172	N. D.	
17) DPP	5.896	149	172	N. D.	
18) DMEP	5.773	59	1376	N. D.	
19) DnHP	6.811	149	9156	N. D.	
20) BBP-206	0.000		0	N. D.	
21) BBP-149	6.618	149	3702	N. D.	
22) DEHP-149	7.068	149	55584	0.36 mg/L #	93
23) DEHP-167	7.068	167	17921	0.36 mg/L	100
24) DEHP-279	7.068	279	5165	0.33 mg/L	100
25) DNOP-279	7.667	279	1429	N. D.	
26) DNOP-149	7.661	149	5604	N. D.	
27) DINP-293	8.052	293	88	N. D.	
28) DIDP-307	8.383	307	4	N. D.	
29) BB	5.174	105	488890	未校正	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号