

数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2025\11\1114B\
数据文件 : TS25110812022.D
采集 : 15 Nov 2025 01:24
操作者 : GCMS-HP\GCMS
样品 : TS25110812022
其他 :
ALS 样品瓶: 39 样品乘积因子: 1

定量时间 : Nov 17 09:22:55 2025
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\2\methods\SCCP-MCCP-CAL-CI.M
定量方法标题: PAES CAL
上一次定量更新: Mon Nov 17 09:07:23 2025
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
						定性离子
目标化合物						
1) S CCP	7.127	TIC	11169	N. D.		
2) MCCP	8.621	TIC	323	N. D.		
3) 林丹	4.716	255	85722	未校正	#	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号