

批次识别码：
序列号：1
样品识别码：TN26070621001A
分析物：
建立者（原始）：ICP
样品初始质量：0.2972 g
稀释：
冲洗时间（分析样品前）：

自动取样器位置：21
数据收集日期：2026-07-21 17:39:40
数据类型：再处理 2026-07-21 20:33:11

样品初始体积：
制备样品体积：15 mL

重复测定数据：TN26070621001A									
重复测分析物			净值 强度	已校正 强度	浓度	校准 单位	浓度	样品 单位	分析 时间
1	Pb	220.353	1233.3	1156.6	0.286	mg/L	14.44	mg/kg	17:40:56
1	Cd	228.802	-16.9	-65.4	-0.002	mg/L	-0.091	mg/kg	17:40:56
1	Cr	267.716	92.5	26.1	-0.001	mg/L	-0.051	mg/kg	17:40:56
1	Hg	253.652	-629.0	-222.6	-0.016	mg/L	-0.818	mg/kg	17:40:56
1	Y	371.029	547480.8	547480.8	0.406	mg/L	20.47	mg/kg	17:40:50

平均值数据：TN26070621001A								
分析物	平均值已校正 强度	浓度	校准 单位	标准偏差	浓度	样品 单位	标准偏差	RSD
Pb 220.353	1156.6	0.286	mg/L		14.44	mg/kg		
Cd 228.802	-65.4	-0.002	mg/L		-0.091	mg/kg		
Cr 267.716	26.1	-0.001	mg/L		-0.051	mg/kg		
Hg 253.652	-222.6	-0.016	mg/L		-0.818	mg/kg		
Y 371.029	547480.8	0.406	mg/L		20.47	mg/kg		

批次识别码：
序列号：2
样品识别码：TN26070621001B
分析物：
建立者（原始）：ICP
样品初始质量：0.2986 g
稀释：
冲洗时间（分析样品前）：

自动取样器位置：22
数据收集日期：2026-07-21 17:40:59
数据类型：再处理 2026-07-21 20:33:11

样品初始体积：
制备样品体积：15 mL

重复测定数据：TN26070621001B									
重复测分析物			净值 强度	已校正 强度	浓度	校准 单位	浓度	样品 单位	分析 时间
1	Pb	220.353	1249.0	1172.3	0.290	mg/L	14.56	mg/kg	17:42:15
1	Cd	228.802	-14.1	-62.7	-0.002	mg/L	-0.088	mg/kg	17:42:15
1	Cr	267.716	92.5	26.0	-0.001	mg/L	-0.050	mg/kg	17:42:15
1	Hg	253.652	-625.0	-218.7	-0.016	mg/L	-0.795	mg/kg	17:42:15
1	Y	371.029	548948.4	548948.4	0.407	mg/L	20.43	mg/kg	17:42:09

平均值数据：TN26070621001B								
分析物	平均值已校正		校准	标准偏差	样品		标准偏差	RSD
	强度	浓度	单位		浓度	单位		
Pb 220.353	1172.3	0.290	mg/L		14.56	mg/kg		
Cd 228.802	-62.7	-0.002	mg/L		-0.088	mg/kg		
Cr 267.716	26.0	-0.001	mg/L		-0.050	mg/kg		
Hg 253.652	-218.7	-0.016	mg/L		-0.795	mg/kg		
Y 371.029	548948.4	0.407	mg/L		20.43	mg/kg		