

批次识别码：
序列号：1
样品识别码：TN26070622001A
分析物：
建立者（原始）：ICP
样品初始质量：0.3089 g
稀释：
冲洗时间（分析样品前）：

自动取样器位置：23
数据收集日期：2026-07-21 17:42:17
数据类型：再处理 2026-07-21 20:33:19

样品初始体积：
制备样品体积：15 mL

重复测定数据：TN26070622001A								
重复测分析物		净值 强度	已校正 强度	浓度	校准 单位	浓度	样品 单位	分析 时间
1	Pb 220.353	1338.9	1262.3	0.312	mg/L	15.15	mg/kg	17:43:35
1	Cd 228.802	-14.7	-63.3	-0.002	mg/L	-0.086	mg/kg	17:43:35
1	Cr 267.716	115.0	48.5	-0.001	mg/L	-0.032	mg/kg	17:43:35
1	Hg 253.652	-542.7	-136.3	-0.008	mg/L	-0.376	mg/kg	17:43:35
1	Y 371.029	557810.1	557810.1	0.413	mg/L	20.07	mg/kg	17:43:29

平均值数据：TN26070622001A								
分析物	平均值已校正 强度	浓度	校准 单位	标准偏差	浓度	样品 单位	标准偏差	RSD
Pb 220.353	1262.3	0.312	mg/L		15.15	mg/kg		
Cd 228.802	-63.3	-0.002	mg/L		-0.086	mg/kg		
Cr 267.716	48.5	-0.001	mg/L		-0.032	mg/kg		
Hg 253.652	-136.3	-0.008	mg/L		-0.376	mg/kg		
Y 371.029	557810.1	0.413	mg/L		20.07	mg/kg		

批次识别码：
序列号：2
样品识别码：TN26070622001B
分析物：
建立者（原始）：ICP
样品初始质量：0.3093 g
稀释：
冲洗时间（分析样品前）：

自动取样器位置：24
数据收集日期：2026-07-21 17:43:38
数据类型：再处理 2026-07-21 20:33:19

样品初始体积：
制备样品体积：15 mL

重复测定数据：TN26070622001B								
重复测分析物		净值 强度	已校正 强度	浓度	校准 单位	浓度	样品 单位	分析 时间
1	Pb 220.353	1321.8	1245.2	0.308	mg/L	14.93	mg/kg	17:44:54
1	Cd 228.802	-5.6	-54.1	-0.002	mg/L	-0.078	mg/kg	17:44:54
1	Cr 267.716	113.2	46.8	-0.001	mg/L	-0.033	mg/kg	17:44:54
1	Hg 253.652	-505.8	-99.5	-0.004	mg/L	-0.200	mg/kg	17:44:54
1	Y 371.029	552913.1	552913.1	0.410	mg/L	19.87	mg/kg	17:44:48

平均值数据：TN26070622001B								
分析物	平均值已校正		校准单位	标准偏差	样品		标准偏差	RSD
	强度	浓度			浓度	单位		
Pb 220.353	1245.2	0.308	mg/L		14.93	mg/kg		
Cd 228.802	-54.1	-0.002	mg/L		-0.078	mg/kg		
Cr 267.716	46.8	-0.001	mg/L		-0.033	mg/kg		
Hg 253.652	-99.5	-0.004	mg/L		-0.200	mg/kg		
Y 371.029	552913.1	0.410	mg/L		19.87	mg/kg		