


外标法定量报告

CIRS


批处理数据路径文件名	U:\07\0707\QuantResults\20260806-pd.batch.bin		
分析时间戳	2026/8/6 13:38:16		
报告生成时间	2026/8/6 13:38:36		
校正最近更新	2026/8/6 13:38:16		
分析 Quant 版本	10.1		
采集日期时间	2026/7/7 16:42:07	数据文件	PAE C3.D
类型	校正	名称	PAE C3
稀释	1	采集方法文件	PAES-SCAN-20180919.M
体积	1	样品瓶	4
其他			

样品色谱图



名称	RT	响应	离子对	最终浓度 单位
DBP-149	5.470	15797	223.0	2.35 mg/L
BBP-149	6.839	101518	149.0	2.57 mg/L
DEHP-149	7.245	175499	149.0	2.66 mg/L
DNOP-149	7.850	292195	149.0	2.47 mg/L
DINP-293	8.224	22370	293.0	3.03 mg/L
DIDP-307	8.658	16798	307.0	2.22 mg/L


DBP-149




外标法定量报告

CIRS


BBP-149




DEHP-149



DNOP-149



DINP-293



外标法定量报告

CIRS

DIDP-307

