



文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0810\PD C1.D
操作员 :
已采集 : 10 Aug 2026 18:33 , 使用采集方法 PAHS-SIM.M
仪器 : GCMS
样品名称 : PD C1
其他信息 :
样品瓶号 : 2



数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0810\
数据文件 : PD C1.D
采集 : 10 Aug 2026 18:33
操作者 :
样品 : PD C1
其他 :
ALS 样品瓶: 2 样品乘积因子: 1

定量时间 : Aug 11 13:00:18 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-跑道.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Tue Aug 11 13:00:12 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	2.717	136	91844	0.25	mg/L	# 0.00
3) Anthracene-d10	6.340	188	91595	0.50	mg/L	0.00
13) Perylene-d12	11.327	264	367930	1.00	mg/L	0.00
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	2.741	128	1969m	0.005	mg/L	
4) Acenaphthylene	4.382	152	2202m	0.006	mg/L	
5) Acenaphthene	4.584	153	1065	0.005	mg/L	96
6) Fluorene	5.203	165	1018	0.005	mg/L	# 79
7) Phenanthrene	6.315	178	1443m	0.004	mg/L	
8) Anthracene	6.366	178	1736	0.005	mg/L	# 87
9) Fluoranthene	7.790	202	1739	0.005	mg/L	98
10) Pyrene	8.055	202	1803	0.005	mg/L	# 64
11) Benzo[a]anthracene	9.577	228	1243m	0.004	mg/L	
12) Chrysene	9.587	228	1764m	0.005	mg/L	
14) Benzo[b]fluoranthene	10.881	252	3872	0.004	mg/L	93
15) Benzo[j]fluoranthene	10.881	252	3872	0.004	mg/L	93
16) Benzo[k]fluoranthene	10.881	252	3872	0.004	mg/L	93
17) Benzo[e]pyrene	11.212	252	1259	0.004	mg/L	# 78
18) Benzo[a]pyrene	11.283	252	988	0.004	mg/L	# 38
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	13.537	276	1180m	0.004	mg/L	
20) dibenzo[a,h]anthracene	13.537	278	853m	0.004	mg/L	
21) benzo[g,h,i]perylene	14.098	276	1072m	0.004	mg/L	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-跑道.M 2026-08-11 周二 13:01:54