



文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0810\TN26080581001A.D
操作员 :
已采集 :
仪器 : GCMS
样品名称 : TN26080581001A
其他信息 :
样品瓶号 : 148



数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0810\
数据文件 : TN26080581001A.D
采集 : 13 Aug 2026 19:19
操作者 :
样品 : TN26080581001A
其他 :
ALS 样品瓶: 148 样品乘积因子: 1

定量时间 : Aug 14 13:44:13 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-跑道.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Tue Aug 11 13:01:18 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	2.717	136	67770	0.25	mg/L	#-0.01
3) Anthracene-d10	6.331	188	99822	0.50	mg/L	-0.02
13) Perylene-d12	11.356	264	208993	1.00	mg/L	# 0.00
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	2.789	128	522m	0.002	mg/L	
4) Acenaphthylene	4.382	152	140	0.000	mg/L #	1
5) Acenaphthene	4.608	153	645m	0.003	mg/L	
6) Fluorene	5.197	165	884m	0.004	mg/L	
7) Phenanthrene	6.306	178	8272	0.023	mg/L #	89
8) Anthracene	6.346	178	718m	0.002	mg/L	
9) Fluoranthene	7.765	202	1147	0.003	mg/L #	1
10) Pyrene	8.030	202	960m	0.002	mg/L	
11) Benzo[a]anthracene	9.469	228	970m	0.003	mg/L	
12) Chrysene	9.620	228	401m	0.001	mg/L	
14) Benzo[b]fluoranthene	10.882	252	511	0.001	mg/L #	38
15) Benzo[j]fluoranthene	10.882	252	511	0.001	mg/L #	38
16) Benzo[k]fluoranthene	10.882	252	511	0.001	mg/L #	38
17) Benzo[e]pyrene	11.190	252	282	0.002	mg/L #	47
18) Benzo[a]pyrene	11.273	252	159m	0.001	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	13.456	276	75	0.000	mg/L #	1
20) dibenzo[a,h]anthracene	13.451	278	105	0.001	mg/L #	48
21) benzo[g,h,i]perylene	13.981	276	19m	0.000	mg/L	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-跑道.M 2026-08-14 周五 13:44:51