



文件 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0810\TN26080581001M.D
操作员 :
已采集 : 13 Aug 2026 17:54 , 使用采集方法 PAHS-SIM.M
仪器 : GCMS
样品名称 : TN26080581001M
其他信息 :
样品瓶号 : 143



数据路径 : D:\MassHunter\GCMS\1\data\2026\08\0810\
数据文件 : TN26080581001M.D
采集 : 13 Aug 2026 17:54
操作者 :
样品 : TN26080581001M
其他 :
ALS 样品瓶: 143 样品乘积因子: 1

定量时间 : Aug 14 13:45:41 2026
定量方法 : D:\MassHunter\GCMS\1\methods\PAHS内标-跑道.M
定量方法标题: PAE17
上一次定量更新: Tue Aug 11 13:01:18 2026
响应方式 : 初始校正

化合物	保留时间	定量离子	响应值	浓度	单位	偏差(分钟)
内标						
1) Naphthalene-d8	2.717	136	66279	0.25	mg/L	#-0.01
3) Anthracene-d10	6.330	188	95896	0.50	mg/L	-0.02
13) Perylene-d12	11.366	264	198605	1.00	mg/L	# 0.02
目标化合物				定性离子		
2) Naphthalene	2.807	128	439m	0.002	mg/L	
4) Acenaphthylene	4.382	152	152	0.000	mg/L	# 1
5) Acenaphthene	4.626	153	83m	0.000	mg/L	
6) Fluorene	5.191	165	490m	0.002	mg/L	
7) Phenanthrene	6.305	178	7842m	0.022	mg/L	
8) Anthracene	6.340	178	284m	0.001	mg/L	
9) Fluoranthene	7.780	202	120m	0.000	mg/L	
10) Pyrene	8.029	202	727m	0.002	mg/L	
11) Benzo[a]anthracene	9.520	228	185m	0.001	mg/L	
12) Chrysene	9.520	228	269	0.001	mg/L	# 1
14) Benzo[b]fluoranthene	10.881	252	397	0.001	mg/L	# 1
15) Benzo[j]fluoranthene	10.881	252	397	0.001	mg/L	# 1
16) Benzo[k]fluoranthene	10.881	252	397	0.001	mg/L	# 1
17) Benzo[e]pyrene	11.206	252	211m	0.001	mg/L	
18) Benzo[a]pyrene	11.261	252	413m	0.003	mg/L	
19) Indeno[1,2,3-cd]pyrene	13.481	276	105	0.001	mg/L	# 1
20) dibenzo[a,h]anthracene	13.527	278	19	0.000	mg/L	# 11
21) benzo[g,h,i]perylene	13.996	276	47m	0.000	mg/L	

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAHS内标-跑道.M 2026-08-14 周五 13:46:10