



ANEMÔMETRO TIPO B

A iluminação para cada subconjunto é fornecida por duas lâmpadas em paralelo, alimentadas de um transformador de **115 Volts/6Volts**, existente no interior de caixa do equipamento.

