



UNIDADE DE RADIOLOGIA

RELATÓRIO

Identificação da entidade
Identificação do estabelecimento

Índice de Abreviaturas

APA	– Agência Portuguesa do Ambiente
ARS	– Administração Regional de Saúde
ASA	– Avaliação simplificada anual
AVAC	– Aquecimento, ventilação e ar condicionado
DAE	– Desfibrilhação automática externa
DM	– Dispositivo dentário
DGEG	– Direção-Geral de Energia e Geologia
EPCS	– Estabelecimento prestador de cuidados de saúde
ERS	– Entidade Reguladora da Saúde
GES	– Grande Edifício de Comércio e Serviços
GM	– Gases medicinais
IGAS	– Inspeção-Geral das Atividades em Saúde
OMS	– Organização Mundial de Saúde
PES	– Pequeno Edifício de Comércio e Serviços
RH	– Resíduos hospitalares
RTIEBT	– Regulamento Técnico de Instalações Elétricas de Baixa Tensão
SACE	– Sistema de automação e controlo nos edifícios
SCE	– Sistema de Certificação Energética dos Edifícios
SDGM	– Sistema de distribuição de gases medicinais
SGREC	– Sistema de Gestão de Reclamações
SRER	– Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados
UTA	– Unidade de tratamento de água

Índice

Identificação da entidade.....	1
Identificação do estabelecimento.....	1
Enquadramento.....	1
CAPÍTULO I – Disposições Gerais / Caracterização.....	1
I - Registo atualizado no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER)	1
CAPÍTULO II – Organização e funcionamento	1
Artigo 3.º - Qualidade e Segurança	1
Artigo 5.º - Resultados dos procedimentos.....	4
Artigo 6.º - Informação aos utentes	4
Artigo 7.º - Seguro de responsabilidade civil.....	5
Artigo 8.º - Regulamento interno	5
Artigo 9.º - Registo, conservação e arquivo.....	6
Artigo 10.º - Técnicas.....	7
Artigo 12.º - Condições de funcionamento	9
CAPÍTULO IV – Recursos humanos.....	10
Artigo 13.º - Direção clínica	10
Artigo 14.º - Titular da unidade.....	10
Artigo 15.º - Pessoal.....	11
Artigo 16.º - Recurso a serviços contratados.....	11
CAPÍTULO V – Requisitos técnicos	11
Artigo 17.º - Normas genéricas de construção, segurança e privacidade.....	11
Artigo 18.º - Reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo	13
Artigo 19.º - Equipamentos frigoríficos.....	15
CAPÍTULO VI – Livro de reclamações	15
Artigo 22.º - Livro de Reclamações	15
ANEXO I - (a que se refere o artigo 20.º).....	15
A1.1 - Área de acolhimento:	16
A1.4 - Área de logística:	18
ANEXO II - (a que se refere o artigo 20.º).....	19
A2 - Aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC)	19
ANEXO III - (a que se refere o artigo 20.º)	23
A3 - Gases medicinais e aspiração (número mínimo de tomadas a considerar).....	23
A3.1 - Sala de preparação e recobro:.....	23
ANEXO IV - (a que se refere o artigo 20.º)	24
A4 - Instalações e equipamentos elétricos.....	24
A4.2 - A receção/secretaria cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:	24
A4.3 - A Zona de espera cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:	25

A4.4 - A I.S. de público cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:	25
A4.5 - A I.S. de utentes cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:	25
A4.6.1 - A sala de urgência cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:	25
A4.6.2 - As salas de exames cumprem o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:	25
A4.6.3 - A sala de angiografia cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:	25
A4.6.4 - A sala de preparação e recobro cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:	26
ANEXO V - (a que se refere o artigo 20.º)	26
A5 - Equipamento sanitário (requisitos mínimos a considerar)	26
ANEXO VI - (a que se refere o artigo 20.º)	28
A6.1 - O estabelecimento dispõe do equipamento médico e geral para a prossecução da atividade desenvolvida, sem prescindir do equipamento de suporte básico de vida, nomeadamente equipamento de ventilação manual, tipo insuflador manual e kit de emergência para reações adversas.	28
A6.2 - Na unidade são realizados procedimentos com injeção de contraste iodado, estando assegurada a existência de monitor de parâmetros vitais com monitorização contínua de ECG e SPO ₂ e pressão arterial, bem como, rampas de oxigénio e ar comprimido.	28
A6.3 - Todos os compartimentos dedicados à prestação de cuidados devem ser dotados de dispensador de sabão líquido, SABA (solução antisséptica de base alcoólica), porta-toalhetes e balde de lixo acionado por pedal.	28

Clique ou toque
para introduzir uma data. Hora: xx h xx m

Equipa:

Contactos no local:

Identificação da entidade

Nome / Designação social:		
NIPC:		
Morada da entidade:		
Contactos:	Email:	Tel:

Identificação do estabelecimento

Designação comercial:		
Morada do estabelecimento:		
Tipologias de atividade:		
Contactos:	Email:	Tel:
Horário de funcionamento:		
Registo na ERS:		

Caracterização da situação

Pré-abertura:	☐	A funcionar:	☐
Monitorização / Fiscalização:	☐	Vistoria:	☐
Avaliação Periódica:	☐	Vistoria complementar:	☐

Enquadramento

--

Técnicas:

Radiologia convencional

☐

Ecografia

☐

Tomografia computadorizada

☐

Ressonância magnética

☐

Angiografia digital

☐

Radiologia de intervenção

☐

Osteodensitometria

☐

Mamografia

☐

Outras técnicas que utilizem fundamentalmente a imagem através de forma de energia não luminosa.

☐

Observações:

CAPÍTULO I – Disposições Gerais / Caracterização

I - Registo atualizado no Sistema de Registo de Estabelecimentos Regulados (SRER)

I.1 – Registo atualizado no SRER (30 dias)

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

CAPÍTULO II – Organização e funcionamento

Artigo 3.º - Qualidade e Segurança

II.3.1 - As normas de qualidade e segurança são cumpridas em todas as situações previstas na portaria, de acordo com as regras, os códigos científicos e técnicos nacionais e internacionalmente reconhecidos nas áreas abrangidas.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.2 - No âmbito da proteção radiológica foi observado o regime jurídico e a regulamentação aplicáveis.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3 - Gestão e manuseamento de resíduos hospitalares:

II.3.3.1 - Existe um plano de gestão de resíduos?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3.1.1 - Se sim, contém no mínimo a seguinte informação:

- ◆ Identifica os locais de produção de resíduos hospitalares perigosos? ☐
- ◆ Identifica as condições de triagem e acondicionamento dos RH (incluindo indicação clara dos recipientes dedicados a cada tipo de resíduos)? ☐

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

II.3.3.1.1.3 - Identifica as condições de circulação/transporte e circuito desde os locais de produção até à zona de armazenamento temporário, onde permanecem até recolha e transporte pela entidade competente? ☐

Observações:

II.3.3.2 - Existem recipientes junto aos locais de produção, para triagem e acondicionamento de RH dos grupos, I/II, III e IV?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3.3 - Os recipientes para triagem e acondicionamento primário (no local de produção) dos RH dos grupos I/II, III e IV apresentam a identificação clara do grupo ao qual pertencem?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3.4 - Os recipientes para triagem e acondicionamento primário (no local de produção) dos RH perigosos do grupo III são brancos e/ou encontram-se dotados de saco branco?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3.5 - No caso dos RH grupo III, apresentam o símbolo do risco biológico, ou a informação escrita "Risco biológico"?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3.6 - Os recipientes para triagem e acondicionamento primário (no local de produção) dos RH perigosos do grupo IV são vermelhos e/ou encontram-se dotados de saco vermelho?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3.7 - Os sacos de recolha de RH e/ou os contentores de cortoperfurantes, não excedem 2/3 da sua capacidade?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3.8 - Os recipientes para acondicionamento de RH permitem a sua abertura não manual?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3.9 - O local de armazenamento de RH é facilmente higienizável?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3.10 - O local de armazenamento de RH tem capacidade para armazenar os RH produzidos?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.3.11 - O período de recolha dos RH não excede os 3 dias de produção, ou os 7 dias, quando garantidas as condições de refrigeração? (Entendemos por condições de refrigeração possuir equipamentos de refrigeração ou compartimento refrigerado)

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.4 - Contrato de gestão de resíduos hospitalares:

II.3.4.1 - O contrato:

- ◆ Respeita ao estabelecimento visado.
- ◆ Engloba o tratamento dos diferentes grupos de RH produzidos no estabelecimento.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.4.2 - Apresentam fotocópias das guias de registo e transporte de RH.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.5 - Gestão e tratamento de roupa:

II.3.5.1 - Existe um procedimento para manuseamento seguro da roupa suja, incluindo o horário para a recolha da roupa suja, no sentido de assegurar as necessidades de cada serviço?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.5.2 - Toda a roupa suja é depositada de imediato após a remoção, em contentor disponível junto ao local de remoção?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.5.3 - Os sacos com roupa suja não excedem 2/3 da sua capacidade, a fim de serem corretamente encerrados?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.5.4 - Existe uma sala de sujos e despejos, com uma zona destinada à arrumação temporária de sacos de roupa suja?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.5.4.1 - Se sim:

- ◆ É um local fechado? ☐
- ◆ É um local bem ventilado? ☐
- ◆ É um local de acesso restrito a utentes? (não é aceitável o armazenamento em corredores ou zonas de circulação) ☐

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.6 - Serviços de higienização dos espaços e equipamentos:

II.3.5.1 - Os serviços de higienização dos espaços e equipamentos são assegurados por serviço interno?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.6.2 - Os serviços de higienização dos espaços e equipamentos são assegurados por empresa externa?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.6.3 - Existe um procedimento de higienização dos espaços e equipamentos?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.6.3.1 - Se sim:

- ◆ Está contemplado o responsável pelo procedimento? ☐
- ◆ Está contemplada a frequência com que é executado? ☐
- ◆ Está contemplado o método e produtos a utilizar? ☐

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.6.4 - Todos os serviços têm afixados os horários e frequência de higienização e o responsável pelo processo? (aceita-se a não afixação, desde que garantido o registro por outros meios)

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.6.5 - O ambiente de prestação de cuidados é higienizado regularmente, de acordo com as especificações do procedimento de higienização?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.6.6 - O ambiente de prestação de cuidados está livre de objetos e equipamentos desnecessários a fim de facilitar a higienização?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.3.6.7 - O ambiente de prestação de cuidados encontra-se limpo, seco e em bom estado de conservação?

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

Artigo 5.º - Resultados dos procedimentos

II.5.1 - Os resultados dos procedimentos efetuados constam de relatório validado por médico especialista de radiologia ou neurorradiologia ou por médico especialista com competência especificamente atribuída para a realização do exame no âmbito da sua especialidade.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

Artigo 6.º - Informação aos utentes

II.6.1 - Estão colocados, em local bem visível do público:

- ◆ A licença de funcionamento ou a declaração de conformidade. ☐
- ◆ Certidão de registo do estabelecimento na Entidade Reguladora da Saúde (ERS). ☐
- ◆ O horário de funcionamento. ☐
- ◆ O nome do diretor clínico. ☐
- ◆ O nome do diretor de serviço (quando a unidade esteja integrada num estabelecimento com várias tipologias e ou serviços). ☐
- ◆ Os procedimentos a adotar em situações de emergência. ☐
- ◆ Plantas de emergência (se aplicável). ☐
- ◆ Os direitos e deveres dos utentes. ☐
- ◆ A informação de que existe tabela de preços para consulta. ☐

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ A informação relativa à existência de regulamento interno. ☐
- ♦ A informação relativa aos acordos e convenções para a prestação de cuidados de saúde aplicáveis à unidade de saúde em causa, bem como os respetivos âmbitos e tabela de preços. ☐

Observações:

II.6.2 - Publicidade / identificação dos serviços prestados:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ A publicidade identifica de forma verdadeira, completa e inteligível a Entidade responsável pela sua prestação (*Princípio da transparência*)
- ♦ A publicidade existente não suscita dúvidas quanto aos atos/serviços que no local se propõe prestar, incluindo convenções e demais acordos em vigor, habilitações dos profissionais de saúde ou outros requisitos de funcionamento e exercício da atividade (*Princípio da fidedignidade*)
- ♦ A publicidade existente é a favor do prestador de cuidados de saúde, encontrando-se cumpridos os requisitos de que depende o desenvolvimento da atividade tal qual publicitada (registo e licenciamento) (*Princípio da licitude da informação*)

Observações:

Artigo 7.º - Seguro de responsabilidade civil

II.7.1 - A unidade de radiologia dispõe de seguro de responsabilidade civil que cubra os riscos inerentes à atividade do estabelecimento.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Beneficiário /tomador do seguro corresponde à Entidade responsável pelo estabelecimento; ☐
- ♦ Local de risco inclui morada do estabelecimento. ☐

Observações:

II.7.2 - A unidade de radiologia assegura que os seus profissionais estão abrangidos por um seguro de responsabilidade civil válido.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

Artigo 8.º - Regulamento interno

II.8.1 A unidade de radiologia dispõe de regulamento interno, validado pelo diretor clínico/serviço, datado e assinado, contendo:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Identificação do diretor clínico/diretor de serviço e do seu substituto, ou critério de substituição, na ausência de indicação expressa; ☐
- ♦ Identificação do especialista em física médica; ☐
- ♦ Identificação do delegado de proteção radiológica e do seu substituto ou critério de substituição; ☐
- ♦ Estrutura organizacional; ☐
- ♦ Deveres gerais dos profissionais; ☐
- ♦ Categorias e graduações profissionais, funções e competências de cada grupo profissional; ☐
- ♦ Normas de funcionamento. ☐

Observações:

II.8.2 - O regulamento interno prevê ainda a existência, no próprio documento ou em documento acessório, de:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Programa de proteção e segurança radiológica da instalação; ☐
- ♦ Lista e plano anual de manutenção preventiva das instalações e equipamentos e de calibração de equipamento dentário ou aferição por tipologia de equipamento; ☐
- ♦ Plano anual de formação e avaliação dos colaboradores; ☐

- ♦ Manual de procedimentos; ☐
- ♦ Plano periódico da participação em programas de avaliação externa da qualidade, sempre que existam; ☐
- ♦ Procedimentos de controlo da qualidade; ☐
- ♦ Plano anual de auditorias internas e externas; ☐
- ♦ Procedimento de emergência médica. ☐

Observações:

Artigo 9.º - Registo, conservação e arquivo

II.9.1 A unidade de radiologia dispõe em arquivo físico ou digital, durante o prazo legalmente estabelecido, de:

II.9.1.1 - Os processos clínicos dos utentes contendo os respetivos registos;

- ♦ Arquivo em papel/digital de acesso restrito a terceiros, garantindo o acesso reservado aos profissionais de saúde, vinculados a dever de sigilo, e de acordo com um princípio de necessidade.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.1.2 - Cópia dos relatórios dos exames e dos tratamentos realizados.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2 - A unidade de radiologia conserva, durante um mínimo de 5 anos, salvo se prazo mais longo resultar da lei, os seguintes documentos:

II.9.2.1 - Licença de funcionamento no âmbito da proteção radiológica, nos termos da legislação em vigor;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.2 - Documentos previstos no Manual de Boas Práticas de Radiologia;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.3 - Dados referentes ao controlo da qualidade;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.4 - Resultados dos programas de garantia da qualidade e segurança, designadamente:

- ♦ Fichas de equipamento e respetivas declarações de conformidade;
- ♦ Mapas de manutenções preventivas e de calibrações;
- ♦ Folhas de obra das ações corretivas aos equipamentos;
- ♦ Ficha de segurança;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.5 - Lista de equipamentos de proteção radiológica, bem como evidências de vistorias periódicas;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.6 - Resultado das medições de controlo da qualidade efetuada nos equipamentos que utilizam radiações ionizantes;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.7 - Registo de produção de resíduos hospitalares, nos termos da legislação em vigor;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.8 - Resultados da monitorização do pessoal durante o período de vida ativa do trabalhador, no âmbito da proteção contra radiações;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.9 - Contratos, ou extratos de contratos, celebrados com terceiros relativos às atividades identificadas no artigo 16.º da Portaria n.º 100/2024/1, de 13 de março;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.10 - Protocolos técnicos terapêuticos, formação e outras normas técnicas destinadas à atividade profissional;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.11 - Regulamento interno;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.12 - Resultados das vistorias realizadas pelas entidades competentes;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.9.2.13 - Programa de proteção e segurança radiológica da instalação.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

Artigo 10.º - Técnicas

II.10.1 – A unidade dispõe de autorização para as seguintes técnicas:

- ◆ Radiologia convencional; ☐
- ◆ Ecografia; ☐
- ◆ Tomografia computadorizada; ☐
- ◆ Ressonância magnética; ☐
- ◆ Angiografia digital; ☐
- ◆ Radiologia de intervenção; ☐
- ◆ Osteodensitometria; ☐
- ◆ Mamografia; ☐
- ◆ Outras: _____

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

III.11.1 - A unidade de radiologia dispõe, em arquivo físico ou digital, acessível a todo o momento, da seguinte documentação:

- ◆ No caso das unidades privadas, certidão atualizada do registo comercial, ou código de acesso à certidão permanente de pessoa coletiva ou, no caso de pessoa singular cartão do cidadão.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ No caso das IPSS, declaração de inscrição como IPSS emitida pela Segurança Social.
- ♦ Relação nominal do pessoal e respetivo mapa com a distribuição pelos diferentes grupos profissionais e cópias das respetivas cédulas ou carteiras profissionais.
- ♦ Memória descritiva e justificativa e telas finais dos projetos de arquitetura, instalações e equipamentos elétricos, instalações e equipamentos mecânicos, instalações e equipamentos de águas e esgotos e instalação da rede de gases medicinais.
- ♦ Parecer favorável das medidas de autoproteção, ou comprovativo deste pedido, emitido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
- ♦ Relatório da última inspeção regular dentro do prazo legal, ou comprovativo deste pedido, seguindo os critérios estabelecidos Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (quando aplicável).
- ♦ Autorização de utilização para comércio ou serviços, emitida pela câmara municipal competente ou documento(s) equivalente(s) nos termos da legislação em vigor.
- ♦ Licença de funcionamento no âmbito da segurança radiológica, nos termos da legislação em vigor.

Observações:

III.11.2- Adicionalmente, se aplicável, a unidade de radiologia dispõe ainda em arquivo físico ou digital da seguinte documentação:

II.11.2.1 - Autorização ministerial relativa a equipamentos médicos pesados, nos termos da legislação em vigor;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.11.2.2 - Certificado de exploração ou declaração de inspeção inicial das instalações elétricas, consoante o tipo (A, B ou C).

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.11.2.3 - Cópia do termo de responsabilidade pela exploração das instalações elétricas, ou da declaração de inspeção periódica, consoante o tipo (A, B ou C) e a potência aparente da instalação.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.11.2.4 - Certificação dos equipamentos elevadores.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.11.2.5 - Cópia ou extrato do contrato de manutenção dos equipamentos elevadores.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.11.2.6 - Certificado de inspeção das instalações de gás.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.11.2.7 - Cópia do certificado dos dispositivos médicos, incluindo o sistema de distribuição de gases medicinais, em conformidade com o previsto na legislação.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.11.2.8 - Cópia da declaração de validação de funcionamento de recipientes sob pressão simples e/ou o certificado de aprovação de funcionamento de equipamentos sob pressão.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.11.2.9 - Cópia do certificado energético em conformidade com a legislação em vigor.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

♦ O estabelecimento trata-se de um GES ou é detido por entidade pública, pelo que se verifica a afixação do certificado energético, na entrada do edifício, em local bem visível do público. ☐

♦ O certificado energético contém os elementos previsto no Anexo I do Despacho n.º 6476-A/2021, ou legislação que o venha substituir. ☐

Observações:

II.11.2.10 - Cópia do relatório de ensaios que comprovem o funcionamento dos equipamentos geradores de ruído, como por exemplo sistemas de vácuo e/ou produção de ar comprimido, em conformidade com o Regulamento Geral do Ruído.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.11.2.11 - Plano de prevenção e controlo ou programa de manutenção e limpeza, bem como toda a documentação associada no âmbito da legislação em vigor, no sentido de prevenir o risco de proliferação e disseminação da bactéria *Legionella*.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

II.11.2.12 - Autorização para aquisição direta de medicamentos, emitida pelo INFARMED, I.P..

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

Artigo 12.º - Condições de funcionamento

III.12.1 - Para atribuição de licença de funcionamento ou de declaração de conformidade estão assegurados os seguintes pressupostos:

III.12.1.1 - A idoneidade do requerente, a qual, no caso de se tratar de pessoa coletiva, está preenchida pelos administradores, ou diretores/gerentes que detêm a direção efetiva do estabelecimento, não constando nenhum dos seguintes impedimentos;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Proibição legal do exercício do comércio ou a não conformidade do registo na segurança social;
- ♦ Condenação, com trânsito em julgado, qualquer que tenha sido a natureza do crime, nos casos em que tenha sido decretada a interdição do exercício de profissão;
- ♦ Inibição do exercício da atividade profissional, pela respetiva ordem ou associação profissional, durante o período determinado.

Observações:

III.12.2.1 - A idoneidade profissional dos elementos da direção clínica e direção técnica ou de serviço, se aplicável, bem como demais pessoal clínico e técnico, não constando nenhum dos seguintes impedimentos;

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Condenação, com trânsito em julgado, qualquer que tenha sido a natureza do crime, nos casos em que tenha sido decretada a interdição do exercício de profissão;
- ♦ Inibição do exercício da atividade profissional, pela respetiva ordem ou associação profissional, durante o período determinado.

Observações:

CAPÍTULO IV – Recursos humanos

Identificação do(a) diretor(a) clínico(a):	Nome:	Cédula profissional:
--	-------	----------------------

Artigo 13.º - Direção clínica

IV.13.1 - A unidade de radiologia é tecnicamente dirigida por um diretor clínico.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

IV.13.2 - A unidade encontra-se integrada num estabelecimento de saúde onde são desenvolvidas outras tipologias de atividade, sendo o estabelecimento é dirigido por um diretor clínico, com responsabilidade clínica transversal a todas elas.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

IV.13.3 - Em caso de impedimento ou cessação permanente de funções do diretor clínico ou, do diretor de serviço, é promovida a sua substituição por um profissional qualificado com formação equivalente no prazo máximo de 30 dias, com comunicação da substituição à entidade competente.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

IV.13.4 - É da responsabilidade do diretor clínico/serviço:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Designar, de entre os profissionais com qualificação equivalente à sua, o/os seu/s substituto/s durante as suas ausências ou impedimentos;
- ◆ Zelar pela qualidade dos cuidados clínicos prestados, tendo em particular atenção os programas de garantia da qualidade, incluindo o controlo de infeção;
- ◆ Garantir a formação contínua do pessoal técnico da unidade;
- ◆ Supervisionar o cumprimento das normas estabelecidas quanto à estratégia terapêutica dos doentes e aos controlos clínicos;
- ◆ Aprovar os protocolos técnicos, clínicos, terapêuticos e velar pelo seu cumprimento;
- ◆ Colaborar na definição das normas referentes à proteção da saúde e à segurança do pessoal, bem como respeitar as especificações referentes à proteção do ambiente e da saúde pública e zelar pelo seu cumprimento;
- ◆ Garantir a idoneidade e a qualificação técnica dos profissionais adequadas ao desempenho da atividade;
- ◆ Aprovar o relatório anual da avaliação dos exames e cuidados prestados na unidade de saúde;
- ◆ Aprovar o procedimento de emergência médica e assegurar a sua divulgação.

Observações:

Artigo 14.º - Titular da unidade

IV.14.1 - O titular da unidade é responsável por assegurar o cumprimento de todos os requisitos definidos no Regime Jurídico da Proteção Radiológica.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

IV.14.2 - Adicionalmente, o titular:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Zela pela adequada dotação de profissionais afetos às práticas e técnicas executadas na unidade, com vista à garantia dos requisitos de segurança e qualidade dos procedimentos realizados, em relação aos utentes e à própria organização, bem como garantir a idoneidade profissional do pessoal técnico da unidade;
- ◆ Estabelece normas referentes à proteção da saúde e à segurança do pessoal, bem como respeitar as especificações referentes à proteção do ambiente e da saúde pública e velar pelo seu cumprimento;

- ♦ Garante a qualificação técnico-profissional adequada dos profissionais para o desempenho das funções técnicas necessárias.

Observações:

Artigo 15.º - Pessoal

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

IV.15.1 - A unidade de radiologia dispõe de todos os recursos humanos necessários ao desempenho das funções para que está legalmente habilitada por licenciamento ou declaração de conformidade.

Observações:

Artigo 16.º - Recurso a serviços contratados

IV.16.1 - A unidade de radiologia recorre a serviços de terceiros devidamente licenciados, certificados ou acreditados, nomeadamente, para o efeito de:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

IV.16.1.1 - Fornecimento de refeições.

Interno: ☐ Externo: ☐

Fornecedor:

IV.16.1.2 - Tratamento de roupa.

Interno: ☐ Externo: ☐

Fornecedor:

IV.16.1.3 - Gases medicinais.

Fornecedor:

IV.16.1.4 - Produtos esterilizados

Interno: ☐ Externo: ☐

Fornecedor:

IV.16.1.5 - Gestão de resíduos hospitalares.

Fornecedor:

IV.16.1.6 - Transporte de doentes.

Fornecedor:

IV.16.1.7 - Proteção radiológica e física médica.

Fornecedor:

IV.16.1.8 - Vigilância da saúde dos profissionais.

Fornecedor:

Observações:

CAPÍTULO V – Requisitos técnicos

Artigo 17.º - Normas genéricas de construção, segurança e privacidade

V.17.1 - A unidade de radiologia situa-se em local de fácil acessibilidade e dispõe de infraestruturas viárias, de abastecimento de água, de saneamento, de energia elétrica e de telecomunicações.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.2 - A unidade de radiologia funciona em edifício autónomo ou em parte de edifício destinado a outro fim.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.3 - A construção contempla a existência de um percurso acessível até aos espaços fundamentais de funcionamento da unidade, nos termos do regime jurídico das acessibilidades em vigor.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.4 - A sinalética está concebida de forma a ser compreendida pelos utentes, obedecendo aos requisitos de legibilidade definidos no regime jurídico das acessibilidades em vigor.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.5 - Os acabamentos permitem a manutenção de um grau de higienização compatível com a atividade desenvolvida nos locais a que se destinam.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.6 - Está garantida a localização de instalações técnicas, de armazenagem de fluidos inflamáveis ou perigosos e de gases medicinais, caso existam, nas condições de segurança legalmente exigidas.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.13.7 - As instalações radiológicas existentes na unidade asseguram a adequada proteção contra radiações ionizantes e cumprem a legislação em vigor.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.8 - As circulações horizontais, compartimentos de armazenamento, sujos e despejos e material de limpeza têm como pé direito útil mínimo 2,40 m, entendendo-se como tal a altura livre do pavimento ao teto ou teto falso, sendo nas demais áreas assegurado o pé direito útil mínimo previsto na legislação em vigor.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.9 - A unidade dispõe de internamento, pelo que os corredores destinados a circulação de camas e macas dispõem no mínimo de 2,20 m de largura útil, sendo de admitir as seguintes ressalvas:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Admite-se a existência de corredores com o mínimo de 1,80 m de largura útil, havendo bolsas que permitam o cruzamento de camas;
- ♦ Os corredores destinados à circulação de macas têm o mínimo de 1,40 m de largura útil.

Observações:

V.17.10 - A unidade dispõe de internamento, pelo que os vãos das portas utilizadas na passagem de macas e camas têm o mínimo de 1,40 m de largura útil.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.11 - Todas as salas de radiodiagnóstico dispõem de vestiário de utentes, com disponibilidade de roupa descartável e sapatos.

O vestiário poderá ser dispensado desde que sejam garantidas as condições do ponto seguinte.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.12 - A unidade de radiologia garante as condições que permitem o respeito pela privacidade e dignidade dos utentes.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.13 - A unidade de radiologia dispõe de internamento, pelo que onde se prevê o acesso de utentes acamados dispõe de espaços adequados à ocupação e manobrabilidade das camas.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.14 - Os equipamentos de suporte vital e de emergência estão acessíveis e funcionais e são objeto de ensaios regulares documentados.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.15 - A zona de armazenagem de medicamentos, é apenas acessível a profissionais autorizados, estar identificada e dispor de monitorização das condições de temperatura e humidade.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

V.17.16 - Sempre que a unidade não disponha de acesso de nível ao exterior ou tenha um desenvolvimento em altura superior a um piso e se preveja a utilização de macas ou camas, deve dispor de pelo menos um elevador com dimensões interiores não inferiores a 2,40 m × 1,30 m × 2,10 m, respetivamente de comprimento, de largura e de altura.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

Artigo 18.º - Reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo

V.18.1 - Para a obtenção de dispositivos médicos a unidade de radiologia adota as seguintes modalidades:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Utilização exclusiva de dispositivos médicos de uso único, sendo proibido o reprocessamento para utilização posterior, salvo se permitido por regulamentação específica; ☐
- ♦ Utilização de dispositivos médicos de uso múltiplo reprocessados em entidade externa com implementação ou certificação da NP EN ISO 13485 ou ao abrigo de normativo que a venha a substituir, ou em unidade de saúde licenciada ou com declaração de conformidade que disponha de unidade central de reprocessamento; ☐
- ♦ Utilização de dispositivos médicos de uso múltiplo reprocessados em unidade interna de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo, para uma parte ou a totalidade das necessidades de um único serviço da unidade de saúde, sendo que em caso de reprocessamento pela unidade interna de apenas uma parte do material, o restante deve ser obtido com recurso às demais opções descritas; ☐
- ♦ Utilização de dispositivos médicos de uso múltiplo reprocessados em unidade central de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo para as necessidades de dois ou mais serviços da unidade de saúde, concebida, organizada e equipada de acordo com os normativos e legislação em vigor, que deve dispor da capacidade adequada às necessidades e ter implementada ou estar certificada pela NP EN ISO 13485 ou ao abrigo de normativo que a venha a substituir. ☐

Observações:

V.18.2 - Todos os dispositivos potencialmente contaminados são manipulados, recolhidos e transportados em caixas ou carros fechados para a área de descontaminação de forma a evitar o risco de contaminação dos circuitos envolventes e de utentes e pessoal.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

IV.18.3 - As unidades internas e centrais de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo devem satisfazer as normas relativas a qualidade e segurança, nos termos do artigo 3.º, com vista a assegurar o cumprimento das seguintes fases, respeitando ainda as instruções do fabricante dos dispositivos médicos, designadamente:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ São respeitadas as instruções dos fabricantes dos DM? ☐
- ♦ A unidade de reprocessamento está concebida e organizada de modo a assegurar um circuito “marcha em frente”? ☐
- ♦ Existe um procedimento interno do reprocessamento dos DM's? ☐
- ♦ Recolha de instrumentos ou dispositivos médicos; ☐
- ♦ **Limpeza e desinfecção:**
 - Dispõe dos equipamentos/materiais adequados à concretização desta fase (lavagem, desinfecção e secagem)? ☐

- São utilizados produtos adequados à limpeza e desinfecção dos DM? ☐
- A execução desta fase cumpre as boas práticas definidas? ☐
- ♦ **Inspeção, montagem e embalagem:**
 - Dispõe dos equipamentos/materiais/ produtos adequados à concretização desta fase (inspeção, montagem e embalagem)? ☐
 - A execução desta fase cumpre as boas práticas definidas? ☐
- ♦ **Esterilização:**
 - Dispõe dos equipamentos/materiais adequados à concretização desta fase (esterilização)? ☐
 - A execução desta fase cumpre as boas práticas definidas? ☐
- ♦ **Armazenamento:**
 - Dispõe dos equipamentos/materiais adequados à concretização desta fase? ☐
- A execução desta fase cumpre as boas práticas definidas? ☐

Observações:

IV.18.4 - Qualquer que seja a origem dos dispositivos médicos de uso múltiplo reprocessados, deve existir evidência da validação da eficácia das diferentes fases do reprocessamento, garantindo-se, pelo menos:

IV.18.4.1 - Validação do ciclo de esterilização, no caso da unidade interna de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo.

IV.18.4.1.1 - É assegurado que a validação do ciclo de esterilização contempla:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Um indicador externo por DM/embalagem (p.e., indicador químico de alteração de cor das mangas mistas, ou fita integradora classe 5 ou 6)? ☐

E

- ♦ O registo automático/ mecânico dos ciclos (i.e. tiras com indicação da data/hora, n.º ciclo, fases da esterilização e conclusão com sucesso/não sucesso)? ☐

Ou

- ♦ O registo manual com identificação do ciclo, colaborador e resultado do ciclo (P.e. parâmetros visíveis no display do esterilizador)? Ou, no caso de o esterilizador não fornecer informação dos parâmetros do ciclo, é assegurada a realização do teste em autoclaves pré-vácuo (ciclo sem carga)? ☐

Observações:

V.18.4.2 - A validação dos processos de lavagem/desinfecção, embalagem, selagem e esterilização na unidade central de reprocessamento de dispositivos médicos de uso múltiplo.

IV.37.4.2.1 - É assegurado que a validação da eficácia da lavagem/desinfecção contempla:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ O controlo visual dos DM? (sem obrigação de registo) ☐

E

- ♦ Um teste de eficácia lavagem/desinfecção para processo mecânico (p.e. Verify®, TOSI®,) ou registo paramétrico das lavadoras mecânicas (parâmetros visíveis no display)? ☐

- ♦ É assegurado que a validação da eficácia da embalagem contempla a verificação do cumprimento dos princípios aplicáveis (pág. 64-77 do doc. OMS)? ☐

- ♦ É assegurado que a validação da eficácia da selagem contempla um teste da selagem? ☐

Observações:

IV.37.4.2.2 - É assegurado que a validação da eficácia da esterilização contempla:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Um indicador externo por DM/embalagem (p.e., indicador químico de alteração de cor das mangas mistas, ou fita integradora classe 5 ou 6)? ☐

E

- ♦ Um teste de remoção dinâmica de ar (uma vez ao dia)? ☐

E

- ♦ Todas as cargas com dispositivos implantáveis são monitorizadas com um indicador biológico? Os DM ficam em quarentena até confirmação do resultado? ☐

E

- ♦ O registo automático/mecânico dos ciclos (i.e. tiras com indicação da data/hora, n.º ciclo, fases da esterilização e conclusão com sucesso/não sucesso)? ☐

Ou

- ♦ O registo manual com identificação do ciclo, esterilizador, colaborador e resultado do ciclo (parâmetros visíveis no display do esterilizador) – cfr. 7.5.5 da norma NP 13485? ☐

Observações:

Artigo 19.º - Equipamentos frigoríficos

V.19.1 - Existe frigorífico para conservação de medicamentos dotado de dispositivo automático de registo de temperatura e alarme.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

CAPÍTULO VI – Livro de reclamações

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Artigo 22.º - Livro de Reclamações

♦ Data de aquisição: ____ / ____ / ____

- ♦ Titular do livro de reclamações corresponde à Entidade responsável pela exploração do estabelecimento;
- ♦ Morada correspondente à do estabelecimento;
- ♦ Originais das reclamações remetidos à ERS no prazo de 10 dias úteis.
- ♦ A informação referente à existência de Livro de reclamações, com identificação e morada da entidade competente para apreciar a reclamação.

Observações:

ANEXO I - (a que se refere o artigo 20.º)

A1 - Compartimentos a considerar

A1.1 - Área de acolhimento:

A1.1 - Recepção/secretaria.
(Secretaria com zona de atendimento de público)

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.2 - Zona de espera. (Junto à recepção/secretaria)

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.3 - Instalação sanitária de público (adaptada a pessoas de mobilidade condicionada)

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.2 - Área clínica/técnica:

A1.2.1 - Sala de urgência com área útil mínima de 20 m².

Se existir serviço de urgência na unidade.

Apoio à angiografia. Facultativa.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.2.2 - Sala de radiologia convencional (se existir a valência na unidade) com:

- Equipamento vertical com área útil mínima de 15 m²; ☐
- Mesa *bucky* fixa com área útil mínima de 20 m². ☐

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.2.3 - Sala de digestivos, urografias e tomografias lineares (se existir a valência na unidade) com área útil mínima de 16 m².

Deve ter apoio de IS.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.2.4 - Mamografia (se existir a valência na unidade) com área útil mínima de 12 m².

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.2.5 - Ecografia (se existir a valência na unidade) com área útil mínima de 12 m².

Deve ter IS dedicada se executar exames pélvicos genito-urinários.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.2.6 - Sala de tomografia computadorizada (TC) (se existir a valência na unidade) com área útil mínima de 24 m².

Deve ter apoio de IS.

Existe circulação à volta dos equipamentos livre com um espaço, entre estruturas móveis e fixas, não inferior a 0,6 m.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.2.7 - Sala de comando.

Apoio ao TC.

Pode ser comum a outras valências.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.2.8 - Sala técnica.

Apoio ao TC.

Facultativa.

Observações:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

A1.2.9 - Sala angiografia (se existir a valência na unidade) com área útil mínima de 20 m².

Deve ter apoio de IS.

Observações:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

A1.2.10 - Sala de preparação com área útil mínima de 6 m².

Apoio à angiografia.

Facultativa.

Observações:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

A1.2.11 - Sala de recobro com área útil mínima de 10 m².

Apoio à angiografia.

Pode ser comum a outras valências.

Observações:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

A1.2.12 - Ressonância magnética (se existir a valência na unidade) com área útil mínima de 35 m².

Deve ter apoio de IS.

Em alguns modelos de RM, o mínimo exigido pode ser superior a 35 m², dependendo do fabricante. Deve-se permitir que esta área seja ajustável consoante a potência do equipamento.

Observações:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

A1.2.13 - Sala de comando.

Apoio à ressonância magnética.

Pode ser comum a outras valências.

Observações:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

A1.2.14 - Sala técnica ressonância magnética.

Apoio à ressonância magnética.

Facultativa.

Observações:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

A1.2.15 - Sala de preparação com área útil mínima de 6 m².

Apoio à ressonância magnética.

Facultativa.

Observações:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

A1.2.16 - Sala de recobro com área útil mínima de 10 m².

Apoio à ressonância magnética.

Pode ser comum a outras valências.

Observações:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

A1.2.17 - Densitometria óssea (se existir a valência na unidade) com área útil mínima de 6 m².

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.2.18 - Ortopantomografia (se existir a valência na unidade) com área útil mínima de 6 m².

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.3 - Área de pessoal:

A1.3.1 - Instalação sanitária de pessoal.

Deve possuir chuveiros.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.3.2 - Vestiário de pessoal (com zona de cacifos).

Facultativo, caso seja centralizado para toda a unidade.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.3.3 - Zona de relatórios.

Pode integrar áreas anexas aos equipamentos.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.4 - Área de logística:

Possibilidade de partilha no caso de coexistência de várias tipologias de atividade.

A1.4.1 - Sala de sujos e despejos

Para arrumação temporária de sacos de roupa suja, resíduos, de material de limpeza e despejos.

Área mínima deve garantir a funcionalidade da sala, considerando o volume de sujos e tempo de permanência.

O armazenamento de resíduos deve estar fisicamente separado das restantes zonas de armazenagem e entre si, por tipologias (resíduos hospitalares e radioativos).

Deve existir um espaço separado para resíduos radioativos e uma referência clara ao tempo de decaimento necessário antes da eliminação. Os resíduos devem ser segregados conforme a categoria de risco biológico e radioativo.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.4.2 - Sala de reprocessamento (Sala de descontaminação).

Exigível se não for utilizado exclusivamente material descartável.

Para limpeza e desinfecção, de dispositivos médicos de uso múltiplo.

Área mínima deve garantir a funcionalidade e segurança em todas as fases do reprocessamento dos dispositivos médicos.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.4.3 - Sala de reprocessamento (Sala limpa).

Com esterilizador de tipo adequado e ligação à zona de descontaminação por 'guichet' ou por máquina de lavar com duas portas.

A sala limpa é exigível quando a unidade não utilize exclusivamente material descartável, não dispuser de serviços centralizados de esterilização ou recurso ao exterior. Deve estar separada da sala de descontaminação por divisória integral até ao teto (ou teto falso), sendo admissível a existência de uma porta de comunicação.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.4.4 - Material de limpeza (Armazenagem de material de limpeza e despejos).

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Possibilidade de partilha com a sala de sujos, se as unidades tiverem até cinco salas de exames.

☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Observações:

A1.4.5 - Zona de roupa limpa (Arrumação em armário/estante/carro).

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.4.6 - Zona de material de uso clínico (Arrumação em armário/estante/carro).

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.4.6 - Zona de material de consumo (Arrumação em armário/estante/carro).

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A1.4.7 - Sala de equipamento (Armazenagem).

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

ANEXO II - (a que se refere o artigo 20.º)

A2 - Aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC)

A2.1 - Todos os compartimentos satisfazem as condições ambiente de temperatura e de humidade, previstas na legislação em vigor.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ O estabelecimento encontra-se equipado com SACE tendo sido possível observar as condições ambiente em tempo real; ☐
- ♦ A entidade apresentou ensaios de Qualidade do Ar Interior elaborados de acordo com a legislação em vigor; ☐
- ♦ A entidade apresentou Avaliação Simplificada Anual (ASA). ☐

Observações:

A2.2 - Em termos de exigências associadas aos equipamentos de renovação e de extração de ar (caudal de ar novo, caudal de extração ou níveis de filtragem, a título exemplificativo), deve ser verificado o maior dos requisitos que resultem da interseção do exigido na Portaria n.º 100/2024/1, de 13 de março e legislação em vigor na área dos edifícios no âmbito da eficiência energética

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A2.3 - Estão asseguradas as condições referentes à manutenção dos sistemas técnicos instalados em edifícios, a periodicidade e as condições de realização da inspeção periódica dos sistemas Técnicos.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Tratando-se de um GES dispõe de plano de manutenção atualizado e adaptado às características dos sistemas técnicos abrangidos, que inclui as tarefas de manutenção a realizar, bem como, no caso de edifícios novos, ou renovados, as premissas definidas em projeto. ☐
- ♦ O plano de manutenção é elaborado por um técnico qualificado para o efeito e deve ter em conta as instruções dos fabricantes, a regulamentação ou normalização aplicável aos sistemas técnicos, as rotinas e boas práticas de manutenção e a garantia da proteção da saúde humana. ☐

- ◆ Os sistemas técnicos são acompanhados por um técnico qualificado para o efeito que assegura a sua correta manutenção ou supervisiona as atividades realizadas nesse âmbito, articulando estas, quando aplicável, com outros técnicos devidamente habilitados para a sua execução. ☐
- ◆ O estabelecimento dispõe de SACE que monitoriza os sistemas de aquecimento ou de sistemas de arrefecimento ou de sistemas combinados de aquecimento e ventilação ou de sistemas combinados de arrefecimento e ventilação com uma potência nominal global igual ou superior a 290 kW (obrigatório até 31 de dezembro de 2025). ☐
- ◆ O estabelecimento dispõe de relatório de qualidade do ar interior demonstrativo do cumprimento de limiares de proteção e condições de referência. ☐
- ◆ Se aplicável, o estabelecimento dispõe de relatório de avaliação simplificada anual à qualidade do ar interior. ☐
- ◆ O Plano de Manutenção, contém, os elementos previstos no n.º 1 do Anexo I do Despacho n.º 6476-C/2021. ☐
 - Se aplicável, existem evidências da realização de inspeções periódicas nos termos do previsto no Anexo II do Despacho n.º 6476-C/2021. ☐
- ◆ Está assegurado o cumprimento dos requisitos mínimos de desempenho energético relativos à envolvente do edifício e aos sistemas técnicos e a respetiva aplicação em função do tipo de utilização e específicas características técnicas, nomeadamente, as distâncias mínimas previstas entre a admissão de ar novo e locais de emissão de poluentes, em conformidade com o previsto na tabela 9 da Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho. ☐
- ◆ O sistema de produção de água quente sanitária inclui um ou mais termoacumuladores elétricos, dispondo a entidade de termo de responsabilidade pela sua instalação elaborado nos termos do previsto no Anexo da Portaria n.º 1081/91, de 24 de outubro. ☐
- ◆ A entidade apresentou relatório de ensaios de balanceamento da instalação demonstrativo do cumprimento dos caudais de insuflação de ar novo e extração de ar viciado previstos no SCE e no Anexo II da Portaria n.º 93/2024/1, de 11 de março. ☐

Observações:

A2.4 - Os equipamentos de climatização dos espaços interiores são de permuta térmica ar-água.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A2.5 - A entidade é composta por um máximo de quatro gabinetes de consulta e de quatro compartimentos de apoio — receção, sala de espera, IS e uma sala de sujos — observando-se constrangimentos técnicos no cumprimento das exigências dos requisitos mínimos de caudal de ar novo, o autor do projeto deve adotar soluções alternativas que garantem a qualidade do ar.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A2.6 - Sala de urgência:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: VC/UI;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 35 m³/h.p;
- ◆ Condições ambiente: 22 — 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- O sistema de extração de ar de «sujos» deve ser independente do de «limpos»;*
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Equilíbrio.

Observações:

A2.7 - Sala de radiologia convencional:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: VC/UI;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 35 m³/h.p;
- ◆ Condições ambiente: 22 – 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- O sistema de extração de ar de «sujos» deve ser independente do de «limpos»;*
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Equilíbrio.

Observações:

A2.8 - Mamografia:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: VC/UI;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 35 m³/h.p;
- ◆ Condições ambiente: 22 – 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- O sistema de extração de ar de «sujos» deve ser independente do de «limpos»;*
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Equilíbrio.

Observações:

A2.9 - Ecografia:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: VC/UI;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 35 m³/h.p;
- ◆ Condições ambiente: 22 – 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- O sistema de extração de ar de «sujos» deve ser independente do de «limpos»;*
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Equilíbrio.

Observações:

A2.10 - Sala de TC:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: VC/UI;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 35 m³/h.p;
- ◆ Condições ambiente: 22 – 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- O sistema de extração de ar de «sujos» deve ser independente do de «limpos»;*
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Equilíbrio.

Observações:

A2.11 - Densitometria óssea:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: VC/UI;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 35 m³/h.p;
- ◆ Condições ambiente: 22 – 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- O sistema de extração de ar de «sujos» deve ser independente do de «limpos»;*
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Equilíbrio.

Observações:

A2.12 - Sala de digestivos, urografias e tomografias lineares:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: VC/UI;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 35 m³/h.p;

- ◆ Condições ambiente: 22 – 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- O sistema de extração de ar de «sujos» deve ser independente do de «limpos»;*
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Equilíbrio.

Observações:

A2.11 - Sala de ortopantomografia:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: VC/UI;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 35 m³/h.p;
- ◆ Condições ambiente: 22 – 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- O sistema de extração de ar de «sujos» deve ser independente do de «limpos»;*
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Equilíbrio.

Observações:

A2.12 - Sala de preparação e recobro:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: VC/UI;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 35 m³/h.p;
- ◆ Condições ambiente: 20 – 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- O sistema de extração de ar de «sujos» deve ser independente do de «limpos»;*
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Equilíbrio.

Observações:

A2.13 - Sala de ressonância magnética:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: UTA/VC/UI;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 35 m³/h.p;
- ◆ Insuflação: Não devem ser instaladas condutas, grelhas ou difusores metálicos no interior do compartimento;
- ◆ Condições ambiente: 20 – 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- As redes de extração das salas de sujos e despejos, instalações sanitárias e salas de produtos radioativos devem ser independentes entre si;*
- ◆ Recirculação: Sim;
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Sobrepressão.

Observações:

A2.14 - Sala de angiografia:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Tratamento: UTA e ventilador de extração privativos;
- ◆ Caudal de ar novo mínimo: 100 m³/h.p;
- ◆ Insuflação: Difusores com filtros terminais H13;
- ◆ Condições ambiente: 22 – 25.º C;
- ◆ Extração: Forçada;
- As redes de extração das salas de sujos e despejos, instalações sanitárias e salas de produtos radioativos devem ser independentes entre si;*
- ◆ Recirculação: 10 rec/h;
- ◆ Sobrepressão/subpressão: Sobrepressão.

Observações:

A2.14 - Ventilação – Compartimentos diversos

A2.14.1 - Sala de sujos e desejos: 10 ren/h.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A2.14.2 - Instalações sanitárias: Em conformidade com a legislação em vigor no SCE.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

ANEXO III - (a que se refere o artigo 20.º)

A3 - Gases medicinais e aspiração (número mínimo de tomadas a considerar)

As tomadas são exigidas apenas no caso de a Unidade estar integrada em unidade de saúde com outras valências que careçam de gases medicinais e de vácuo. Em caso contrário, apenas necessária a existência de garrafa de oxigénio portátil e de aparelho de aspiração portátil.

A3.1 - Sala de preparação e recobro:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ O₂: 1/posto;
- ◆ Aspiração: 2/posto;
- ◆ Ar comprimido respirável (400kPa): 1/posto.

Observações:

A3.2 - Se existir, a central de vácuo está fisicamente separada das restantes, e a extração do sistema deve cumprir as distâncias mínimas definidas no diploma do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE). Caso a extração de vácuo esteja abaixo (mesmo alinhamento) de um local onde seja realizada a admissão de ar e garante-se que a extração é realizada a uma cota de pelo menos 3 m acima das admissões de ar.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A3.3 - Se o ar comprimido respirável for produzido por compressores, a respetiva central está fisicamente separada das restantes.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A3.4 - Todas as centrais têm uma fonte de serviço, uma fonte de reserva e uma fonte de emergência, de comutação automática.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A3.5 - As tomadas são de duplo fecho não intermutáveis de fluido para fluido.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A3.6 - A utilização do tubo de poliamida apenas deve ser permitida nas calhas técnicas, suportes de teto e colunas de teto, quando integrado pelo fabricante e desde que acompanhados dos respetivos certificados CE medicinal.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A3.7 - Os cilindros de gases medicinais são armazenados num compartimento próprio e exclusivo. Este compartimento garante adequada fixação, cobertura e ventilação aos cilindros, bem como a necessária proteção para um uso não autorizado.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A3.8 - A entidade dispõe da documentação que ateste a conformidade da instalação do sistema de distribuição de gases medicinais nos termos da legislação em vigor.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A3.9 - Certificado CE Medicinal do SDGM:

- ♦ A entidade dispõe de certificado CE Medicinal emitido pelo instalador. ☐
- ♦ Nos casos em que isso não é possível, a entidade apresenta:
 - Certidão do INFARMED que comprove o registo de todos os DM's instalados (tubagem de cobre, válvulas, manómetros e todos os materiais e equipamentos que fazem parte da instalação); ☐
 - Prova ou Certificado como fabricante de sistemas ou conjuntos de dispositivos médicos nos termos do n.º 3 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de junho; ☐
 - Declaração de verificação de compatibilidade e design dos diversos DM do sistema; ☐
 - Ensaaios em conformidade com a ISO 7396. ☐

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

ANEXO IV - (a que se refere o artigo 20.º)

A4 - Instalações e equipamentos elétricos

As instalações e equipamentos elétricos devem satisfazer as regras e regulamentos aplicáveis os seguintes requisitos mínimos:

A4.1 - Normas e Regulamentos aplicáveis:

A4.1.1 - Sistema de sinalização de chamada e alarme.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A4.1.2 - Alimentação de socorro (iluminação geral).

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A4.1.3 - Alimentação de socorro (tomadas de corrente e alimentações especiais).

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A4.1.4 - Energia sem interrupção.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A4.1.5 - Outros.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A4.2 - A receção/secretaria cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Alimentação de energia de socorro (iluminação);

Observações:

A4.3 - A Zona de espera cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Alimentação de energia de socorro, (tomadas de corrente e alimentações especiais).

Observações:

A4.4 - A I.S. de público cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Alimentação de energia de socorro (iluminação).

Observações:

A4.5 - A I.S. de utentes cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Sistema de sinalização de chamada e alarme;
- ♦ Alimentação de energia de socorro (iluminação).

Observações:

A4.6 - Área clínica/técnica

A4.6.1 - A sala de urgência cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Sistema de sinalização de chamada e alarme, com sistema de sinalização de impedimento de entrada na sala de exames durante a realização dos exames;
- ♦ Alimentação de energia de socorro (iluminação).

Observações:

A4.6.2 - As salas de exames cumprem o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Sistema de sinalização luminosa externa de impedimento de entrada na sala de exames durante a realização dos exames;
- ♦ Alimentação de energia de socorro (iluminação);
- ♦ Alimentação de socorro (tomadas de corrente e alimentações especiais);
- ♦ Segurança com contactos; ligações equipotenciais suplementares e sistema IT médico.

Observações:

A4.6.3 - A sala de angiografia cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ♦ Sistema de sinalização de chamada e alarme, com sistema de sinalização de impedimento de entrada na sala de exames durante a realização dos exames;
- ♦ Alimentação de energia de socorro (iluminação);
- ♦ Alimentação de energia de socorro, (tomadas de corrente e alimentações especiais);
- ♦ Nas salas em que se pratiquem cateterismos cardíacos deve ser aplicado o regime de neutro isolado (IT médico) com sinalização e alarme de defeito.

Observações:

A4.6.4 - A sala de preparação e recobro cumpre o disposto no Anexo IV a que se refere o artigo 20.º, nomeadamente, dispõe de:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Sistema de sinalização de chamada e alarme;
- ◆ Alimentação de energia de socorro (iluminação);
- ◆ Alimentação de energia de socorro, (tomadas de corrente e alimentações especiais).

Observações:

A4.7 - Requisitos especiais:

A4.7.1 - Os compartimentos assinalados supra deverão dispor de um sistema de sinalização acústico-luminoso que assegure a chamada de pessoal em serviço pelos utentes. Este sistema deve satisfazer às seguintes condições:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

- ◆ Incorpora um dispositivo de chamada e um sinalizador luminoso de confirmação de chamada instalados nos compartimentos indicados no quadro anterior, facilmente acessível pelo utente.
- ◆ O cancelamento da chamada só pode ser efetuado no próprio compartimento onde se realizou a chamada.
- ◆ A chamada é assinalada por sinalização luminosa junto à porta de entrada da enfermaria ou quarto e no posto de enfermagem com sinal acústico e luminoso.
- ◆ A chamada é assinalada por sinalização acústica e luminosa no local de permanência do pessoal de serviço.
- ◆ O sistema é considerado uma instalação de segurança.

Observações:

A4.8 - As salas de Ressonância Magnética devem contar com sistema de deteção de objetos metálicos na entrada e botão de *quench* devidamente identificado e de fácil acesso em emergências.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A4.9 - Todos os elevadores dispõem das condições para se movimentarem até ao piso de entrada em caso de falha de energia elétrica.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A4.10 - Alimentação de socorro ou de substituição: alimentação elétrica destinada a manter em funcionamento uma instalação ou partes desta em caso de falta da alimentação normal por razões que não sejam a segurança de pessoas. Nomeadamente, através de, Geradores de emergência para TC, RM e Angiografia e UPS (Uninterruptible Power Supply) dedicada a equipamentos de radiologia digital.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A4.11 - Todos os compartimentos dispõem do número de tomadas necessárias à ligação individual de todos os equipamentos cuja utilização simultânea esteja prevista (um equipamento por tomada) mais uma tomada adicional para equipamento de limpeza.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

ANEXO V - (a que se refere o artigo 20.º)

A5 - Equipamento sanitário (requisitos mínimos a considerar)

A5.1 - A instalação sanitária de público adaptada a pessoas com mobilidade condicionada dispõe:

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

♦ Antecâmara (se existir) com lavatório (recomendável); ☐

☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

♦ Cabine de retrete, com bacia de retrete com acessórios para pessoas com mobilidade condicionada; ☐

Observações:

A5.2 - A instalação sanitária dedicada à sala de digestivos, urografias e tomografias lineares dispõe de lavatório e bacia de retrete com acessórios para pessoas com mobilidade condicionada e chuveiro de mão (recomendável).

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A5.3 - A instalação sanitária dedicada à sala de angiografia dispõe de lavatório e bacia de retrete com acessórios para pessoas com mobilidade condicionada.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A5.4 - A instalação sanitária dedicada à sala de ressonância magnética dispõe de lavatório e bacia de retrete com acessórios para pessoas com mobilidade condicionada.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A5.5 - A instalação sanitária dedicada à ecografia (se existir) dispõe de lavatório e bacia de retrete com acessórios para pessoas com mobilidade condicionada.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A5.6 - A instalação sanitária dedicada à sala de tomografia computacional (TC) dispõe de lavatório e bacia de retrete com acessórios para pessoas com mobilidade condicionada.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A5.7 - A instalação sanitária de pessoal dispõe:

♦ Antecâmara (se existir) com lavatório (recomendável); ☐

♦ Cabine de sanita, com bacia de retrete; ☐

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A5.8 - A sala de pessoal (se existir) dispõe de tina de bancada.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A5.9 - A sala de sujos e despejos dispõe de lavatório e pia hospitalar.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A5.10 - A sala de desinfecção dispõe de lavatório e tina de bancada, ambos com torneira de comando não manual.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A5.11 - A sala de material de limpeza dispõe de pia de despejos com torneira e lavatório.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

ANEXO VI - (a que se refere o artigo 20.º)

A6 - Equipamento médico e equipamento geral

A6.1 - O estabelecimento dispõe do equipamento médico e geral para a prossecução da atividade desenvolvida, sem prescindir do equipamento de suporte básico de vida, nomeadamente equipamento de ventilação manual, tipo insuflador manual e kit de emergência para reações adversas.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A6.2 - Na unidade são realizados procedimentos com injeção de contraste iodado, estando assegurada a existência de monitor de parâmetros vitais com monitorização contínua de ECG e SPO₂ e pressão arterial, bem como, rampas de oxigénio e ar comprimido.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A6.3 - Todos os compartimentos dedicados à prestação de cuidados devem ser dotados de dispensador de sabão líquido, SABA (solução antisséptica de base alcoólica), porta-toalhetes e balde de lixo acionado por pedal.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações:

A6.4 - Nos compartimentos onde esteja prevista a produção de resíduos hospitalares, existem recipientes para a triagem e recolha de resíduos hospitalares de acordo com a legislação em vigor.

C	NC	PC	NA	NV
☐	☐	☐	☐	☐

Observações: