

Rapport de raisonnement

Synthèse locale et imprimable. Ce document ne constitue ni un protocole clinique ni une validation scientifique formelle.

NOXIA · DÉMONSTRATEUR DÉTERMINISTE · DEMO_FIXTURE_NOT_DYNAMIC

Caractériser une mesure en imagerie spectrale

Décision humaine « Retenir » enregistrée par Évaluateur P-WEB-03C · Portée : Démonstration locale P-WEB-03C · 03/08/2026 20:36:43

Intention

Comparer deux stratégies d'imagerie spectrale pour une étude multicentrique sans donnée patient.

Question reformulée et contexte

La question porte sur la comparabilité d'une mesure reconstruite, pas sur la seule disponibilité d'une image ou d'une carte.

Contexte déclaré : Étude multicentrique exploratoire ; comparabilité quantitative à documenter..

État de la décision humaine

Retenir. Option concernée : Comparaison interne contrôlée.

Justification : Retenir cette stratégie pour la démonstration, sous réserve de la calibration et de la reconstruction documentées.

Réserves : Réserve : transférabilité intersite non présumée..

Stratégie candidate examinée

Bénéfice

Réduit l'hétérogénéité technique et facilite la traçabilité.

Compromis

Portée externe limitée.

Condition

Même chaîne et mêmes contrôles documentés.

Alternatives non classées

Comparaison multi-systèmes qualifiée. Le démonstrateur n'attribue pas d'infériorité universelle à ces alternatives.

Hypothèses

- La grandeur étudiée est définie de façon identique entre les systèmes comparés. — retenue
- La chaîne de calibration permet une comparaison quantitative défendable. — retenue
- Les paramètres de reconstruction sont suffisamment documentés pour qualifier la mesure. — retenue

Informations manquantes

- Définition opérationnelle de la grandeur — déclarée disponible — critique
- État de calibration et contrôles qualité — déclarée disponible — critique
- Version et paramètres de reconstruction — déclarée disponible

Evidence Map

Distinction mesure / grandeur dérivée

RB-003 v1.0, §7-14 · QUALIFIES

Qualifie le construit et sa dépendance au modèle.

Métrologie et reproductibilité

RB-003 v1.0, §51-57 · BOUNDS

Borne les conditions de calibration et de comparabilité.

Limites, controverses et risques résiduels

- Les sorties portant le même nom ne sont pas nécessairement interchangeables.
- Une carte d'iode ne constitue pas à elle seule une mesure directe de perfusion.
- Le démonstrateur n'évalue ni données ni paramètres réels.
- La transférabilité des mesures entre architectures et constructeurs ne peut pas être présumée universelle.

Knowledge Gap

Quel niveau de calibration externe rendrait la comparaison suffisamment robuste pour l'objectif déclaré ?

Sources propriétaires : NXP-000001 « Spectral Imaging » v1.1 · RB-003 « Reasoning Book 03 — Spectral Imaging » v1.0. État des connaissances : 3 août 2026. DEMO_FIXTURE_NOT_DYNAMIC. Ce rapport n'a pas été évalué sous PD-011. Il ne constitue pas un protocole validé, une recommandation clinique, une activation produit ou une publication.