



2 bloqueurs critiques

Définition opérationnelle de la grandeur · État de calibration et contrôles qualité. Une décision aboutie ne peut pas être confirmée.

ÉTAPE 7 SUR 7

Rapport provisoire de raisonnement

Synthèse locale et imprimable. Ce document ne constitue ni un protocole clinique ni une validation scientifique formelle.

NOXIA · DÉMONSTRATEUR DÉTERMINISTE · DEMO_FIXTURE_NOT_DYNAMIC

Caractériser une mesure en imagerie spectrale

Rapport provisoire — aucune décision humaine enregistrée.

Intention

Comparer des stratégies lorsque les informations critiques de calibration restent indisponibles.

Question reformulée et contexte

La question porte sur la comparabilité d'une mesure reconstruite, pas sur la seule disponibilité d'une image ou d'une carte.

Contexte déclaré : aucun contexte additionnel renseigné.

État de la décision humaine

Non évalué pour une décision aboutie : 2 information(s) critique(s) restent inconnue(s).

Alternatives non classées

Comparaison interne contrôlée · Comparaison multi-systèmes qualifiée. Le démonstrateur n'attribue pas d'infériorité universelle à ces alternatives.

Hypothèses

- La grandeur étudiée est définie de façon identique entre les systèmes comparés. — non examinée
- La chaîne de calibration permet une comparaison quantitative défendable. — non examinée
- Les paramètres de reconstruction sont suffisamment documentés pour qualifier la mesure. — non examinée

Informations manquantes

- Définition opérationnelle de la grandeur — inconnue ou indisponible — critique
- État de calibration et contrôles qualité — inconnue ou indisponible — critique
- Version et paramètres de reconstruction — inconnue ou indisponible

Evidence Map

Distinction mesure / grandeur dérivée RB-003 v1.0, §7-14 · QUALIFIES Qualifie le construit et sa dépendance au modèle.	Métrologie et reproductibilité RB-003 v1.0, §51-57 · BOUNDS Borne les conditions de calibration et de comparabilité.
---	---

Limites, controverses et risques résiduels

- Les sorties portant le même nom ne sont pas nécessairement interchangeables.
- Une carte d'iode ne constitue pas à elle seule une mesure directe de perfusion.
- Le démonstrateur n'évalue ni données ni paramètres réels.
- La transférabilité des mesures entre architectures et constructeurs ne peut pas être présumée universelle.

Knowledge Gap

Quel niveau de calibration externe rendrait la comparaison suffisamment robuste pour l'objectif déclaré ?

Sources propriétaires : NXP-000001 « Spectral Imaging » v1.1 · RB-003 « Reasoning Book 03 — Spectral Imaging » v1.0. État des connaissances : 3 août 2026. DEMO_FIXTURE_NOT_DYNAMIC. Ce rapport n'a pas été évalué sous PD-011. Il ne constitue pas un protocole validé, une recommandation clinique, une activation produit ou une publication.