

AJUSTE, VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN Y/O REPARACIÓN

CLIENTE:	CT VITORIA	LOCALIDAD:	
EQUIPO:	MSA Altair 4XR	No. SERIE:	12345
Nº ALBARÁN:	12345	FECHA:	2025-10-30

ASCONSA Soluciones de Seguridad, SL, como taller autorizado por MSA certifica que los instrumentos cuyos datos de identificación se relacionan han sido inspeccionados y/o reparados, verificados y ajustados en nuestros talleres siguiendo el procedimiento establecido por el fabricante y utilizando materiales originales, y quedando por tanto el aparato en condiciones de uso.

Este certificado no supone ninguna garantía para las partes o materiales no sustituidos. Toda información sobre garantías de los equipos y sus componentes se recoge en su manual de instrucciones. Se recomienda comprobar su operatividad antes de cada uso, así como pasar gas patrón por el mismo para, si procede, ajustarlo periódicamente en función del uso y asegurar la confianza de las lecturas. Se recomienda así mismo que el instrumento sea verificado por MSA o por taller autorizado con al menos una periodicidad anual, según etiqueta de PROXIMO MANTENIMIENTO pegada al instrumento, o antes si se observasen anomalías en su funcionamiento o deterioro en alguna de sus partes.

DATOS DE CALIBRACIÓN

GAS/SENSOR	PRE-ALARMA	ALARMA	VALOR CAL.	ZERO	SPAN	Nº BOTELLA	APTO
CH4 LEL	10	20	33	0	33	WO-00000	SÍ

FIRMAS Y SELLO

Operario:

Carlos González

Fecha de emisión: 30/10/2025