



## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

En cumplimiento de la normativa vigente y los estándares de calidad establecidos, se certifica que el equipo descrito a continuación ha sido sometido a un proceso de calibración y verificación técnica en nuestras instalaciones. Los resultados obtenidos cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad aplicables.

### DATOS DEL EQUIPO Y CLIENTE

Número de Serie:	SN-PDF-TEST-001
Marca:	Honeywell
Modelo:	XT-2000
Cliente:	Empresa Prueba PDF
CIF:	B87654321
Departamento:	Seguridad Industrial
Fecha de Entrada:	2025-01-20
Fecha de Calibración:	2025-01-20
Técnico Responsable:	Carlos Rodríguez

### RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DE SENSORES

Sensor	Pre-Alarma	Alarma	Valor Cal.	Valor Zero	Valor SPAN	Botella	APTO
CO (Monóxido de Carbono)	25 ppm	50 ppm	100 ppm	0 ppm	100 ppm	BOT-CO-001	SÍ
H2S (Sulfuro de Hidrógeno)	5 ppm	10 ppm	25 ppm	0 ppm	25 ppm	BOT-H2S-002	SÍ
O2 (Oxígeno)	19.5%	23.5%	20.9%	0%	20.9%	BOT-O2-003	SÍ

**REPUESTOS UTILIZADOS**

Filtro de entrada reemplazado, Sensor de CO calibrado, Batería verificada

**OBSERVACIONES**

Equipo para prueba de certificado PDF

---

**Técnico**  
Carlos Rodríguez

---

**Supervisor**

Fecha de emisión: 21/10/2025