

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

RUC: 20170072465

Dirección: Cal. Jacinto Ibáñez Nro. 315 Urb. Parque Industrial, Arequipa.

Equipo: Detector Multigas

Marca: MSA

Modelo: ALTAIR 4XR

Número de Serie: 251645

Sensores: O₂, H₂S/SO₂

Número de serie sensor: 01211163303, 12210750171,

Fabricado por: Mine Safety Appliances Co.

Estado Inicial: Operativo

Estado Final: Operativo

Fecha de calibración: 3/04/2025

Próxima calibración: 03/04/2026



Realizado: Dennis Huamanvilca
Supervisor Operativo



Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.
Gerente General



I. Lugar de Calibración:

Sociedad Minera Cerro Verde.

II. Condiciones Ambientales:

Temperatura	21 °C
Presión	1027.1 hPa
Humedad Relativa	45 %

III. Patrones utilizados durante la calibración:

Patrón Utilizado	N/P	Lote N°	N° Certificado	Expiración
4G (CH ₄ , O ₂ , CO, H ₂ S) + SO ₂	10117738	403219836	1135622492	Dic-26

IV. Resultados de Medición

Gas	Dosis del Gas	Equipos a Calibrar	% Error
		Lectura	
O ₂	15 %VOL	15 %VOL	0 %
SO ₂	10 ppm	10 ppm	0 %
H ₂ S	20 ppm	20 ppm	0 %

**Realizado: Dennis Huamanvilca**
Supervisor Operativo**Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.**
Gerente General

V. Anexos

CALGAZ,
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC
321 Chesapeake Drive,
Cambridge, MD 21613
JSA Tel. 1-800-638-1197
www.calgaz.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Date: 12/12/2024
Order Number: 1135622492
Lot Number: 403219836

Customer: MSA DEL PERU SAC
Part Number: 10117738
Use Before: DEC 2026


Component**Concentration**Accuracy: CH₄ ±5%, CO ±5%, O₂ ±5%, H₂S ±10%, SO₂ ±10%

METHANE	1.45%(29%LEL)
CARBON MONOXIDE	60PPM
OXYGEN	15%
HYDROGEN SULFIDE	20PPM
SULFUR DIOXIDE	10PPM
NITROGEN	BALANCE

Cylinder Size: 2.0 Cu. Ft.
Contents: 58 Liter

Valve: 5/8"-18UNF
Pressure: 500 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:
Steve Plutschak
Scott Tingle