

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Cliente: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

RUC: 20170072465

Dirección: Cal. Jacinto Ibáñez Nro. 315 Urb. Parque Industrial, Arequipa.

Equipo: Detector Multigas

Marca: MSA

Modelo: ALTAIR 4XR

Número de Serie: 286002

Sensores: O2, CO/H₂S, LEL

Número de serie sensor: 01220603128, 04220682580, 00220606682

Fabricado por: Mine Safety Appliances Co.

Estado Inicial: Operativo

Estado Final: Operativo

Fecha de calibración: 4/10/2025

Próxima calibración: 04/10/2026



Realizado: Dennis Huamanvilca
Supervisor Operativo



Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.
Gerente General



I. Lugar de Calibración:

Sociedad Minera Cerro Verde.

II. Condiciones Ambientales:

Temperatura	22 °C
Presión	1029.1 hPa
Humedad Relativa	13 %

III. Patrones utilizados durante la calibración:

Patrón Utilizado	N/P	Lote N°	N° Certificado	Expiración
CH ₄ , CO, O ₂ , H ₂ S	10045035	403215761	1135622492	Dic-26

IV. Resultados de Medición

Gas	Dosis del Gas	Equipos a Calibrar	% Error
		Lectura	
O ₂	15 %VOL	15 %VOL	0 %
CO	60 ppm	60 ppm	0 %
H ₂ S	20 ppm	20 ppm	0 %
LEL	58 %VOL	58 %VOL	0 %

**Realizado: Dennis Huamanvilca**
Supervisor Operativo**Revisado: Ing. Guillermo Cervetto.**
Gerente General

V. Anexos



CALGAZ,
A DIVISION OF AIRGAS USA LLC
821 Chesapeake Drive,
Cambridge, MD 21613
USA Tel. 1-800-638-1197
www.calgaz.com

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Date: 12/12/2024
Order Number: 1135622492
Lot Number: 403215761

Customer: MSA DEL PERU SAC
Part Number: 10045035
Use Before: DEC 2026


Component	Concentration Accuracy: CH4 ±5%, CO ±5%, O2 ±5%, H2S ±10%
METHANE	1.45%(29%LEL)
CARBON MONOXIDE	60PPM
OXYGEN	15%
HYDROGEN SULFIDE	20PPM
NITROGEN	BALANCE

Cylinder Size: 2.0 Cu. Ft.
Contents: 58 Liter

Valve: 5/8"-18UNF
Pressure: 500 PSIG

Product composition verified by direct comparison to calibration standards traceable to N.I.S.T. weights and/or N.I.S.T. Gas Mixture reference materials.

Analyst:


Steve Plutschak


Scott Tingle