Sterinova Aseguramiento en esterilización	**CERTIFICADO DE ESTERILIZACIÓN**	R-AQ-09 VERSION: 05 25/11/2024

FECHA DE EMISION	31/10/2026	CLIENTE	DRA. LINA PRIMO (ONIDERM)	CONSECUTIVO	55388

METODO DE ESTERILIZACION	ETO	EQUIPO	E03	CICLO	10468	FECHA ESTERILIZACION	30/10/2026	FECHA DE VENCIMIENTO	30/10/2029

DESCRIPCION	REFERENCIA	LOTE	CANTIDAD	EMPAQUE	MUESTRAS DE RETENCIÓN	MUESTRAS CLIENTE	MUESTRAS LABORATORIO
MATERIAL MEDICO QX	N.A	O.S 27498	39	BOLSA PGM X 1 UND	N.A	N.A	N.A
-				-			
-				-			
-				-			-
-				-			-
-				-			-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-				-		-	-
-	-			-		-	-
-	-			-	-	-	-

INFORMACION TECNICA DEL PROCESO

ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO EtO

PARAMETROS	ESPECIFICACION		RESULTADO	CRITERIO DE ACEPTACION
TEMPERATURA (°C)	X	Rango 50 - 60	55	CUMPLE
		Rango 34 - 40		
		Rango 17 - 23		
HUMEDAD RELATIVA (%)	Rango 30 - 80		70%	CUMPLE
PRESION (inHg)	Rango -10 a -4		-5	CUMPLE
TIEMPO DE EXPOSICIÓN (MIN)	X	180 min	180	CUMPLE
		360 min		
		720 min		
AIREACIÓN	Rango 9 -20		10	CUMPLE

ESTERILIZACIÓN CON VAPOR

PARAMETROS	ESPECIFICACION		RESULTADO	CRITERIO DE ACEPTACION
TEMPERATURA (°C)		134 +/- 2°C		-
		121 +/- 2°C		
TIEMPO DE EXPOSICIÓN (MIN)		Rango 7 a 10 min		
		Rango 10 a 20 min		
		Rango 20 a 30 min		
TIEMPO DE SECADO (MIN)		Rango 10 a 20 min		-
		Rango 21 a 40 min		

MONITOREO DE ESTERILIZACIÓN

PARAMETRO	MÉTODO	ESPECIFICACION	RESULTADO	CRITERIO ACEPTACIÓN
Control de Carga (Indicador Biológico)	Incubación	Crecimiento microbiano negativo	NO SE OBSERVA CRECIMIENTO	CUMPLE
Control del paquete (Integrador Químico)	Exposición	Cambio de color	CAMBIO DE COLOR	CUMPLE

	N.PUENTES		Y.MELO
Elaborado por:	N. Puentes.	Verificado por:	Y Melo
Cargo	AUXILIAR DE DOCUMENTACIÓN	Cargo	COORDINADOR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Fecha:	31/10/2026	Fecha:	31/10/2026
Aprobado por:	J. Barrero		
Cargo	DIRECTOR TECNICO		
Fecha:	31/10/2026		SELLO DE APROBACIÓN

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD