Guide de Montage/démontage

tête de bio impression Cosmyx Nova



Démontage

1- Eteindre l'imprimante & retirer la seringue
2- Dévisser le porte seringue et retirer le module par le bas





3- Sur le grand axe de rotation, dévisser l'engrenage conique, puis dévisser le presse seringue.
Enfin retirer l'axe entièrement.



4- Sur l'axe restant, dévisser le grand engrenage et retirer l'axe, attention à la rondelle (marquée par un cercle rouge)



5- Retirer le capteur de hauteur (pour éviter de tirer sur le fil. Optionnellement, garder le composant attaché mais débranché)



6- Retirer les 6 vis restantes à la base de la tête, puis tirer pour retirer l'ensemble avec le petit engrenage



Montage

1- Enfoncer la base de la tête avec le petit engrenage. Puis visser
2- Installer le capteur de hauteur (mettre le capteur dans le module avant de visser le module)
3- Installer le petit axe de rotation avec leurs engrenages
4- Installer le porte seringue
5- Installer le presse-seringue et le second engrenage conique avec le grand axe de rotation.