



Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt werden.


The copyright of these drawings and of all annexes which are entrusted to a person's care always remain the property of our company. They must not be copied or duplicated not shown to or placed at the disposal of third persons without our written consent.



Litzen-Nr.	Querschnitt	Länge	Farbe	Ende 1	Code	Weg	Code	Ende 2
1	0,5mm ²	2500	schwarz	18301 54770	-		-	18286
2	0,5mm ²	2500	braun	18301 54770	-		-	18286



Aufnahmegehäuse M-N-L-M, transparent
Polyamid 6.6, transparent
Belimed-Nr. 18301 - Grösse 6,3mm, 2polig, (Tyco Nr. 172157-1)
(CCN: ECBT2.E28476)



Aderendhülse
Abisolierlänge 10mm
Belimed-Nr. 18286 - Grösse Ø0,5mmx14mm, DIN 46228, (Tyco Nr. 966156-1)



Mini-Universal MATE-N-LOK Buchse
Belimed-Nr. 54770 - Grösse 0,30-0,89mm² (Tyco Nr. 170362-1 Band)
(Tyco Nr. 170366-1 Einzel)
(CCN: ECBT2.E28476)

Kabel Style 2464 300V
Alle Komponenten VDE - geprüft und zugelassen.
Temperaturbeständigkeit mindestens 80°C



UL Wiring Harnesses (category ZPFW2)



Wichtig für die Nachvollziehbarkeit sind folgende Kennzeichnungen:
1. Auf dem Kabelbaum: Artikelnummer, Änderungsindex, Hersteller Datumscode
2. Kleber Verpackung: Artikelnummer, Änderungsindex, Hersteller Datumscode
3. Auf dem Lieferschein: Artikelnummer, Änderungsindex, Hersteller Datumscode, UL Recognized Component Mark, Bestellnummer Belimed

Stückzahl	Gegenstand	Pos.	Material	Dim. oder Mod.Nr.	Art.-Nr./ Bemerkung		
Gezeichnet	22.11.2000	HA	a	02.05.2001	MA	Spanende Bearbeitung	über 0,5 6 30 120 400 1000
Freigegeben	26.07.2012	GE	02	11.05.2007	FA	100674	Allgemeintoleranzen (ISO 2768-m) ± 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2
Materialart			03	05.03.2010	FA	101777	Blecbearbeitung
Material			04	26.07.2012	FM	102659	Stanzten ± 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,3
Dimension							Biegen 1 Mass oder Fehler pro Abbug ± 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 1,0
Art. Nr.							Bolzenschweissen mit Lehre ± 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0
							Bolzenschweissen Halbautomat ± 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5

Verlängerungskabel zu Leerstandsanzeige

Belimed

BELIMED AG
CH-6275 Ballwil
Tel:+41(0)41/449'78'88
Fax:+41(0)41/449'77'76

Maßstab
1:1

Datum: 26.07.2012

3-ZL74678

04

Format - Artikelnummer

INDEX