

合格证

产品型号: ZE03

产品数量: 50/70/30/20

检验日期: 2021.11.13

检验员: 检03

郑州炜盛电子科技有限公司

Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd

w.winsen-sensor.com
60932955/66/77E-mail: sales@winsensor.com
Fax: 0371-60932988郑州炜盛电子科技有限公司
GB/T19001-2008质量认证企业
www.winsensor.com

检验报告

INSPECTION REPORT

编号: JL-8.6-09a

序号: 2111220

客户名称 Customer	10012646	产品型号 Model	ZE03
数量 Quantity	50/70/30/20 pcs	检验数量 Inspection Quantity	50/70/30/20 pcs
批号 Batch No.	40000195513	检测日期 Inspection Date	2021.11.13
外观 Appearance	合格		
基本功能 Function	正常		
测试气体 Target Gas	NO2	O3	H2
测量精度 Precision	±10% F.S	±10% F.S	±10% F.S
检测范围 Detection Range	0-20ppm	0-10ppm	0-1000ppm
输出方式 Output Signals	UART (3V, TTL), 模拟电压		
检验点 (-) Inspection Points	0 10.0	0 5.0	0 500
显示值 (-) Display Values	0 10.0	0 5.1	0 495
输出电压 (V) Output Voltage (V)	2.006 1.327	2.067 1.324	0.600 1.352
包装 (Package)	合格		
测试条件 Inspection Condition	温度: 22 °C 湿度: 45 %RH		
检验结果 Inspection Result	合格		

检验员:
Inspector:

王磊

QC主管:
QC Supervisor:

黄丽娟