

ANALISI DEI RISCHI _____:

1. Identificazione e definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative

QUAL'È L'USO PREVISTO E COME DEVE ESSERE UTILIZZATO IL DISPOSITIVO ?	
Utilizzatore :	
Uso previsto :	
Modalità di utilizzo :	
E' PREVISTO CHE IL DISPOSITIVO VENGA IN CONTATTO CON IL PAZIENTE O CON ALTRE PERSONE ? si no	
Contatto previsto :	
Durata del contatto :	
Frequenza :	
QUALI MATERIALI E/O COMPONENTI SONO INCORPORATI O SONO UTILIZZATI NEL DISPOSITIVO ?	
Gesso	
Cuoio	
Fodera	
Materiali sintetici	
Sughero	
Altro:	
IL DISPOSITIVO È SOGGETTO AD INFLUSSI AMBIENTALI? SI NO	
Influssi previsti :	
Conseguenze previste :	
E' NECESSARIA LA MANUTENZIONE ?	SI NO
E' NECESSARIA LA TARATURA ?	SI NO
LA DURATA DEL DISPOSITIVO È LIMITATA ?	SI NO
QUAL È LA DURATA PREVISTA ?	_____ mesi
QUALI SONO I POSSIBILI EFFETTI RITARDATI E/O A LUNGO TERMINE DELL'UTILIZZO ?	
CI SONO PRODOTTI DI CONSUMO O ACCESSORI ESSENZIALI ASSOCIATI AL DISPOSITIVO ?	
QUALI SONO LE FORZE MECCANICHE ALLE QUALI SARÀ SOTTOPOSTO IL DISPOSITIVO ?	
COSA DETERMINA LA DURATA DI VITA DEL DISPOSITIVO ?	
E' PREVISTO IL RIUTILIZZO DEL DISPOSITIVO ?	

CARATTERISTICHE CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA SICUREZZA
ELENCO DEI LIMITI DI APPLICAZIONE

2. Analisi dei potenziali rischi

PERICOLI RELATIVI ALL'ENERGIA		Intrinseco	Connesso all'uso in cond. normali	Connesso all'uso in cond.guasti
01	Elettricità			
02	Calore			
03	Forza meccanica			
04	Radiazioni ionizzanti			
05	Campi elettromagnetici			
06	Parti mobili			
07	Masse sospese			
08	Guasto di un dispositivo di sostegno del paziente			
09	Pressione/rottura di un recipiente			
10	Pressione acustica			
11	Vibrazione			
12	Campi magnetici			

PERICOLI BIOLOGICI		Intrinseco	Connesso all'uso in cond. normali	Connesso all'uso in cond.guasti
13	Carico biologico			
14	Contaminazione biologica			
15	Incompatibilità biologica			
16	Emissione incorretta (sostanza/energia)			
17	Formulazione incorretta (composizione chimica)			
18	Tossicità			
19	Infezioni (incrociate)			
20	Pirogenicità			
21	Incapacità nel mantenere la sicurezza igienica			
22	Degradazioni			

PERICOLI AMBIENTALI		Intrinseco	Connesso all'uso in cond. normali	Connesso all'uso in cond.guasti
23	Interferenze elettromagnetiche			
24	Alimentazione inadeguata di energia o di refrigerante			
25	Limitazione di refrigerante			
26	Probabilità di funzionamento al di fuori delle condizioni ambientali prescritte			
27	Incompatibilità con altri dispositivi			
28	Danneggiamento meccanico incidentale			
29	Contaminazione da prodotti di scarto e/o smaltimento del dispositivo			

ORTODYNAMIC S.R.L.

PERICOLI RELATIVI ALL'USO DEL DISPOSITIVO		Intrinseco	Connesso all'uso in cond. normali	Connesso all'uso in cond.guasti
30	Etichettatura inadeguata			
31	Istruzioni operative inadeguate			
32	Specifiche inadeguate degli accessori			
33	Istruzioni operative troppo complicate			
34	Istruzioni operative non disponibili o separate			
35	Uso da parte di personale non adeguato/inesperto			
36	Uso scorretto ragionevolmente prevedibile			
37	Avvertenza inefficiente sugli effetti collaterali			
38	Avvertenza inadeguata sui probabili pericoli nel caso di riutilizzo di dispositivi monouso			
39	Misurazioni inesatte ed altri aspetti metrologici			
40	Diagnosi inesatte			
41	Trasferimento erroneo dei dati			
42	Presentazione scorretta dei dati			
43	Incompatibilità con i prodotti di consumo/accessori/altri dispositivi			

PERICOLI DOVUTI A GUASTI FUNZIONALI, MANUTENZIONE ED INVECCHIAMENTO		Intrinseco	Connesso all'uso in cond. normali	Connesso all'uso in cond.guasti
44	Caratteristiche di prestazione inadeguate per l'uso previsto			
45	Mancanza o inadeguatezza di specifiche di manutenzione, comprese specifiche inadeguate sui controlli funzionali dopo la manutenzione			
46	Manutenzione inadeguata			
47	Mancanza di una documentazione adeguata della scadenza della durata del dispositivo			
48	Perdita di integrità meccanica			
49	Confezionamento inadeguato (contaminazione e/o deterioramento del dispositivo)			
50	Riutilizzo improprio			

3. **Riepilogo dei rischi**

PERICOLI RELATIVI ALL'USO DEL DISPOSITIVO	Probabilità di verifica	Danno associato al pericolo

PERICOLI DOVUTI A GUASTI FUNZIONALI, MANUTENZIONE ED INVECCHIAMENTO	Probabilità di verifica	Danno associato al pericolo

Stima dei rischi

PERICOLO : Uso scorretto ragionevolmente prevedibile

	In condizioni normali	In caso di malfunzionamento
Probabilità di verifica		
Danno associato al pericolo		
Necessità di rendere più oggettiva la valutazione soggettiva di ogni rischio		

ACCETTAZIONE DEL RISCHIO	SI	NO
--------------------------	----	----

Se il rischio è giudicato inaccettabile solo in caso di malfunzionamento :

L'utente può rilevare i malfunzionamenti prima che si verifichi il pericolo ?	
Il cattivo funzionamento può essere eliminato da controlli (in accettazione, in produzione e finali) o da una manutenzione definita per elementi funzionali o per sequenza temporale ?	
L'utilizzo non corretto può alimentare la probabilità di un cattivo funzionamento ?	
Si possono prevedere allarmi e/o segnalazioni ?	

DATI ED INFORMAZIONI UTILIZZATE	Memoria storica
IL RISCHIO HA INTRODOTTI NUOVI RISCHI ?	NO

ORTODYNAMIC S.R.L.

PERICOLO : Perdita di integrità meccanica

	In condizioni normali	In caso di malfunzionamento
Probabilità di verifica		
Danno associato al pericolo		
Necessità di rendere più oggettiva la valutazione soggettiva di ogni rischio		

ACCETTAZIONE DEL RISCHIO	SI	NO
---------------------------------	-----------	-----------

Se il rischio è giudicato inaccettabile solo in caso di malfunzionamento :

L'utente può rilevare i malfunzionamenti prima che si verifichi il pericolo ?	
Il cattivo funzionamento può essere eliminato da controlli (in accettazione, in produzione e finali) o da una manutenzione definita per elementi funzionali o per sequenza temporale ?	
L'utilizzo non corretto può alimentare la probabilità di un cattivo funzionamento ?	
Si possono prevedere allarmi e/o segnalazioni ?	

DATI ED INFORMAZIONI UTILIZZATE	Memoria storica
IL RISCHIO HA INTRODOTTO NUOVI RISCHI ?	NO

Valutazione biologica

NATURA CHIMICA DEI MATERIALI UTILIZZATI	
LAVORAZIONE DEI MATERIALI	
DATI PROVENIENTI DA TEST DI SICUREZZA BIOLOGICA	

SONO STATI CONSIDERATI TUTTI I RISCHI ?	SI
--	-----------

Conclusioni :

Al fine di soddisfare i requisiti essenziali della normativa vigente, in base al tipo di uso previsto sono stati analizzati i requisiti e valutati i rischi.

Si è valutato che il prodotto a seguito della sua tipologia non presenta rischi ragionevolmente prevedibili, se utilizzato correttamente a seguito di prescrizione medica.

Si sono comunque valutati gli aspetti di biocompatibilità, anallergicità, tossicità, infiammabilità e possibile presenza di lesioni della cute a contatto con il dispositivo.

La valutazione dei rischi effettuata sulla base delle esperienze pregresse e della conoscenza del prodotto non ha evidenziato potenziali pericoli ragionevolmente prevedibili.

Si fa inoltre presente che le ditte fornitrici di materie prime sono regolarmente certificate dal marchio CE, ove previsto dalle normative cogenti.

Data : _____

Firma della Direzione
